



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-495, Fax. 52/36-55-752

NZZ/46/P/10

Bydgoszcz, dnia 17.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego** - nr sprawy NZZ/46/P/10.

Wykonawca

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Pytanie 1

Dotyczy zadania 18. Stoliki – Stolik do instrumentowania – 8 kpl.

Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis w tabeli – opis parametrów pkt. 6, co Zamawiający miał na myśli pisząc: „zapewniający właściwą aplikację narzędzi”? Czy Zamawiający miał na myśli, aby podstawa nie wystawała (nie była większa) poza blat stolika ?

Odpowiedź

Zamawiający pisząc: „zapewniający właściwą aplikację narzędzi” miał na myśli:

Zapewnienie możliwości prawidłowego rozłożenia narzędzi przygotowanych do zabiegu, bezpiecznego ich podstawienia w miejscu wykorzystywania - stół operacyjny, oraz zapewnienie ergonomicznego ich podawania-odbierania operatorowi, a więc właściwe odpowiednio dobre spełnianie funkcjonalności do których przeznaczony jest zwykły stół narzędziowy.

Zamawiający