



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/07/P/11

Bydgoszcz, dnia 08.02.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury/urządzeń.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści czytnik testów paskowych z panelem dotykowym ?

Odpowiedz :

Zamawiający dopuszcza czytnik z panelem dotykowym przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści testy paskowe z maksymalną czułością do białka (albumina) 12 mg / dl ?

Odpowiedz :

Zamawiający dopuszcza testy paskowe o średniej czułości dla białka < 20 mg / dl, a 12 mg / dl.

Zapytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści testy paskowe z czułością dla glukozy 50 mg / dl ?

Odpowiedz :

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zapytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 120 badań / godzinę ?

Odpowiedz :

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający