



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496
ISO 9001: 2008

NZZ/07/P/11

Bydgoszcz, dnia 14.02.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury/urządzeń.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Dot. wymagań granicznych dla analizatora, pkt. 6: Co Zamawiający rozumie przez: „pozycje odczynnikowe chłodzone przynajmniej dla analizatora podstawowego”?

Czy chodzi o temperaturę chłodzenia lodówki (2-8 stopni) czy też o temperaturę obniżoną w stosunku do temperatury otoczenia- jeśli tak, to o ile stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający przez pojęcie „pozycje odczynnikowe” rozumie temperaturę pozycji odczynnikowej \leq temp. otoczenia (temp. na pracowni wynosi u Zamawiającego około 23°C). Trwałość odczynników musi być przez Oferenta, zgodnie z SIWZ, uwzględniona w ilości oferowanych testów.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do par. 5 ust. 7 wzoru umowy zapisu:” nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmuje przypadków, wynikających z winy personelu obsługującego analizator”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę w pkt. 8 formularza oferty:” oświadczamy, że gwarantujemy niezmiennosc cen netto przez okres trwania umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie materiałów umożliwiających zweryfikowanie zgodności parametrów dot. odczynników w formie płyty CD, a jeśli nie, to złożone osobno, podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy dzierżawionego sprzętu wraz z jego podłączeniem do istniejącej sieci komputerowej z 14 na 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający