



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/10/P/11

Bydgoszcz, dnia 25.02.2011 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych**

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm. ) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### **Zapytanie nr 1**

Dot. Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w Grupie nici syntetyczne, monofilamentowe o czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zapytanie nr 2**

Dot. Grupa 1 poz.2-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### **Zapytanie nr 3**

Dot. Grupa 2 poz.2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 20 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zapytanie nr 4**

Dot. Grupa 2 poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 24 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zapytanie nr 5**

Dot. Grupa 2 poz.1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 6**

Dot. Grupa 3

Czy Zamawiający w w/w grupie dopuści nici syntetyczne z kwasu glikolowego, plecione o krótkim okresie wchłaniania (zakończonym po ok. 42 dniach), podtrzymywanie tkankowe po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 ok. 50%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 7**

Dot. Grupa 3 poz.1-2,6,8,9,14,15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 8**

Dot. Grupa 3 poz.4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwkłęsła”?

UZASADNIENIE: Igła ta występuje tylko u jednego producenta/dystrybutora firmy Johnson&Johnson. Utrzymanie tego wymogu praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w tym pakiecie i wskazuje z góry na dostawcę, niezależnie od zaproponowanej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 9**

Dot. Grupa 3 poz.7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 30 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 10**

Dot. Grupa 3 poz.11,13

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 37 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 11**

Dot. Grupa 4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w w w/w grupie nici syntetycznych z kwasu glikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania zgodnym z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 12**

Dot. Grupa 4 poz.1-19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 13**

Dot. Grupa 5 poz.2,4,5,8,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 14**

Dot. Grupa 5 poz.6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 36 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 15**

Dot. Grupa 6 poz.15

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 36 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 16**

Dot. Grupa 7 poz. 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z grupy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 17**

Dot. Grupa 7 poz.22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji nitki o długości 90cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 18**

Dot. Grupa 8 poz.4,6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę naczyniową bez czarnego oksydowania, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 19**

Dot. Grupa 8 poz.5,8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 30 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 20**

Dot. Grupa 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w grupie szwy chirurgiczne, plecione, powlekane, bez powleczenia antybakteryjnego.

UZASADNIENIE: Szwy z tego typu powleczeniem występują tylko u jednego producenta/dystrybutora firmy Johnson&Johnson. Firma, która ma świadomość, że jako jedyna złoży ofertę na dany asortyment, może zaoferować dużo wyższą cenę, niż w przypadku, kiedy musi liczyć się również z innymi producentami nici obecnymi na rynku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 21**

Dot. Grupa 9 poz.1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 22**

Dot. Grupa 9 poz.7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 65 lub 76 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 23**

Dot. Grupa 10

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w grupie szwy chirurgiczne, monofilamentowe, wchłanialne, bez powleczenia antybakteryjnego.

UZASADNIENIE: Szwy z tego typu powleczeniem występują tylko u jednego producenta/dystrybutora firmy Johnson&Johnson. Firma, która ma świadomość, że jako jedyna złoży ofertę na dany asortyment, może zaoferować dużo wyższą cenę, niż w przypadku, kiedy musi liczyć się również z innymi producentami nici obecnymi na rynku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 24**

Dot. Grupa 10 poz.1-6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach nitki o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie nr 25**

Dot. Grupa 11

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w grupie szwy chirurgiczne, monofilamentowe o dłuższym okresie wchłaniania, bez powleczenia antybakteryjnego.

UZASADNIENIE: Szwy z tego typu powleczeniem występują tylko u jednego producenta/dystrybutora firmy Johnson&Johnson. Firma, która ma świadomość, że jako jedyna złoży ofertę na dany asortyment, może zaoferować dużo wyższą cenę, niż w przypadku, kiedy musi liczyć się również z innymi producentami nici obecnymi na rynku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie nr 26**

Dot. Grupa 20

Czy Zamawiający w w/w grupie dopuśćnić w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający**