



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, ~~52/36-55-296~~, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

Bydgoszcz, dnia 11.03..2011 r.

NZZ/15/P/11

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki oraz stymulatorów i kardioewrterów – defibrylatorów*

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1 – dot. Zał.1, grupa 6 pkt 15

Czy opisując parametr jako „możliwość zapamiętania skutecznej terapii ATP” Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość wyłączenia ostatniej nieskutecznej terapii a nie jedynie zapamiętywania skutecznej terapii?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie techniczne przedstawione przez Wykonawcę.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 3 stentu typu closed cell bez polimeru, uwalniającego lek Tacrolimus ze specjalnych kanalików w przesłach stentu, pokrytego Carbofilmem zapobiegającym uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu: pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający