



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

NZZ/54/P/11

Bydgoszcz, dnia 17.08.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, dostawa systemów do pobierania krwi oraz dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych na okres 36 miesięcy.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy ZLECENIODAWCA dopuści do postępowania dwa identyczne analizatory, z których każdy posiada wydajność oznaczania 400 testów fotometrycznych/godz oraz moduł ISE o wydajności 600 oznaczeń/godz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 2 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której badania w PMR dla parametrów, takich jak: immunoglobuliny oraz albumina wykonywane są przy użyciu tego samego odczynnika, którym oznacza się stężenie w/w analitów w surowicy lub osoczu. Dla zadań w płynie mózgowo – rdzeniowym analizator wykorzystuje odrębną aplikację, a spójność wyników oznaczeń przy użyciu w/w odczynników i aplikacji z innymi dostępnymi metodami potwierdza załączona publikacja.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie pod warunkiem dołączenia do oferty aplikacji dla PMR.

Zapytanie 3 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień raz na 3 miesiące bądź raz na 6 miesięcy ze szczegółowym podaniem ilości i terminów, w których chciałby zamówione przez siebie towary otrzymywać. Dostawa możliwa jest codziennie od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 4 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia z 14 na 21 dni?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 5 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku awarii maksymalnie 24 godziny, od momentu zgłoszenia usterki przez 365 dni w roku: telefonicznie, faksem lub e-mailem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 6 - Pytanie odnośnie załącznika nr 1, zadania nr 1, wymagań granicznych dla dwóch analizatorów, punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty katalogów producenta, potwierdzających oferowane parametry w formie CD lub w osobnym segregatorze, podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 7 - Grupa 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki żółtej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie 8 - Grupa 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki niebieskiej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający