



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521**  
**Fax. (52) 36-55-752**

ISO 9001:2008

NZZ/60/P/11

Bydgoszcz, dnia 26.08.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angioplastyki, nr sprawy NZZ/60/P/11.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie 1: Dotyczy GRUPA 2 – stenty stalowe rozprężane na balonie – 60 sztuk**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu kabaltowo-chromowego o średnicach 4,5-5,0-6,0-7,0 mm o RBP 13 atm dla średnicy 7,0 mm i 15 atm dla pozostałych? Stenty pokryte są substancją stymulującą endotelializację, zmniejszającą aktywację płytek, hamującą rozrost komórek mięśni gładkich oraz zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie 2: GRUPA 3 – stenty stalowe rozprężane na balonie – 60 sztuk**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu o RBP 13-15 bar oraz dostępności średnic od 5 do 8 mm dla długości 15-25-38-56 mm na systemie 80 i 130 cm oraz średnice 9-10 mm dla długości 25-38-56 mm na systemie 80 cm? Stenty pokryte są substancją stymulującą endotelializację, zmniejszającą aktywację płytek, hamującą rozrost komórek mięśni gładkich oraz zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zapytanie 3: GRUPA 10 – cewnik balonowe 560 sztuk**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:

w **poz.1** balonów o NP. 7 atm i RBP w przedziale 14-16 atm, średnicach od 2 do 4 mm i długościach od 10 do 35 mm na systemie 140 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

w **poz.2** balonów o RBP w zakresie 12-15 atm w zależności od średnicy, średnic balonów od 2 do 7 mm i długości balonów od 20 do 200 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

w **poz. 3** balonów o średnicy od 3 do 8 mm dla długości 20-40 mm na systemie dostarczania 80 i 130 cm, średnicy 9-10 mm dla długości 20-40 mm na systemie 80 cm i średnicy 5-8 mm dla długości 20-100 mm na systemie 80 i 130 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

w **poz. 4** balonów nylonowych, wpół-elastyczny z nitinolowymi elementami nacinającymi, o średnicach balonu od 2 do 3,5 mm i długościach od 10 do 40 mm na systemie 0,014" Rx i OTW oraz średnicach od 4 do 6 mm i długościach 20-40 mm na systemie 0,018" OTW, przy czterech długościach użytkowych w zależności od systemu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Dotyczy projektu umowy**

**Zapytanie 4**

§ 4 ust. 8 - Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 4 ust. 8 w ten sposób, że termin na wymianę sprzętu na wolny od wad liczony będzie od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 3 dni robocze?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 5

§ 8 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 7 poprzez dodanie, iż strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w razie wycofania z produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy (z uwagi na postęp techniczny) i zastąpienia go innym o lepszych parametrach ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Dotyczy umowy depozytu**

Zapytanie 6

§ 1 ust. 5 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez określenie terminu 3 dni jako dni robocze ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

§ 2 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez określenie, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

§ 4 ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 2 poprzez określenie, iż jako zużyte wykazywane będą sprzętu, które mają naruszone opakowanie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zapisanie, iż Zamawiający zobowiązany jest pobierać z depozytu sprzęt o najkrótszym terminie ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9: Dotyczy zapisów § 1 ust. 2 załącznika nr 3a – projekt umowy depozytu

Prosimy o zmianę zapisów tego punktów na:

„... 2. Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia przysłania zapotrzebowania określającego parametry i ilości potrzebnego asortymentu wybranego przez Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zamawiający**