



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521  
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

NZZ/93/P/11

Bydgoszcz dnia 27.01.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych, nr sprawy NZZ/93/P/11.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Dotyczy: Zadanie 4. Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne - Myjnia do endoskopów -2 kpl.**

Pytania dotyczą zapisów: Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika

Zapytanie 1: dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię, w której możliwa jest dezynfekcja termiczno-chemiczna jednak w temperaturze niższej niż wymagana przez zamawiającego (do 45stC)? Proces przebiegający w temperaturze poniżej 50stC nie skraca żywotności endoskopów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2: dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące środek dezynfekujący wielokrotnie w obiegu zamkniętym lub jednokrotnie w zależności od ustawionego programu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3: dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści myjnię, której komora wykonana jest z polimerów wysokiej jakości odpornych na działanie środków dezynfekujących?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 4: dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści myjnię używającą zdezynfekowanej wody do każdego etapu procesu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5: dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści myjnię z systemem dezynfekcji wody do każdego etapu procesu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 6: dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści myjnię realizującą tester szczelności na początku procesu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7: dot. pkt. 11

Wnosimy o dopuszczenie myjni ładowanej od góry nie wymagającej kosza. Rozwiązanie takie jest bardziej ergonomiczne oraz pozwala na łatwiejsze ustawienie urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 8: dot. pkt. 12

Wnosimy o dopuszczenie myjni ładowanej od góry. Rozwiązanie takie jest bardziej ergonomiczne oraz pozwala na łatwiejsze ustawienie urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 9: dot. pkt. 13

Wnosimy o dopuszczenie myjni bez funkcji suszenia? Taką funkcję posiada tylko i wyłącznie myjnia na jeden endoskop firmy BHT model Innova E2.



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521  
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

---

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10: dot. pkt. 16

Wnosimy o dopuszczenie myjni z jednoliniowym wyświetlaczem.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11: dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą panel sterujący z menu w j. polskim?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12: dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie generujące informacji o przeglądach? Ale wymagające planowych przeglądów raz do roku?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13: dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przepływomierzy ale wyposażone w zabezpieczenie anty-przelewowe?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14: dot. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zabezpieczeniem termicznym zapobiegającym przegrzaniu (do 45°C)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 15: dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści myjnię z zabezpieczeniem termicznym przy 45°C?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16: dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści myjnię bez systemu rozpoznawania endoskopów?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 17: dot. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez takiej funkcji?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18: dot. pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w filtry wstępne bez zmiękczacza wody?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 19: dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści myjnię w której woda zdemineralizowana może zostać użyta do wszystkich etapów procesu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 20: dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści myjnię nie spełniającą w pełni zaleceń zawartych w PN EN ISO 15883 dotyczących tylko i wyłącznie urządzeń termiczno-chemicznych? Oferowana myjnia posiada certyfikaty dopuszczające do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521  
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

---

**Dotyczy: Zadanie 1. Urządzenia używane na salach operacyjnych - Zestaw laparoskopowy z histeroskopem -1 kpl.**

Zapytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości FullHD 1920x1080, posiadający wejścia: DVI, VGA, S-Video, Composite Video, wyjścia: DVI, VGA, S-Video, Composite Video, jasność 400cd/m2, kontrast 700:1, odświeżanie <=1ms, o wadze 14kg?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę HD 3CCD o rozdzielczości 1920x1080, posiadającą zoom optyczny 2x (obiekty o f= 15-31mm), posiadającą wyjścia DVI-D 2 x, S-Video 2x, Composite Video 2x? Obiektyw jest na stałe zamocowany do głowicy kamery.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści wózek laparoskopowy o wysokości 1450mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści histeroskop kompaktowy o kacie patrzenia 6st, długości 20cm, średnicy zewnętrznej 3,2 do 4,5mm (konikalny), kanał roboczy 6Fr do instrumentów 5Fr, bez uchwytu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści morcelator laparoskopowy o dostępnych średnicach końcówek 12mm i 15mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści insuflator laparoskopowy o przepływie gazu w przedziale 0-30l/min?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki laparoskopowe o długości 360mm, 3 częściowe?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki chwytające bipolarne o długości 360mm bez zatrasku? W laparoskopowych instrumentach bipolarnych nie stosuje się rączek z zapinkami.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zamawiający**