



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/83/P/12

Bydgoszcz, dnia 18.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń medycznych, nr sprawy NZZ/83/P/12.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1 – dotyczy: Rozdział VI SIWZ Termin wykonania zamówienia

Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia z 25 dni od daty zawarcia umowy do 42 dni od daty zawarcia umowy?

Uzasadnienie: Aparatura medyczna będąca przedmiotem postępowania przetargowego (Zadanie nr 10) jest wysoko specjalistycznym sprzętem medycznym produkowanym w USA. Ze względu na czas transportu i czas trwania procedury odprawy celnej niemożliwe jest sprostanie wymogom dostawy w ciągu 25 dni od daty podpisania umowy. Ponieważ Oferent nie jest producentem sprzętu, a jedynie autoryzowanym dystrybutorem działającym na terenie Polski na prawach wyłączności, nie ma możliwości skrócenia terminu dostawy poniżej terminu deklarowanego przez producenta. Oferent zamieszcza warunki dostawy we wszystkich ofertach handlowych kierowanych do potencjalnych użytkowników. Utrzymanie 25 dniowego terminu dostawy skazywałoby oferenta na płacenie kar umownych za niedotrzymanie terminu dostaw.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy załącznika nr 3 – projekt umowy

Zapytanie 2: §3 pkt.5 a.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za brak realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w §3 pkt.5 a wynosiła 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty?

Uzasadnienie: Umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą ma charakter umowy wzajemnej i z definicji zgodnie z art. 487 §2 Kodeksu Cywilnego, „świadczenie jednej ze stron jest odpowiednikiem świadczenia drugiej”. Tak więc dostawy, które realizuje wykonawca są odpowiednikiem świadczenia wzajemnego spełnianego przez Zamawiającego – płatności za te dostawy. Wprowadzenie zatem tak znacznego rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić dostawca w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, a odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowaną dostawę, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego. Ponadto, zapis art. 484 §2 KC mówi o tym, że dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku gdy jest ona rażąco wygórowana (nawet w przypadku gdy taki zapis znalazł się w podpisanej przez strony umowie).

Mając na uwadze powyższe przepisy prosimy o zmianę wysokości kar umownych do wartości zawartych w pytaniu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 3: §3 pkt.5 b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za brak realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w §3 pkt.5 b wynosiła 0,1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Uzasadnienie: Jak w uzasadnieniu do pytania nr 2 Projekt Umowy, §3 pkt.5 a.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4: §3 pkt.11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego w okresie gwarancji do 7 dni roboczych?

Uzasadnienie: Aparatura medyczna będąca przedmiotem postępowania przetargowego (Zadanie nr 10) jest wysoko specjalistycznym sprzętem medycznym produkowanym w USA. Ze względu na czas transportu i czas trwania procedury odprawy celnej niemożliwe jest sprostanie wymogom dostawy sprzętu zastępczego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wady. Utrzymanie 2 dniowego terminu dostawy sprzętu zastępczego skazywałoby oferenta na płacenie kar umownych za niedotrzymanie terminu.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Projekt Umowy” w § 3 pn. „Warunki i termin dostawy” skreśla ust. 11 i wprowadza jednocześnie w tym paragrafie ust. 11 o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji niezwłocznie (w terminie do **5 dni** od chwili zgłoszenia wady) sprzęt zastępczy. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może zapewnić sobie sprzęt zastępczy od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy lub zlecić wykonanie świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.”

Zapytanie 5: §3 pkt. 12a.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za brak realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w §3 pkt.12 a wynosiła 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty?

Uzasadnienie: Jak w uzasadnieniu do pytania nr 2 Projekt Umowy, §3 pkt.5 a.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 6: §3 pkt.12 b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za brak realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w §3 pkt.12 b wynosiła 0,1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień następujący po terminie wyznaczonym w ust. 10 a-c?

Uzasadnienie: Jak w uzasadnieniu do pytania nr 2 Projekt Umowy, §3 pkt.5 a.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 7

Par 3 ustęp 5b oraz ustęp 12b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, gdyż są one niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zapisy:

Par. 3 ustęp 5 b

b. bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.

Par. 3 ustęp 12 b

b. do żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a- c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego,

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 8

Par 3 ustęp. 5a

Na jakiej podstawie Zamawiający dokona zakupu u innego kontrahenta bez przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? W przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się należycie z umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niej i naliczenia kar umownych według zawartych w niej zapisów. Prosimy o zmianę zapisu na: *5a. po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zadania określonej w formularzu oferty.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 9

Paragraf 3 ustęp 6 i 12a

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kary umownej, w przypadku gdy zleci wykonanie części umowy innemu podmiotowi, gdyż Wykonawca z tego tytułu zobowiązany jest wg zapisów umowy ponieść już koszty – koszt zlecenia usługi innemu podmiotowi.

Prosimy również o dodanie zapisu, że podmiot ten powinien posiadać autoryzację producenta sprzętu do wykonywania usług serwisowych sprzętu będącego przedmiotem umowy – Wykonawca nie może ponosić ryzyka z tytułu zlecenia usług serwisowych podmiotom, które nie są do tego upoważnione.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na:

6. W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może, po wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy, zlecić wykonanie tych czynności, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Zamawiającego lub też Zamawiający może żądać wykonania umowy w tym zakresie i żądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 5 b., stosowanym odpowiednio

12. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

lub

(...)


Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 10

Par 3 punkt 10

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy, gdyż urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC) i w porównaniu z przedmiotami codziennego użytku, produkowany w krótkich seriach (kilkadziesiąt - kilkaset sztuk rocznie na świecie). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 449¹⁻¹¹ KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521

Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N 18001:2004

zgodności. Aby utrzymać wysoki poziom kompetencji inżynierów serwisowych, konieczne jest koncentrowanie złożonych napraw w kilku-kilkunastu ośrodkach serwisowych na świecie. Tylko wtedy serwisanci mają możliwość wystarczająco częstego serwisowania urządzeń tego samego typu, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis:

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru lub dostarczenia w miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad, w razie ujawnienia się wad w okresie miesięcy /dla zadania nr .. /liczonych od dnia dokonania należytej instalacji i uruchomienia Towaru. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji powyższego obowiązku w następujących terminach:

- a.) w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 12 dni roboczych,*
- b.) w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 5 dni roboczych*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 11

Par. 3 ustęp 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 4.

Zapytanie 12

Par 3 ustęp 14

Prosimy o dopisanie, że Zamawiający dostosuje pomieszczenia, w których będzie zainstalowany przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Wykonawcy otrzymanymi wraz z umową i że w przypadku gdy Zamawiający nie dopełni obowiązku przygotowania pomieszczeń, nie będzie naliczał kar umownych z tytułu zwłoki w dostarczeniu/instalacji sprzętu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 13: dotyczy §3 warunki i termin dostaw, ust. 5 a)

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie z 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty na 0,2% wartości sprzętu, którego opóźnienie dotyczy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 14

(§ 3 ust. 4) - Czy Zamawiający zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia Towaru wolnego od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji zgłoszonych przy dostawie lub przy uruchomieniu Towaru z 7 dni na 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji?

Chcielibyśmy zauważyć, iż większość tego typu przedmiotów zamówienia produkowanych jest na indywidualne zamówienie przez zagranicznych producentów także sprowadzenie nowego sprzętu w tak krótkim terminie znacznie podniosło by koszt sprzętu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 15

(§ 3 ust. 5) - Wnosimy o zmianę zapisu z:

„W przypadku nie dostarczenia Towaru w ustalonym terminie albo dostarczenia Towaru nie spełniającego wymagań określonych w ofercie przetargowej lub w § 1 ust. 4 niniejszej umowy lub Towaru obciążonego innymi wadami i nie dostarczenia, w miejsce nie spełniającego wymagań lub/i wadliwego, Towaru wolnego od wad w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający będzie miał prawo, według swojego wyboru:

- a) po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zadania określonej w formularzu oferty,
- b) bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.”

na zapis:

„W przypadku nie dostarczenia Towaru w ustalonym terminie albo dostarczenia Towaru nie spełniającego wymagań określonych w ofercie przetargowej lub w § 1 ust. 4 niniejszej umowy lub Towaru obciążonego innymi wadami i nie dostarczenia, w miejsce nie spełniającego wymagań lub/i wadliwego, Towaru wolnego od wad w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający będzie miał prawo żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.”

Powyższe kary uznać należy za rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Zamawiający obarcza wysoką karą Wykonawcę nakładając karę w wysokości 5% (co w stosunku rocznym daje aż 1825%) dodatkowo obciążając wykonawcę różnicą ceny towaru zakupionego u innego kontrahenta. Ponadto, co należy podkreślić, Zamawiający nie może obciążać wykonawcy kilkoma karami za jedno zdarzenie a rażąco wysoka kara umowna żądana przez Zamawiającego narusza zasadę uczciwego obrotu gospodarczego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 16

(§ 3 ust. 6) - Wnosimy o zmianę zapisu z:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może, po wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy, zlecić wykonanie tych czynności, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Zamawiającego i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości zadania, określonej w formularzu oferty lub też Zamawiający może żądać wykonania umowy w tym zakresie i żądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 5 b., stosowanym odpowiednio.”

na zapis:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zadania za każdy dzień zwłoki”

Powyższe kary uznać należy za rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Zamawiający obarcza wysoką karą Wykonawcę nakładając karę w wysokości 2%, co w stosunku rocznym daje aż 730%, dodatkowo obciążając wykonawcę kosztem zlecenia montażu i uruchomienia innemu podmiotowi. Należy podkreślić, iż Zamawiający nie powinien obciążać wykonawcy kilkoma karami za jedno zdarzenie a rażąco wysoka kara umowna żądana przez Zamawiającego narusza zasadę uczciwego obrotu gospodarczego. Ponadto jednostkami uprawnionymi do montażu i/lub uruchamiania przedmiotu zamówienia oraz prowadzenia obsługi technicznej/serwisowej w okresie gwarancji są wyłącznie wyznaczone przez producenta autoryzowane serwisy. Interwencja osób nieuprawnionych może zakończyć się utratą gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 17

(§ 3 ust. 10) – Czy Zamawiający w przypadku obowiązku usunięcia przez wykonawcę ujawnionej wady Towaru lub dostarczenia w miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji:

- w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów z 7 dni roboczych na 10 dni roboczych
- w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części lub podzespołów z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 18

(§ 3 ust. 11) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu zastępczego w okresie gwarancji z 2 dni do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 4.

Zapytanie 19

(§ 3 ust. 12) - Wnosimy o zmianę zapisu z:

„W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

- a) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3 % wartości zadania określonej w formularzu oferty,
- lub
- b) do żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a-c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego”,


na zapis:

„W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a-c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego”,

Wysokość kar umownych określona w tym paragrafie jest również zbyt wygórowana. Zamawiający narusza bowiem zasadę swobody umów określając bardzo wysokie kary umowne za każdy dzień opóźnienia nie wskazując równocześnie górnej granicy odpowiedzialności wykonawcy. Ponadto, co należy podkreślić, Zamawiający nie może obciążać wykonawcy kilkoma karami za jedno zdarzenie. Kara umowna nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Zapytanie 20

(§ 3) - Wnosimy o wyrównanie kary umownej za odstąpienie od umowy poprzez dopisanie w § 3 ustępu o następującej treści:

„W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% całkowitej wartości przedmiotu niniejszej umowy, określonej w § 1 ust 2”?

Zamawiający dla zachowania zasady równości stron i swobody kształtowania stosunków powinien uwzględnić interesy obydwu stron.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 21

§ 3 ust. 5 podpunkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 5% na 1%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 22

§ 3 ust. 5 podpunkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 1% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 23

§ 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu autoryzowanemu serwisowi producenta urządzeń nie tracąc tym samym uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 24

§ 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 2% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 25

§ 3 ust. 10 a.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 7 dni roboczych (dotyczy oferowanego USG), a z obiektywnych przyczyn Zamawiający prześle urządzenie do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy dla oferowanego echoendoskopu)”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 26

§ 3 ust. 10 b.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 3 do 5 dni roboczych? (od chwili dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy dla oferowanego echoendoskopu)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 27

§ 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(...) Towar wolny od wad zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 28

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu z 2 dni do 3 dni roboczych.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na zapytanie nr 4.

Zapytanie 29

§ 3 ust. 12 podpunkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie, zlecenia usunięcia wady innemu autoryzowanemu serwisowi producenta urządzeń nie tracąc tym samym uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawa obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 30

§ 3 ust. 12 podpunkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 31: Dot. SIWZ rozdział III pkt. 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany system do archiwizacji badań wraz ze sprzętem komputerowym nie był wyrobem medycznym (VAT23%)?

Odpowiedź

W przypadku urządzeń do archiwizacji będących integralną częścią zaoferowanych urządzeń medycznych, a także w przypadku urządzeń do archiwizacji posiadających własne źródło zasilania należy je traktować jako urządzenia medyczne – zastosowanie ma stawka VAT zgodna z obowiązującymi przepisami. W przypadku urządzeń zewnętrznych, bez własnego źródła zasilania – zastosowanie ma stawka VAT zgodna z obowiązującymi przepisami.

Zapytanie 32

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Odpowiedź

Nie znajduje się.

Zamawiający