



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008  
ISO 14001: 2008  
PN-N18001:2001

NZZ/65/D/13

Bydgoszcz, dnia 05.08.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie implantu o powierzchni typu Branemarka, o geometrii zaczepu i implantu OptiFit, w którym zaczep nie jest pokryty hydroksyapatytem?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów warunków gwarancji zawartych w 8 pkt. „Warunków gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika dla przedmiotu dostawy pkt nr 2 z:

„Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) **minimum 36 miesiące** ( podać ilość miesięcy ) ”

Na:

„Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) **minimum 24 miesiące** ( podać ilość miesięcy ) ”

Uzasadnienie:

Globalna gwarancja oferowana przez Producenta implantów słuchowych jest zgodna z warunkami zaproponowanymi powyżej – 24 miesiące . Z naszej najlepszej wiedzy wynika, iż wszystkie urządzenia tego typu oferowane na świecie posiadają zbliżone okresy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji w znaczący sposób wpływa na wzrost ceny całego systemu. W związku z powyższym wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. II, pkt 8 ppkt 2 w kolumnie „Opis parametrów” w załączniku nr 1 do SIWZ ( pn. Przedmiot zamówienia ) dotyczącego długości udzielonej gwarancji. „Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) minimum 24 miesiące ( podać ilość miesięcy ) ”. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania implantu magnetycznego w tytanowej obudowie o długości 39 mm, szerokości 16mm, głębokości 2,6 mm, średnicy 10 mm? Jest to system bezzaczepowy, który nie posiada zaczepu przechodzącego przez skórę. Oferowany w komplecie procesor ma system mocowania utrzymujący procesor za pomocą magnesu i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Wykonawca wraz z implantami udostępni oprzyrządowanie umożliwiające wszczepienie implantu tj. przymiary, miarki, śruby, śrubokręt.

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4

*Czy Zamawiający wydzieli oddzielny pakiet dopuszczając możliwość oferowania implantu magnetycznego w tytanowej obudowie o długości 39 mm, szerokości 16mm, głębokości 2,6 mm, średnicy 10 mm? Jest to system bezzaczepowy, który nie posiada zaczepu przechodzącego przez skórę. Oferowany w komplecie procesor ma system mocowania utrzymujący procesor za pomocą magnesu i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Wykonawca wraz z implantami udostępni oprzyrządowanie umożliwiające wszczepienie implantu tj. przymiary, miarki, śruby, śrubokręt.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

***Zamawiający***