



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/64/P/13

Bydgoszcz, dnia 14.08.2013 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dot. Grupy 2

Czy Zamawiający dopuści alternatywny całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie w formie strzykawki gotowej do iniekcji substytut kości w postaci w pełni biokompatybilnego materiału pełniącego funkcję środka osteokondukcyjnego, składającego się z Masy HA oraz granulek przeszczepu kostnego w składzie identycznej z masą mineralną kości ludzkiej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2- dot. Grupy 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie alternatywnego rozwiązania o paramentach w poniższej konfiguracji? Zestaw zawiera: płytkę stabilizującą oraz 4 śruby do jej mocowania.

- Płytki w rozmiarach długości od 12 do 92mm, stopniowane co 2 mm w zakresie 12-68mm oraz co 4mm w zakresie 68-92mm;
- Grubość płytki nie większa niż 2mm;
- Szerokość płytki nie większa niż 18mm;
- Możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących;
- Śruby samogwintujące o średnicach 4 i 5 mm, dostępne w długościach od 12 do 16 mm, skok co 2 mm;
- Materiał: tytan;
- Możliwość wygodnego użycia jednego instrumentu zarówno do wprowadzania śrub, jak i do ich blokady.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Zamawiający