



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004

Bydgoszcz, dnia 21.08.2013 r.

**NZZ/41/P/13**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.*

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej (małe fragmenty) posiadającej otwory z gwintem stożkowym zamiast z gwiazdystym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej (duże fragmenty) posiadającej otwory akceptujące śruby korowe o śr. 4,5 mm oraz śruby korowe o śr. 5,0 mm z nagwintowaną główką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej o ustalonej stabilności kątowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki rynienkowej z otworami w płycie akceptującymi wyłącznie śruby korowe o śr. 3,5 mm z nagwintowaną główką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania śruby gąbczastej tytanowej o śr. 4,0 mm, z gwintem częściowym, samogwintujące, rozmiary od 12 do 22 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej, tytanowej ze stożkowym gwintem , śr. 5,0 mm, pełen gwint, samogwintująca, w rozmiarach od 12 do 46 mm skok co 2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający w **Grupie 3 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej dodatkowo o śr. 3,5 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 8:**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 2 % na 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**