



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/71/P/13

Bydgoszcz, dnia 29.08.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów, kardioewrterów - defibrylatorów oraz elektrod

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z refrakcją w komorze w zakresie od 200-500ms, bez możliwości ustawienia poniżej 200ms?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 2 – dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym gromadzona energia defibrylacji wynosi 40J?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Zamawiający