



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/84/P/13

Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów i materiałów medycznych, odzieży i bielizny operacyjnej oraz materiałów jednorazowego użytku.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - Grupa 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł wiskozowych w rozmiarze 90 x 200 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie nr 2 - Grupa 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł celulozowo-foliowych w rozmiarze 80 x 210 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie nr 3 - Grupa 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prześcieradeł celulozowo-foliowych w rozmiarze 80 x 210 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie nr 4 - Grupa 5, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koszul z nieprzeziernego, miękkiego i układalnego laminatu SMS?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - Grupa nr 2 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nagłego cięcia cesarskiego.

Skład:

- a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2
- b) 1 x fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep . Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm): 150 cm
- c) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm)
- d) 1 x dren typu Yankauer CH 25
- e) 1 x skalpel nr 22
- f) 1 x miska o pojemności 250 ml, kolor niebieski
- g) 20 x tupfer z nitką RTG rozmiar 29 x 35 cm
- h) 10 x kompresów gazowych 17x16w 10 x 10 z nitką rtg
- i) 5 serwet laparatomijnych o wymiarach 40 x 40 z elementem kontrastującym w promieniach RTG (4 warstwowe)
- j) 1 x fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O. Fartuch jest

złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 137 wymagania standardowe. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm): 150 cm

k) Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m² i na rękawach min. 40,5 g/m², – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H₂O (strefa krytyczna). Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm) 150 cm

l) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm

m) 1 x serweta przeznaczona do owinięcia noworodka o wymiarach 90 x 110 cm, wykonana z chłonnego materiału typu spunlace, kolor biały

o) serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery 260 cm x 310 cm, posiadająca zintegrowane osłony na kończyny dolne, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 24 cm x 29 cm otoczony folią chirurgiczną oraz taśmą samoprzylepną na węższych bokach otworu, w zintegrowaną torbę na płyny z możliwością podłączenia drenu, sztywniki.

p) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - Grupa nr 2 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 70 x 190 cm)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem przylepnym na krocze 10 cm x 15 cm i wzmocnieniem w części krytycznej, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 - Grupa nr 2 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści do laparoskopii wyposażony w:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem lepnym w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, przesłoniętym klapką

z osłoną podpórki na kończyny górne

ze zintegrowanymi uchwyty do przewodów i drenów

oraz kieszeń 2 – komorową w rozm. 38 x 40 cm pakowaną osobno i fartuchy, pakowane osobno, których opis jest następujący:

jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi polami, złożony w sposób zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

Długość fartucha: 150 cm, 170cm. Spełnia wymogi normy EN 13795 1, 2, 3?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - Grupa nr 3 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów typu SMMS – 4 warst. o następującej charakterystyce :

Sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, z zakładanymi polami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze 35g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42g/m² i na rękawach min. 40 g/m². Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów.

Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Umieszczenie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapinanie na rzep długość min. 6cm i 14 cm, szerokość 3cm, mankiet miękka dzianina poliestrowa szerokość min. 8cm. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha (+/-5cm): 120cm, 130 cm, 150cm i 170 cm z dodatkowym opakowaniem i ręczniczkami?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Grupa nr 3 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych, jałowych , jednorazowych o długości : 120 cm 130 cm 150 cm i 170 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 -Grupa nr 4 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet operacyjnych gazowych , niejałowych , po wstępnym praniu 17 nitk. z taśmą radiacyjną w rozm. 55 x 65 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający