



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

Fax. 52/36-55-496

NZZ/94/P/13

Bydgoszcz, dnia 08.01.2014 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/94/P/13*

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1**

**Grupa 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej 1ml U40, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

**Grupa 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka ma być wykonana z polipropylenu (tłok i cylinder)?

**Odpowiedź**

Strzykawka może być wykonana z polipropylenu, wymagany tłok z końcówką gumową.

**Pytanie 3**

**Grupa 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, w celu łatwiejszej identyfikacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

**Grupa 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana

jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylne, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

**Grupa 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym wykonana z termoplastycznego tworzywa ma posiadać znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego o szerokości minimum 1 cm ringu wokół całego obwodu rurki co ułatwia wizualizację oraz pozycjonowanie rurki względem fałdów głosowych ?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6**

**Grupa 5 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga filtra z krótkimi przedłużeniami (ok. 3 cm) z objętością wypełnienia do 0,6 ml , powierzchnią filtrowania 1,6 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 7**

**Grupa 5 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr do żywienia pozajelitowego ma posiadać oznaczenie barwne korpusu (niebieski przezroczysty)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 8**

**Grupa 5 poz. 1-2**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by filtr był wyposażony w zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra oraz specjalną zatyczkę typu Flowstop, która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 9**

**Grupa 9 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego antibakteryjnego, antywirusowego mechanicznego z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji: wirusy 99,9999%;bakterie 99,9999 %,pojemność VT 150-1000ml. Sterylny pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka ma być wykonana z polipropylenu (tłok i cylinder)?

**Odpowiedź**

Strzykawka może być wykonana z polipropylenu, wymagany tłok z końcówką gumową.

**Pytanie 11**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, w celu łatwiejszej identyfikacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 12****Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki będą stosowane do pomp infuzyjnych? W razie odpowiedzi pozytywnej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych?

**Odpowiedź**

Strzykawki będą stosowane nie tylko do pomp infuzyjnych. Zamawiający nie widzi potrzeby wyjaśnienia, czy i jakie strzykawki były zalecane w instrukcji do pomp infuzyjnych.

**Pytanie 13****Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o podanie nazw pomp jakie Zamawiający posiada na wyposażeniu szpitala.

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada pompy zarówno producentów krajowych i zagranicznych.

**Pytanie 14****Grupa 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego w rozmiarze 58x91cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na walory użytkowe podkładu a Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również podkład w podanym rozmiarze pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

**Pytanie 15****Grupa 29**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki bez balonu, do długotrwałej intubacji, przezroczystej, miękkiej, z termoplastycznego materiału-dopasowująca się do kształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną, oznakowanie długości, co 1 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16****Grupa 29**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej, z medycznego PVC, prostej, bez mankietu, rozmiar podany na niebieskim łączniku 15 mm, bez otworu Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 2,5 do 6,5 co pół.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17****Grupa 33 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego w postaci zestawu łączników: „Y” do rozdwojenia drenów do odsysania oraz łącznika do odsysania z zastawką, tak jak obecnie stosowane są w Państwa placówce

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza łącznik „Y” do rozdwojenia drenów do odsysania i łącznika do odsysania z zastawką.

**Pytanie 18****Grupa 34**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych ubrań chirurgicznych w rozmiarach: XS, S, M, L oraz XL wykonanych z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, dzięki czemu są lżejsze, miękkie i dobrze się układają. Każde spodnie oraz każda bluza pakowane osobno w folię, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego, dodatkowo pakowane w karton zbiorczy po 50 sztuk. Bluza z trzema

kieszeniami. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19**

**Grupa 34**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby nogawki spodni, były wywiniete i podszyte u dołu, co sprawię że są odporniejsze na rozdarcie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie oczekuje powyższego rozwiązania.

**Pytanie 20**

**Grupa 34**

Czy Zamawiający oczekuje, aby ubrania chirurgiczne były oznakowane jako wyrób medyczny, i jednocześnie jako ochrona personelu stanowiły środek ochrony osobistej? Podwójnie oznakowany produkt zgodnie z prawem może być stosowany zarówno jako wyrób medyczny w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (procedury medyczne) oraz jako środek ochrony osobistej tj. do ochrony użytkownika. Podwójne oznakowanie produktu umożliwia zatem szersze przeznaczenie i zakłada większe spektrum jego zastosowania.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby ubrania chirurgiczne był oznakowane jako wyrób medyczny. Nie wymaga, ale dopuszcza podwójnie oznakowany produkt tj. aby były dodatkowo oznakowane jako środek ochrony osobistej.

**Pytanie 21**

**Pytania do SIWZ i do umowy**

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie widzi potrzeby zawierania umów odrębnie do każdej grup.

**Pytanie 22**

**Pytania do SIWZ i do umowy**

Czy zamawiający przewiduje – w celu zapewnienia zachowania parametrów wyrobu medycznego zgodnie z przewidzianymi dla niego wymaganiami zasadniczymi – zamawianie poszczególnych partii wyrobu medycznego jedynie w ilościach odpowiadających sposobowi jego opakowania (jednostkowego lub handlowego) przez wytwórcę, które zostało przez niego ustalone i jest stosowane w obrocie hurtowym do czasu jego ostatecznego wykorzystania przez podmioty występujące w obrocie tymi wyrobami?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23**

**Pakiet 29 Poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki bez balonu, do długotrwałej intubacji, przezroczystej, miękkiej, z termoplastycznego PCV-dopasowująca się do kształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem, z kontrastującą dystalną końcówką 20mm dla rozmiarów 2-3,5 ; 30mm dla roz 4, oznakowanie długości co 1 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24**

Dotyczy: Grupy nr 9 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Grupie 9 pozycji nr 1 filtra elektrostatycznego oraz w Grupie 9 pozycji 2 filtra mechanicznego o pojemności 200-1500 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25**

Dotyczy:

Grupy nr 37 pozycji 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie przedziału wagowego pacjentów dla których mają być przeznaczone czujniki.

**Odpowiedź:**

Poniżej 3 kg.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki były wolne od lateksu i ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby czujniki były wolne od lateksu, natomiast nie wymaga ale dopuszcza aby były wolne od ftalanów.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki były w kształcie litery L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający wymaga aby były dołączone plasterki zwiększające żywotność czujników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 29**

Pytanie 1 Zadanie 7 punkt 12

Prosimy o dopuszczenie zestawu nie wyposażonego w silikonowe smoczki dla wcześniaka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający