



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

Fax. 52/36-55-496

NZZ/94/P/13

Bydgoszcz, dnia 31.12.2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/94/P/13*

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadawanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1**

**Pytanie do Grupy 4 - Opaska ochronna do fototerapii**

**Czy Zamawiający dopuści okulary o niżej podanych parametrach technicznych:**

Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularów do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

**Pytanie do Grupy 4 - Opaska ochronna do fototerapii**

**Czy Zamawiający dopuści okulary o niżej podanych parametrach technicznych:**

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

**Pytanie do Grupy 4 - Opaska ochronna do fototerapii**

**Czy Zamawiający dopuści okularki o niżej podanych parametrach technicznych:**

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm.

Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

**Pytanie do Grupy 7 Układ oddechowy CPAP.**

Do pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści układ o niżej podanych parametrach technicznych:

**Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow** z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy **(średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana)**.

**Odcinek wdechowy** jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

**Odcinek pomiarowy** do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

**Odcinek łączący** nawilzacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

**Generator** umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

**Kończówka donosowa** łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie układy oddechowe posiadające walidację z urządzeniem firmy Care Fusion, gdzie generator układu mocowany jest do czapki tasiemkami, a przegub posiada ruchomość 360° i jest oparty o zawór kulisty, który przejmuje pracę wykonaną przez dziecko podczas ruchów w inkubatorze.

**Pytanie 5**

**Pytanie do Grupy 7 Układ oddechowy CPAP.**

Do pozycji nr 6-11 Czy Zamawiający dopuści czapeczki o niżej podanych rozmiarach ?

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również wyżej wymienione rozmiary informując, iż muszą być kompatybilne z generatorem zaproponowanym w poz. nr 1.

**Pytanie 6**

**Pytanie do Grupy 7 Układ oddechowy CPAP.**

Do pozycji nr 13 czy Zamawiający dopuści czujnik o niżej podanych parametrach technicznych?

Akcesoria pomocnicze do CPAP: czujnik brzuszny oddechów

Czujnik służy do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka (kapsuła Graseby), który steruje podawaniem westchnień.

-100 cm długości

-produkt jednorazowego użytku, pakowany oddzielnie

-bez lateksu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie czujniki kompatybilne z urządzeniem firmy Care Fusion, które posiadają walidację z urządzeniem.

**Pytanie 7**

**Pytanie do Grupy 7 Układ oddechowy CPAP.**

Do pozycji nr 2 tj. Komora nawilżacza jednorazowego użytku (do nawilżacza MR 750/850 Fisher&Paykel)

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji wydzielenie pozwole na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi a co za tym idzie ograniczy koszt zakupu bez udziału firm trzecich i ich kolejnych narzuconych marży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 8**

#### **Grupa 37 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji jednorazowych czujników typu Nellcor do pomiaru saturacji u noworodków mikrobiologicznie czystych (niesterylnych) nie zawierających lateksu, samoprzylepnych, w kształcie litery L, sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowane wyłącznie analogowo, nie posiadające wewnętrznej pamięci zdarzenia spadku saturacji, prawidłowo identyfikowane przez monitory w tej samej technologii, 9 pinów we wtyczce.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 9**

#### **Projekt umowy - §7 ust. 1 pkt. 5**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §7 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy, i dopuszczenie podwyższenia ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 10**

#### **Projekt umowy - §7 ust. 1 pkt. 7**

Zwracamy się z prośbą o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu trwania umowy o którym mowa w §7 ust. 1 pkt. 7 projektu umowy od zgody wyrażonej przez obie strony umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 11**

#### **Dotyczy pak 18 – Zestaw do Inwazyjnego pomiaru ciśnienia:**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy przetworników z prostą igłą w zbiorniku wyrównawczym (zakrzywiona igła nie ma żadnego wpływu na poprawienie jakości pracy przetwornika) , zdejmowanymi koreczkami oraz bezpinowym połączeniem, które to połączenie jest trwalsze , nowocześniejsze i bezpieczniejsze oraz stosowane przez większość renomowanych firm produkujących przetworniki; pakowane na tackach wyprofilowanych typu blister-pack z tworzywa, zamykana papierem laminowanym których otwarcie nie powoduje przemieszczania się elementów przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów technicznych, Kompatybilną z monitorem Bene View T5 za pomocą kabli wypożyczonych przez oferenta na czas trwania umowy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie wadium w formie jednej gwarancji ubezpieczeniowej dla kilku pakietów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Należy jednakże wskazać numery grup, które są zabezpieczone wadium.

### **Pytanie 13**

#### **Dot. Wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy w następujący sposób: *W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.*

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 14**

#### **Dot. Wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 15**

#### **Dot. Wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 16**

#### **Dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 17 wzoru umowy na następujący:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 17**

Dot. par. 6 ust. 1 wzory umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do

*dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 18**

**Dot. Wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19**

**Dot. Wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §7 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20**

Grupa nr 36

Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:

Czy zamawiający dopuści patyki wraz z mechanizmem mocującym o grubości 1,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 21**

**A. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 1 płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 110mm, ze stopniowaniem co 2,5mm,

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**B. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 2 wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające, jedno- i dwu-korówkowe (w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3.5mm 4.0mm 4.5mm i o długościach w zakresie od 12 do

18mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości),

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**C. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 3 system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki, grubość płytki wraz z mechanizmem blokującym max. 2,5mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**D. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 4 szerokość płytki max. 18mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**E. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 5 proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śrub do płytki (w pełni odwracalne) następuje poprzez obrót specjalnego „śmigła” o 90 stopni,

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**F. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 6 płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**G. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 7 prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**H. Czy w pakiecie nr 36 „Płytki do stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa:**

Zamawiający dopuści:

Pkt. 8 instrumentarium w kasce umożliwiającej sterylizację i przechowywanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 22****Grupa 7, poz. 1**

Czy Zamawiający potwierdza, iż zaproponowany w pozycji 1 „jednorazowy układ oddechowy” musi być kompatybilny z urządzeniem firmy Care Fusion IF, posiadać walidację która potwierdza w jakich parametrach pracuje generator by zachować zasady bezpieczeństwa i sukces terapeutyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza taki wymóg.

**Pytanie 23****Grupa 7, poz. 1**

Czy Zamawiający potwierdza, iż zawór kulisty wymieniany w zadaniu 7. poz. 1 musi obracać się w każdej płaszczyźnie i zachowywać możliwość obrotu o 360°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza taki wymóg.

**Pytanie 24****Grupa 7, poz. 12**

Czy Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu nr 12 smoczek do uszczelniania CPAP musi być wykonany z jednego kawałka bardzo giętkiego silikonu z możliwością przyjęcia kołnierza smoczka i dopasowaniu go do ust pacjenta w celu uszczelnienia ich.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza taki wymóg.

**Pytanie 25****Dotyczy grupy 34 Ubranie chirurgiczne**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego, w którym bluza posiada 3 kieszenie – 2 na dole po obu stronach oraz 1 kieszeń na wysokości klatki piersiowej, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 26****Dotyczy grupy 25 Podkład higieniczny**

Prosimy o określenie, o jakim minimalnym poziomie chłonności (wg ISO 11948-1) podkłady należy zaoferować: 950 g, 1000 g czy też 1750 g? Odpowiedź na powyższe pozwoli Zamawiającemu na wybór optymalnego poziomu chłonności, zgodnie z potrzebami.



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o chłonności 1750 g.

**Pytanie 27**

**Dotyczy grupy 17 Serweta włókninowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 40 x 45 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 28**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 29**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdą rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 5 ust. 3 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdą rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dziesięciokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 30**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy słowa „*10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w § 1 ust. 2*” zostały zastąpione słowami „*10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33**

Grupa 17

Poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie serwety jednorazowej z włókniny o wymiarach 37 cm x 45 cm, sterylne, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia/papier.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 34**

Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z osobną igłą 1ml U40?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 35**

Grupa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę ochronną w następujących rozmiarach: 27cm +/- 5cm, 26cm +/- 5 cm, 20 cm +/- 5cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 36**

Grupa 13

Czy Zamawiający dopuści igłę do portu typu Hubera w rozmiarze 20Gx25mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 37**

Grupa 34

Czy Zamawiający dopuści ubranie z 3 kieszeniami o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> pakowane w folię.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający