



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/08/P/14

Bydgoszcz, dnia 10.03.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów, zestawów i produktów medycznych używanych w angiologii, endoskopii i do diagnostyki i embolizacji naczyń mózgowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego. Dostawa obuwia operacyjnego, podkładów, pozycjonerów i podestu chirurgicznego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stent samorozprężalny OTW o średnicach od 4.0mm do 10mm i długościach 20-150mm z 8 markerami tantalowymi o konstrukcji wielosegmentowej z naprzemiennymi łączeniami cel i elektrolitycznym polerowaniem dla uniknięcia efektu rybiej łuski? Wysoce precyzyjne uwalnianie stentu jest zagwarantowane dzięki zastosowaniu dodatkowej 3 osłony, która stabilizuje pozycję dystalną stentu, redukuje tarcie i zmniejsza ilość siły potrzebnej do rozprężenia stentu. Kompatybilność z przewodnikiem 0.035" i koszulką 6F, shaft 80 i 130cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy grupy 6 – Staplery jelitowe

Czy Zamawiający w grupie 6 w poz. 1 poprzez zapis „docisk automatyczny” ma na myśli zamknięcie staplera tylko w jednej pozycji właściwej, wskazanej przez producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający poprzez zużyty w opisie przedmiotu zamówienia zapis „docisk automatyczny” ma na myśli zamknięcie staplera tylko w jednej pozycji właściwej, wskazanej przez producenta.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 6 – Staplery jelitowe

Czy Zamawiający w grupie 6 w poz. 4 zezwoli i wymaga aby oferowany stapler liniowy oferowany był z kolorowym indykatorem położenia staplera oraz w rozmiarach 30, 45, 60 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie dla staplerów w rozmiarach 30 i 45 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, natomiast nie dopuszcza staplerów w rozmiarze 60 mm.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 30

Czy chodzi o samą lampę z przewodami, czy lampę z dodatkowym modulem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli z dwoma przewodami i wtyczką o mocy 100W.

-Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 58

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w grupie 58 przewodników z pętlą metalową do usuwania spiral i cewników:

- Długość zestawu 175 cm.

- Pętla robocza min. 2mm. Max. 8mm.

- Średnica przewodnika 0,018"

- Kompatybilny z cewnikiem o średnicy 3,2 F(będący częścią zaoferowanego zestawu)

- Dobrze widoczny w promieniach RTG

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 6, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera o długości zespolenia 30mm i 60 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza staplery w rozmiarze 30 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, natomiast nie dopuszcza staplerów w rozmiarze 60 mm.

Pytanie nr 7- dotyczy grupy 3

Czy w grupie nr 3 Zamawiający dopuści protezy naczyniowe wykonane z ePTFE(ekspandowanego politetrafluoroetyleny)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy grupy 3

Czy w grupie nr 3 poz. 3 i 4 Zamawiający dopuści protezy naczyniowe z ePTFE, zbrojone okrężnie w formie pierścieni z możliwością usunięcia zewnętrznego zbrojenia bez uszkodzenia protezy (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy grupy 38

Czy w Grupie 38 Zamawiający dopuści cewniki do angiografii mózgowej odporne na ciśnienie do max. 1200 psi, bez otworów bocznych, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy 40

Czy w Grupie 40 Zamawiający dopuści przewodniki hydrofilne o dwóch stopniach sztywności (standard i stiff) z końcówką typu floppy, o średnicy 0,035", pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy grupy 9

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: 600 x 350 x 220mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy

Czy Zamawiający wymaga, by płytę antypoślizgową można było zdejmować w celu mycia / dezynfekcji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Zamawiający