



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/08/P/14

Bydgoszcz, dnia 17.03.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów, zestawów i produktów medycznych używanych w angiologii, endoskopii i do diagnostyki i embolizacji naczyń mózgowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego. Dostawa obuwia operacyjnego, podkładów, pozycjonerów i podestu chirurgicznego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 36

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 36 dopuści zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; nie zawierający lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9 a) (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku reklamacji ilościowej i asortymentowej poprzez uzupełnienie ilości, odbiór nadwyżki lub wymianę na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną,”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9 b) (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 12 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 15 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 2% na 1% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 16 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7- dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 17 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku przekraczającego 5 dni roboczych lub powtarzającego się opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 18 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy;
- b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
- c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4 (Załącznik nr 3A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 15% na 5%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia, grupa 34

Czy Zamawiający w grupie 34, poz. 2 pozwoli zaoferować olejek silikonowy w opakowaniu o pojemności 50 ml, co po przeliczeniu da 20 opakowań?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia, grupa 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu endoskopów oraz rodzaju zaworów (ssący, czy woda-powietrze) z którymi winne być kompatybilne uszczelki opisane w grupie 34, poz. 5 oraz 6.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje uszczelek do endoskopu Pentax odpowiednio dla poz. 5 dla zaworu woda-powietrze i poz.6 dla zaworu ssącego.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 60

Prosimy o doprecyzowanie do jakiej strzykawki Medrad Zamawiający oczekuje wkładu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli strzykawkę Medrad typ: MARK V PROVIS.

Zamawiający