



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/08/P/14

Bydgoszcz, dnia 07.03.2014 r.

## Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów, zestawów i produktów medycznych używanych w angiologii, endoskopii i do diagnostyki i embolizacji naczyń mózgowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego. Dostawa obuwia operacyjnego, podkładów, pozycjonerów i podestu chirurgicznego.*

### MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia dla grupy 10 - Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny tytanowy w kolumnie 2 - Opis przedmiotu zamówienia/rozmiar

#### wykreśla się zapis:

Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy, blokowany typu Gamma, kaniulowany, wykonany z tytanu.

Komplet zawiera następujące elementy:

- gwóźdź,
- śrubę główną dogłową,
- śrubę blokującą, dystalną,
- śrubę kompresyjną
- zaślepkę

Gwóźdź o długości: krótki 180mm, długi : 280-460mm;

Możliwość wyboru gwoździa dedykowanego różnym wartościom kąta szyjkowo- trzonowego (120, 125, 130, 135 st.).

Grubość gwoździa w części bliższej 15,5-17mm, w części dalszej - 11mm.

Śruba doszykowa o średnicy 10,5mm, dostępna w długościach od 70 do 120mm.

Śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28mm, dostępna w długościach od 25 do 90mm.

Możliwość założenia śrub kondylarnych.

Śruby kompresyjne i zaślepki adekwatne do rozmiaru gwoździa.

Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.

Instrumentarium zawiera celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce w projekcji AP i osiowej.

Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia instrumentarium do zakładania

w/w implantów i ich serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości po min.1kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów. Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny kompletu, a także podania cen poszczególnych elementów wchodzących w jego skład.

#### w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy, blokowany typu Gamma, kaniulowany, wykonany z tytanu.

Komplet zawiera następujące elementy:

- gwóźdź,
- śrubę główną dogłową,
- śrubę blokującą, dystalną,
- śrubę kompresyjną
- zaślepkę

*Gwoźdź o długości: krótki 180mm, długi : 300-460mm;*

*Możliwość wyboru gwoździa dedykowanego różnym wartościom kąta szyjkowo- trzonowego (125, 130, 135 st.). Średnice gwoździ 10, 11, 12mm;*

*Śruba doszyjkowa o średnicy mieszczącej się w zakresie od 10 do 11mm, dostępna w długościach od 70 do 120mm.*

*Śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm, dostępna w długościach od 26 do 90mm.*

*Śruby kompresyjne i zaślepki adekwatne do rozmiaru gwoździa.*

*Instrumentarium zawiera celownik węglowy do określenia pozycji śruby doszyjkowej w szyjce w projekcji AP i osiowej.*

*Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia instrumentarium do zakładania w/w implantów i ich serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości po min.1kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów. Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny kompletu, a także podania cen poszczególnych elementów wchodzących w jego skład.*

Zmodyfikowany Przedmiot zamówienia (zał. 1) w zakresie grupy 10 stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

***Zamawiający***