



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-752**

**ISO 9001: 2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 27.08.2014 r.

**NZZ/48/P/14**

Dotyczy: Dostawa drenów jednorazowych do pompy artroskopowej.

**Wszyscy Wykonawcy**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pompy artroskopowej o większych zakresach regulacji ciśnienia i przepływu obejmujących minimalne zakresy podane w Załączniku nr 1 do SIWZ?

Oferowane urządzenie posiada możliwość regulacji parametrów w poniższych zakresach.

Zakres regulacji ciśnienia roboczego 0-200 mmHg (wymagany 0-150 mmHg)

Zakres regulacji przepływu 0-3000 ml/min (wymagany 0-1500ml/min)

##### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający**