

## Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzucaeniu oferty Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) dnia 07.11.2014 roku. Zdjęto dnia.....

### 1. Zamawiający:

**Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziele w Bydgoszczy**  
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz  
NIP 9532582266  
REGON 340517145  
Telefon: (0-52) 36-55-295,  
(0-52) 36-55-352,  
Faks : (0-52) 36-55-752.  
Strona internetowa Zamawiającego: [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) e-mail – [przetargi@biziel.pl](mailto:przetargi@biziel.pl)  
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

### 2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drenów jednorazowych do pompy artroskopowej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm. ).

Nr sprawy: NZZ/48/P/14

CPV 33141640-8, 33140000-3.

#### Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa drenów jednorazowych oraz użyczenie pompy artroskopowej. Ilość drenów - 400 sztuk.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzucaeniu oferty/terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

### 3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

#### Oferta 1 – Arthrex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

### 4. Cena wybranej oferty

29 808,00

### 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt./% wg kryterium ceny	Razem pkt./%
Oferta 1 – Arthrex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa	100,00	100,00
Oferta 2 – Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	92,62	92,62

### 6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

#### Oferta 3:

#### LinvaTec Polska Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający wymagał od Wykonawcy zaproponowania pompy artroskopowej o zakresie regulacji ciśnienia roboczego **0-150 mmHG lub 0-200 mmHG.**

Wykonawca zaoferował pompę artroskopową o zakresie ciśnienia płynu przy artroskopii: **30-150 mmHG.**

Zaproponowany przedmiot zamówienia nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wobec czego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

### 7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono Wykonawcy

### 8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie unieważniono postępowania

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym Zamawiający zaprasza w dniu 18.11.2014 roku w godzinach 10:00 – 14:00 do swojej siedziby w celu zawarcia umowy.

Zamawiający