



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax 52/36-55-752

NZZ/34/P/15

Bydgoszcz, dnia 10.05.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych, sprzętu do zabiegów endoskopowych oraz innego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/02/P/15

Wszyscy Wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:

1.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia: **30.06.2015 r.** do godziny: **09:30**

i wprowadza się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia: **03.07.2015 r.** do godziny: **09:30**

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XVI – Otwarcie ofert

skreśla się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu: **30.06.2015 r.** o godzinie: **11:00.**

i wprowadza się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy – niski parter – w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu: **03.07.2015 r.** o godzinie: **11:00.**

3.W Rozdziale VII „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert„ w punkcie 3 ppkt.

3.3. dotyczącym grupy 10,11,12 w akapicie pn. Ilość punktów przyznanych w ramach Pp - Zamawiający skreśla zawarty w pkt. 1 opis punktacji dla Grupy 10 , skreśla zawarty w pkt. 2 opis punktacji dla Grupy 11 oraz skreśla zawarty w pkt. 3 opis punktacji dla Grupy 12.

W miejsce skreślonych opisów wprowadza następujący opis:

Ilość punktów przyznawanych w ramach Pp.

1.Dla grupy 10 opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ:

a) punkt 1.

odporność na przenikanie cieczy serwet stanowiących obłożenia pacjenta:

- równe 900 cm H₂O – 0 pkt.
- powyżej 900 cm H₂O – 50 pkt.

b) punkt 6.

gramatura kompresów włókninowych z nitką RTG:

- gramatura w zakresie 37 - 39 g – 10 pkt.
- gramatura 40 g – 50 pkt.
- gramatura powyżej 40 g – 100 pkt.

Pmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 150 pkt = 20%.

2. Dla grupy 11 opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ:

a) punkt 6.

gramatura kompresów włókninowych z nitką RTG:

- gramatura w zakresie 37 - 39 g – 10 pkt.
- gramatura 40 g – 50 pkt.
- gramatura powyżej 40 g – 100 pkt.

Pmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 100 pkt = 20%.

3. Dla grupy 12 opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ:

a) punkt 6.

gramatura kompresów włókninowych z nitką RTG:

- gramatura w zakresie 30 - 39 g – 10 pkt.
- gramatura 40 g – 50 pkt.
- gramatura powyżej 40 g – 100 pkt.

Pmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 100 pkt = 20%.

4. Zamawiający w Załączniku nr 1 Przedmiot zamówienia /szczegółowy formularz cenowy wprowadza następujące zmiany:

-W Grupie 16 Roztwory do cewników w kolumnie 7 skreśla zapis „Cena jednostkowa netto za 100 sztuk w PLN” i wprowadza zapis „Cena jednostkowa netto w PLN”, tj.

Grupa 16 Roztwory do cewników

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Roztwór kalibracyjny do cewników pH-metrycznych i pH-Z o stężeniu pH4			Op.	1					
2	Roztwór buforowy do cewników pH-metrycznych i pH-Z o stężeniu pH 7			Op.	1					
Razem = 1 + 2										

-W Grupie 20 Pętle do polipektomii w kolumnie 7 skreśla zapis „Cena jednostkowa netto w PLN za kpl.” i wprowadza zapis „Cena jednostkowa netto w PLN”, tj.

Grupa 20 Pętle do polipektomii

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Pętle do polipektomii jednorazowe, średnica pętli 10,20,30 mm do wyboru. Długość narzędzia 230cm. Powlekane. Opakowanie handlowe.			Szt.	50					

- W Grupie 10 Obłożenie do kraniotomii w kolumnie 5 (J.m.) w pozycji 1 wprowadza zapis – szt. , tj.

Grupa 10 Obłożenie do kraniotomii

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	1). serweta do kraniotomii z trzywarstwowego laminatu 300cm x 240cm (+/- 10 cm) gramatura min. 73g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 750% ,odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H2O z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 20x30 (+/- 2 cm) z workiem na płyny o wymiarach min.50cmx50cm umieszczonym pod otworem, wyposażonym w sito i w zawór umożliwiający podłączenie drenu, z trzema zakładkami (wewnątrz sztywniki) wokół części krytycznej, na jednej z zakładek przylepce - 1 szt, 2).serweta na stolik Mayo - 1szt., 3).serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 55cmx55cm (+/- 5cm.)z przylepcem - 4szt 4).serwetki do rąk - 2szt 5).nerka jednorazowa - 1szt 6).kompresy włókninowe 35- 40g 7,5cmx7,5cm z nitką RTG - 50szt 7).kompresy gazowe 16 warstw 17 nitek 7,5cmx7,5cm z nitką RTG, gramatura min. 2g - 50szt 8).kompresy gazowe 10x20 cm 8 warstwowe 17 nitkowe – 8 szt 9).serweta gazowa 45x45 cm 6 warstwowa 17 nitkowa -1 szt 10).strzykawka 20ml - 2szt 11).ostrza nr 11 - 1szt			Szt.	350					

<p>12).ostrze nr 24 - 1szt 13).osłony na uchwyty do lamp jednorazowe, w kształcie stożka, z kołnierzem zabezpieczającym, średnica otworu przy kołnierzu 4,7 (+/- 0,2 cm)cm, przy końcu 3,4 cm (+/- 0,2cm), długość 8 cm, - 2szt. 14).taśma/rzep do przypięcia przewodów - 1szt 15).serweta na stół instrumentalny do owinięcia całości - 1szt 16).worek do zbiórki moczu -1 szt 17).magazynki jednorazowe z zaciskami hemostatycznymi (10 szt zacisków w każdym magazynku) do mocowania czepca – 2szt. 18).opatrunek neurochirurgiczny o wymiarach 15x150 mm wchłaniający płyn mózgowo-rdzeniowy i krew wykonany z włókniny bawełnianej (100% bawełna), sześciowarstwowej, nieprzywierającej do tkanek i struktur mózgowych, nieklejącej. Nitka wpawana na całości. Duża chłonność – absorbancja 10 krotna, elastyczność - brak efektu sprężystości. Tamponiki ze znacznikami RTG, pakowane sterylnie standardowo po 10 sztuk w opakowaniu,</p> <p>Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, opatrzona etykietą (jedna dla całego zestawu operacyjnego) z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- W Grupie 12 Obłożenie do dysku szyjnego w kolumnie 5 (J.m.) w pozycji 1 wprowadza zapis –szt., tj.

Grupa 12 Obłożenie do dysku szyjnego

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	<p>1).serweta o wymiarach 240x170 cm (+/- 10 cm) z przylepcem po środku około 50 cm po stronie węższej -1szt 2).serweta przylepna z przylepcem na dłuższym boku, o wymiarach 150x100 cm (+/- 10 cm) -1 szt. 3).serwety przylepne o wymiarach 90x70 cm (+/-10 cm) -2 szt. 4).serweta na stolik Mayo -1szt 5). nerka jednorazowa -1szt 6).kompresy włókninowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg o gramaturze min.30g/m² -30 szt 7).kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg 16 warstwowe 17 nitkowe -30szt 8).strzykawka 20ml -1szt 9).ostrze nr 11 -1szt 10).ostrze nr 24 -1szt 11).osłony na uchwyty do lamp jednorazowe, w kształcie stożka, z kołnierzem zabezpieczającym, średnica otworu przy kołnierzu 4,7 (+/- 0,2 cm)cm, przy końcu 3,4 cm (+/- 0,2cm), długość 8 cm - 2szt. 12).taśma typu rzep do przypięcia przewodów-1szt 13).osłona na aparaturę okrągłą rozmiar nie mniej niż 100 cm po całkowitym rozciągnięciu, zakończona elastyczną gumką umożliwiającą łatwe założenie na aparat -2szt 14).serweta na stół instrumentalny do owinięcia całości pakietu -1szt 15).opatrunek na ranę z wkładem chłonnym 10x8 cm (+/-2 cm)</p> <p>Dotyczy punktu: 1, 2, 3</p>			Szt.	100					

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, z laminatu dwu lub trójwarstwowego, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, niepyląca na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Gramatura włókniny trójwarstwowej min 73g/m ² . Gramatura włókniny dwuwarstwowej min 53g/m ² . Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zamawiający