



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**



Fax 52/36-55-752

NZZ/34/P/15

Bydgoszcz, dnia 17.06.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych, sprzętu do zabiegów endoskopowych oraz innego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/34/P/15

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie pojęcia „powlekane” w odniesieniu do pętli do polipektomii z grupy nr 20?

Odpowiedź:

Pojęcie „powlekane” jest błędem pisarskim. Zamawiającemu chodzi o osłonkę bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Jednocześnie Zamawiający w Załączniku nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy w grupie 20, Tabela, Kolumna 2 pn. „Nazwa przedmiotu zamówienia” skreśla słowo „powlekane”.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 21 pętli o długości 230 cm i średnicy 25 lub 35mm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 22 pętli dwurozmiarowej o długości 230cm i średnicach 20-35 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 23 cewnika o średnicy 2,3 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Reklamacje będą załatwiane przez Wykonawcę,

- a). w przypadku reklamacji ilościowej i asortymentowej poprzez uzupełnienie ilości, odbiór nadwyżki lub wymianę na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną,
- b). w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, po wcześniejszym pisemnym, wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 16.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku powtarzającej się i każdorazowo przekraczającej 7 dni roboczych zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji tego samego wyrobu.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 1%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia na dostarczony przedmiot umowy minimum na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla artykułów jednorazowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 a).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Zadanie 19 Igła do ostrzykiwań

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową o długości 230 cm, średnicę 2,4 mm, długość ostrza 6mm, rozmiar igły 25G?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Zadanie 21 Pętle do polipektomii

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii endoskopowej wielorazowego użytku, owalne, obrotowe, ze specjalnie plecionego drutu, o regulowanej długości do 25 mm, pakowane w zestawy: 2 pętle + 1 rączka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Grupa 10, 11, 12:

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawach operacyjnych ujętych w Grupie 10, 11 i 12 osłony na stół Mayo posiadały rozmiar 79x145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Grupa 10, 11, 12:

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 10, 11 i 12 osłonę do uchwytu na lampę o wymiarach średnicy kołnierza 12 cm, wewnątrz kołnierza 5,5 cm oraz długości 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 10, 11 i 12 kompresy włókninowe o gramaturze 70g przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Czy na potwierdzenie wymaganych parametrów w Grupie 10, 11 i 12 Zamawiający wymaga aby oferenci dostarczyli do oferty karty techniczne gotowego produktu po procesie sterylizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Grupa 10:

Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 10 zestawy operacyjne neurochirurgiczne bez ręczników do rąk przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 10 zestaw z kompresami gazowymi 10x20cm 17- nitkowe, 16 warstwowe w ilości 10 szt. oraz włókninowym opatrunkiem neurochirurgicznym o wymiarze 12,7x152,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza włókninowy opatrunek neurochirurgiczny o wymiarach 12,7 x 152,4 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych w specyfikacji oraz Zamawiający dopuszcza również kompresy gazowe 10x20cm 17 nitkowe, 16 warstwowe w ilości 8 sztuk.

Zamawiający