

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych
w zakresie grup 20,35**

Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 07.10.2015 roku

Zdjęto dnia

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy
 ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
 NIP 9532582266 REGON 340517145
 Telefon: (0-52) 36-55-521, (0-52) 36-55-352,
 Faks : (0-52) 36-55-496.
 Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
 Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
 Nr sprawy NZZ/53/P/15

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dostawa sprzętu jednorazowego, wszczepów, preparatów do zabiegów endowaskularnych w zakresie kardiologii, angiologii i neuroradiologii inwazyjnej
CPV 33.11.17.30-7

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu jednorazowego, wszczepów, preparatów do zabiegów endowaskularnych w zakresie kardiologii, angiologii i neuroradiologii inwazyjnej w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1 -Stenty wieńcowe bioabsorbowalne

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 2 -Cewniki balonowe do PTCA uwalniające lek

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 3 -Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTCA

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 4 -Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny z polimeru biodegradowalnego

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 5 -Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodna rapamycyny

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 6 -Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – ewerolimus

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 7 -Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny Biolimus A9

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 8 -Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus z biodegradowalnego polimeru

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 9 -Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus bezpolimerowe

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 10 -Stenty wieńcowe uwalniające lek oraz pokryte przeciwciałami anty CD34

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 11 -Cewniki balonowe półpodatne do PTCA

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 12 -Systemy protekcji dystalnej do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym pomostów aortalno-wieńcowych

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 13 -Cewniki aspiracyjne

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 14 -Pompka strzykawkowa z manometrem do PTCA

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 15 -Rampy trójdrożne z kranikiem

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 16 -Łącznik Y-conector z zastawką

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 17 -Torquer

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 18 -Igły tępe metalowe do PTCA

CPV 33.14.13.22-3

Grupa 19 -Stentgrafty

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 20 -Introducery rozrywalne

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 21 -Prowadniki do pomiaru przepływów wewnątrzwieńcowych

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 22 -Zestawy do kaniulacji tętnic metodą Seldingera

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 23 -Cewniki diagnostyczne do koronarografii, wentrykulografii, angiografii mózgowej

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 24 -Cewniki prowadzące do PTCA

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 25 -Prowadniki do PTCA z uwzględnieniem zmian trudnych – prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 26 -Zestawy do wysokoobrotowej aterektomii naczyń wieńcowych (rotablacji)

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 27 -Cewniki ultrasonograficzne do badań naczyń wieńcowych (w zestawie wyciągarka do cewnika)

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 28 -Prowadniki diagnostyczne hydrofilne

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 29 -Zestaw do nakłucia worka osierdziowego

CPV 33.14.16.20-2
Grupa 30 -Zestawy do pomiaru ciśnienia z kopułką

CPV 33.14.16.20-2
Grupa 31 -Czujniki temperatury iniektatu

CPV 35.12.51.00-7
Grupa 32 -Prowadniki diagnostyczne „J”

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 33 -Zestawy do introdukcji do tętnicy udowej z końcówką cieniującą

CPV 33.14.16.20-2
Grupa 34 -Makrocewniki prowadzące

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 35 -Makrocewniki prowadzące

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 36 -Mikrocewniki mózgowe

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 37 Mikroprowadniki

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 38 -Zestawy odczepialnych mechanicznie, mózgowych spiral embolizacyjnych wraz z kompatybilnymi mikrocewnikami

CPV 33.14.16.20-2
Grupa 39 -Zestawy odczepialnych elektromechanicznie lub elektrochemicznie lub elektrolitycznie, mózgowych spiral embolizacyjnych wraz z urządzeniami do ich odczepiania

CPV 33.14.16.20-2
Grupa 40 - Stenty wewnątrzmożgowe samorozprężalne

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 41 -Stenty wewnątrzmożgowe samorozprężalne

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 42 -Stenty wewnątrzmożgowe samorozprężalne, odczepiane elektrolitycznie

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 43 -Cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 44 -Cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 45 -Cewniki do embolizacji naczynek mózgu

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 46 -Klej cyjanoakrylowy do klejenia malformacji tętniczo-żylnych mózgu

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 47 -Substancja do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych mózgu

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 48 -Alkohol poliwinylowy do embolizacji

CPV 24.32.25.00-2
Grupa 49 -Cewnik z balonem odczepialnym

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 50 -Urządzenie do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 51 -Prowadniki z pętlą metalową do usuwania spiral i cewników

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 52 -Cewniki do embolizacji naczynek mózgu, kompatybilne z DMSO

CPV 33.14.12.40-4
Grupa 53 -Mikroprowadniki

CPV 33.14.00.00-3
Grupa 54 - Introducery rozrywalne z zastawką hemostatyczną

CPV 33.11.17.30-7
Grupa 55 -Stenty samorozprężalne pokryte powłoką węglową

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 56 -Stenty samorozprężalne dedykowane do tętnic podudzia

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 57 -Cewniki balonowe, balon tnący

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 58 -Makrocewniki prowadzące

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 59 -Koszulki wprowadzające

CPV 33.14.00.00-3

Grupa 60 - Cewniki do USG wewnątrznaczyniowego

CPV 33.14.12.40-4

Grupa 61 Stenty żyłne o konstrukcji hybrydowej

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 62 -Stenty żyłne o konstrukcji zamknięto komórkowej

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 63- Stenty samorozprężalne pokrywane

CPV 33.11.17.30-7

Grupa 64 - Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca

CPV 42.12.24.10-7

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o terminie zawarcia umowy:

3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych w zakresie grup:
20,35

Ogłoszenie o wyniku w zakresie grupy 21,60- Zamawiający ogłosi w późniejszym terminie

Grupa 20 – Oferta nr 3, Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed, Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Grupa 35 –Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4.Cena wybranej oferty

Grupa 20 – 8 100,00 PLN

Grupa 2 – 103 680,00 PLN

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr grupy	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt. / % w kryterium Cena	Liczba pkt.% w kryterium termin realizacji bieżącego zamówienia	Termin dostawy do depozytu	Razem pkt. / %
20	Oferta nr 3, Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed, Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka	97,00		3,00	<u>100,00</u>
	Oferta nr 22, Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o. o., ul.Pow. Śląskich 54 A/2,53-333 Wrocław	86,61	Nie dotyczy	3,00	89,61
35	Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	97,00		1,20	<u>98,20</u>
	Oferta nr 11, BALTON Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7m14, 00-496 Warszawa	64,67	Nie dotyczy	1,20	65,87

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

1.Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j .Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił ofertę firmy **Aesculap Chifa sp.z o.o. ul.**

Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl w grupie 20 na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z póź. zm.) zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) Zamawiający w grupie 20 w tabeli w pozycji nr 4 określił zakres rozmiarowy introducerów rozrywanych. Wykonawca Aesculap Chifa załączył do oferty kartę katalogową, z której nie wynikało potwierdzenie oferowania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z pismem o wyjaśnienie treści oferty w zakresie budzących wątpliwość rozmiarów F. W odpowiedzi na pismo Zamawiającego – Aesculap Chifa złożył wyjaśnienie w którym stwierdził że przedłożona oferta w zakresie grupy 20, nie spełnia wymogu Zamawiającego dotyczącego parametru rozmiar 10,5 F.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty w zakresie grupy 20.

2. Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił ofertę firmy **ProCardia Medical Sp.z o.o. Ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa** w grupie 35 na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z póź. zm.) zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) Zamawiający w grupie 35 w tabeli w pozycji nr 1 określił długość cewnika prowadzącego 6F na długość w zakresie 100 – 125 cm. Wykonawca ProCardia Medical Sp.z o.o. potwierdził w Tabeli „Potwierdzenie wymaganych parametrów” w pkt. 1 –że oferuje cewniki prowadzące 6F o długości 117 cm, natomiast z karty katalogowej załączonej do oferty wynikało że długość cewnika wynosi 95 cm. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z pismem o wyjaśnienie treści oferty w zakresie budzącego wątpliwość w/w parametru. W odpowiedzi na pismo Zamawiającego Wykonawca wyjaśnił, że długość cewnika prowadzącego Chaperon zaoferowanego w grupie 35 wynosi 95 cm, natomiast długość zestawu, z którego składa się Chaperon oraz Inner Cathter wynosi 117 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty w zakresie grupy 35, z uwagi na zaoferowanie asortymentu niezgodnego z wymogami specyfikacji w tym zakresie. Zamawiający opisał że wymaga zaoferowania „cewniki prowadzące 6F, długość mieści się w zakresie 100-125 cm”, natomiast Wykonawca zaoferował cewniki, które dla średnicy 6F nie posiadają długości w w/zakresie, a jedynie długość 95 cm. Zaoferowany system jest niezgodny z wymogami SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty w zakresie grupy 35.

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie dokonał wykluczenia wykonawcy z postępowania.

8.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie dokonał unieważnienia postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 19.10.2015 r. , W przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz. 10:00 - 14:00 celem podpisania stosownej umowy.

Zamawiający