



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY



Fax 52/36-55-752

NZZ/53/P/15

Bydgoszcz, dnia 04.08.2015 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego, wszczepów, preparatów do zabiegów endowaskularnych w zakresie kardiologii, angiologii i neuroradiologii inwazyjnej, nr sprawy NZZ/53/P/15

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie 1

dot. Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 2a do SIWZ dla Grupy Nr 16

Zamawiający wymaga zaoferowania: „Łącznika Y-conector z zastawką”. Prosimy o doprecyzowanie z czym ten łącznik ma być kompatybilny (z jakimi wkładami, wstrzykiwaczem kontrastu).

Odpowiedź:

Łącznik ma być kompatybilny z przedłużką z końcówką luer-lock. Wkład do strzykawki bez znaczenia.

Pytanie 2

dot. Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 2a do SIWZ dla Grupy Nr 16

Czy Zamawiający dopuści złącze o dł. ok 150 cm z trójnikiem i zaworkami antyzwrotnymi o wytrzymałości do 375 PSI?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Głównych postanowień umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ:

Dot. § 4 Warunki i termin dostawy ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„4. Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności o którym mowa w § 3 ust. 1 do 30 dni, **chyba, że zwłoka w zapłacie należnego wynagrodzenia przekracza 30 dni ponad ustalony termin, wtedy Wykonawca ma prawo odmówić dostawy i naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki w zapłacie.**”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Głównych postanowień umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ:

Dot. § 4 Warunki i termin dostawy ust. 16 – 21 – Prosimy o modyfikację tych ustępów w następujący sposób:

„16. W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości ~~2%~~ 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

17. Zamawiający w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto dostarczonego, a nie odebranego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

18. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku **3-krotnej** przekraczającej 7 dni roboczych lub **3-krotnie** powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji.

19. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy. W tym przypadku nie stosuje się zapisu ust. 20.

20. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości ~~15%~~ 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości. **Kary nie podlegają sumowaniu.**

20a W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.

21. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w przepisach poprzedzających, nie pokrywają w całości szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej i **udowodnionej** szkody na zasadach ogólnych."

oraz o dodanie ustępu o następującej treści:

„22. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pak. 57

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy w zakresie średnic 2-6mm, dł. szafu 50,137,90,155 cm; RBP 14-20 atm. z siłą radialną 15-25 razy większą od konwencjonalnego balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 13 cewników aspiracyjnych o długości cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 145 cm z hydrofilnym pokryciem dystalnym 25 cm; pozostałe kryteria zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 29 zestawu do nakłucia worka osierdziowego; cewnik typu pigtail o średnicy 7 Fr i długości 40 cm, z 8 bocznymi otworami umożliwiającymi szybki drenaż; wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rentgenowską widoczność; przewodnik o średnicy 0,035 i długości 82 cm; igła 18 G i długości 15 cm oraz rozszerzacz i adapter z kranikiem trójdrożnym z przedłużeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 30 kompletnego zestawu z przetwornikiem j.uż. do pomiaru ciśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 50 urządzenia do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego działające na zasadzie trzech, niezależnych pętli nitinolowych w rozmiarach 2-4 lub 4-8mm dostarczonych z kompatybilnym mikrocewnikiem 3.2F x 150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 58 przewodników z pętlą metalową do usuwania spiral i cewników:

- Długość zestawu 175 cm.

- Pętla robocza min. 2mm. Max. 8mm.

- Średnica przewodnika 0,018"

- Kompatybilny z cewnikiem o średnicy 3,2F (będącym częścią zaferowanego zestawu)

- Dobrze widoczny w promieniach RTG

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Zadaniu (Grupie) nr 21 dopuści prowadnik: do pomiaru FFR bez możliwości pomiaru CFR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Dotyczy grupy 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 2 cewnika balonowego dp PTCA uwalniającego lek o długościach 15, 20, 25, 30 mm?

Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy grupy 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 7 stenty o średnicach 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 mm i długościach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm o długości systemu doprowadzającego 142 cm, profil wejścia: 0.016", profilu przejścia dla średnicy 3.0 równy 0,045", o ciśnieniu nominalnym 6 atm, RBP: 16 atm dla 2.25 – 3.00 oraz 14 atm dla 3.50 – 4.00 mm, średnica szafu proksymalnego 2.1, dystalnego 2.4 dla (średnic 2.25-3.00 mm) -2.6 (dla średnic 3.50-4.00 mm)? Dalsze parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy w Grupie 28 Zamawiający dopuści prowadniki hydrofilne o średnicach 0,032", 0,035" i 0,038", długościach 180 i 260 cm o długości ściętej końcówki rdzenia regular 3 cm, w wersji o końcówce prostej i zagiętej (45 stopni), bez wersji z półsztywną końcówką oraz bez końcówki J i Bolia, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, poliuretan o właściwościach radiocieniujących, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Grupie 2 Cewników balonowych do PTCA uwalniających lek o następujących długościach: 15, 20, 25, 30mm; o ciśnieniu RBP16 atm dla rozmiarów 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50mm oraz RBP 14 atm dla rozmiaru 4.00mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Grupie 29 Zestawu do nakłucia worka osierdziowego składającego się z prowadnika o średnicy 0,035 i długości 80cm; igły 18G o długości 9 i 15 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 18 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania w przypadku w przypadku trzykrotnej zwłoki przekraczającej 5 dni roboczych w realizacji zamówienia albo w przypadku powtarzających się reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający