



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
AKREDYTOWANY**



**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

NZZ/89/P/15

Bydgoszcz, dnia 10.11.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, nr sprawy NZZ/89/P/15.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

#### **Zapytanie 1 – dotyczy: Zadanie nr 7, pkt. 3**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci konstrukcji fotela ze stali malowanej proszkowo?

Rozwiązanie to sprawdza się równie dobrze jak konstrukcja ze stali nierdzewnej, dobrze zabezpiecza fotel przed korozją i jest łatwe w dezynfekcji a nie podraża kosztów zakupu. Rozwiązanie to jest szeroko dostępne co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości kontrahentów i zwiększy konkurencyjność ofert.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

#### **Dotyczy: Zadanie nr 9 – Materac do łóżka porodowego**

#### **Zapytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do łóżka porodowego, który posiada pokrowiec wykonany ze skaju, zapinany na zamek, nieprzemakalny?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Zapytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer.* 1370 x 820 mm (podany wymiar to wymiar oparcia pleców oraz siedziska), a grubość materaca oparcia pleców wynosi 80 mm, natomiast segmentu siedziska grubość wynosi 100 mm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Zapytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer.* 768 x 820 mm (podany wymiar to wymiar segmentu nożnego), a grubość materaca wynosi 170 mm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Zapytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac dla noworodka do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer. x gr.* 600 x 345 x 55 mm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Zapytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer.* 1420 x 740 mm (podany wymiar to wymiar oparcia pleców oraz siedziska), a grubość materaca oparcia pleców oraz segmentu siedziska wynosi 100 mm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Zapytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer.* 768 x 740 mm (podany wymiar to wymiar segmentu nożnego), a grubość materaca wynosi 170 mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac dla noworodka do łóżka porodowego, który posiada wymiary *dlg x szer. x gr.* 600 x 345 x 55 mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 9

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu łóżka porodowego, które Państwo posiadają w użytkowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wszystkie swoje wymagania odnośnie materaca zawarł w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy: Zadanie nr 7 – Fotel do podawania chemioterapii**

Zapytanie 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania fotel do podawania chemioterapii, o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania chemioterapii o szerokości siedziska i oparcia 70cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 12

Czy Zamawiający dopuści fotel o całkowitej długości 213cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy: Zadanie nr 8 – Fotel laryngologiczny**

Zapytanie 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania fotel laryngologiczny, z regulowanymi podłokietnikami bez możliwości ich demontażu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 14

Czy Zamawiający dopuści fotel o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 510 do 710 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 15

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości siedziska 550mm, a oparcia 580mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 16 – dotyczy: Zadanie 3 – Pulsoksymetr

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z inną technologią pomiarową niż Nellcor OxiMax z możliwością stosowania czujników SpO2 Nellcor OxiMax?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

**Zamawiający**