



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax 52/36-55-752

NZZ/27/D/16

Bydgoszcz, dnia 11.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, nr sprawy NZZ/27/D/16

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej przesłano umowę drogą pocztową na adres Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy § 4, ust. 13 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian § 7 ust.5, lit. a Projektu Umowy następujących zapisów „... przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 5

Czy Zamawiający w Grupie 1 wymaga soczewki asferycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający w Grupie 1 wymaga soczewki asferycznej. Zamawiający załącza zmodyfikowany w Grupie 1 -załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy.

Grupa 1 Soczewki tylnio komorowe zwijalne asferyczne

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia i opis wymaganych parametrów	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Zamawiane ilości w szt.	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6= (4x5)	7	8=(6 x 7)	9=(6 + 8)
1	Soczewki akrylowe, hydrofilne, asferyczne jednoczęściowe zwijalne -Soczewki akrylowe hydrofilne asferyczne jednoczęściowe zwijalne -Zapakowane fabrycznie do jednorazowego jednoczęściowego injectora -Średnica optyczna 5.8-6.2 mm -Średnica całkowita 10.3-10.8 mm -Hapteny rozbudowane 4-częściowe posiadające 8 wsporników dających równomierne napięcie soczewki -Ostre brzegi wzdłuż części optycznej -Współczynnik uwodnienia 26% -Dioptraż +10 do +30 D narastający co +0.5 D -Anulacja 6 stopni -Filtr UV -Kompatybilność z laserem YAG		400					

Zamawiający