



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/23/D/08

Bydgoszcz, dnia 25.06.2008 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie aparatury medycznej (nr sprawy NZZ/23/D/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223z. 1655óżn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie:

Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie kriostatu z lepszym niż promieniowanie UV system dezynfekcji komory po zakończeniu pracy? System naświetlania lampą UV nie dezynfekuje elementów zasłoniętych, do których nie docierają promienie. Wada ta jest wyeliminowana przez system dezynfekcji polegający na rozproszeniu cieczy dezynfekcyjnej w całej przestrzeni komory.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający