

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA**

CPV: 29 71 11 30 – 6

Ilość: 2 sztuki

II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

1	Nazwa urządzenia	
---	------------------	--

Wpisać

2	Typ urządzenia	
---	----------------	--

Wpisać

3	Producent	
---	-----------	--

Wpisać

4	Rok produkcji 2008 urządzenie fabrycznie nowe	
---	---	--

Wpisać

5	Kraj pochodzenia	
---	------------------	--

*Wpisać***6. Wymóg formalny: Deklaracja zgodności z CE (Zgodnie z wymogami prawa polskiego)**

1				
---	--	--	--	--

*Wpisać**Wpisać***7. Cena brutto zakupu:**

1	Cena zakupu w PLN – brutto	
---	----------------------------	--

*Wpisać***8. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.**

Nr ppkt.	OPIS PARAMETRÓW	WYMAGANIA GRANICZNE	Parametr oferowany (należy szczegółowo opisać)
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail.)	TAK	
2	Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wyłączeń i ograniczeń) minimum 24 miesiące od daty rozpoczęcia eksploatacji - <i>podać ilość miesięcy</i>	TAK	

9. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

Nr pkt	Parametr wymagany	WYMAGANIA GRANICZNE	Parametr oferowany (należy szczegółowo opisać)
1	Rejestrator temperatury z możliwością zapisu	TAK	
2	Rejestrator czasu trwania przerw w zasilaniu	TAK	
3	Sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury minimalnej i maksymalnej	TAK	

4	Automatyczne odszranianie z możliwością ustawienia parametrów takich jak: 1. czas i okresy odszraniania 2. max. dopuszczalna temperatura podczas odszraniania	TAK	
5	Możliwość podłączenia do komputera i archiwizacji danych takich jak: 1. data 2. godzina 3. temperatura	TAK	
6	Wymuszony obieg powietrza powodujący równomierny rozkład temperatur wewnątrz chłodziarki	TAK	
7	Programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym wyświetlaczem temperatury	TAK	
8	Komora chłodnicza o pojemności między 350 a 420 l	TAK	
9	Zasilanie – 230V / 50 Hz	TAK	
10	Szkolenie: w siedzibie zamawiającego po instalacji i uruchomieniu urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania obsługi – minimum 3 osoby	TAK	

UWAGA

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

Wypełniony załącznik „Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych” należy załączyć do oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany (należy szczegółowo opisać)” należy wpisać dokładnie zaoferowane wartości, parametry. Wpisanie słowa „Tak” nie jest wystarczające i będzie skutkowało odrzuceniem oferty !

Podpis Wykonawcy