



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

NZZ/07/P/14

Bydgoszcz, dnia 26.03.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego oraz sprzętu do zabiegów ortopedycznych i laryngologicznych , Nr sprawy NZZ/07/P/14

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

**Pytanie 1**

**Dotyczy grupy nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, w pełni zgodnej z normą PN EN 13 795, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

**Dotyczy sposobu przygotowania oferty:**

Czy w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia grup, na które Wykonawca nie składa oferty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była wielokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

**Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „bez wezwania Wykonawcy do przystąpienia od jej należytego wykonania” oraz zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6****Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy słowa „10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7****Dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8****Grupa 1 poz.1-8**

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wielorazowego użytku w rozmiarach od 1 do 8 (1;1.5;2;3;4;5)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9****Grupa 1 poz.9-13**

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe z nadmuchiwanym mankietem bez możliwości zdjęcia, w rozmiarach 3,4,5(niemowlęta, dzieci, dorośli)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10****Grupa 1 poz.9-13**

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe w rozmiarach od 0 do 5(0;1;2;3;4;5)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11****Grupa 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2, pakowany w serwetę włókninową spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12****Grupa 14 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń z prowadnicą o długości 34mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13****Grupa 14 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 27Gx120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14****Grupa 14**

Czy Zamawiający w grupie 14 pozycji 1 dopuści igłę podpajęczynówkową typu Pencil Point pakowaną z prowadnicą. Cienkościenna, ostry koniec z otworem bocznym, zapewniająca szybki wypływ płynu mózgowo – rdzeniowego, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym doskonałą widoczność wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z możliwością obserwacji wypływu płynu z każdej strony, łatwe wycucie dotarcia do przestrzeni podpajęcznej, mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły, dokładnie dopasowany do ścieęcia szlif, oznaczenie zgodne z kodem kolorów ISO, z prowadnicą o długości 38 mm. Sterylna, pakowana pojedynczo, G 27/90mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15****Grupa 14**

Czy Zamawiający w grupie 14 dopuści igłę podpajęczynówkową typu Pencil Point pakowaną z prowadnicą. Cienkościenna, ostry koniec z otworem bocznym, zapewniająca szybki wypływ płynu mózgowo – rdzeniowego, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym doskonałą widoczność wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z możliwością obserwacji wypływu płynu z każdej strony, łatwe wycucie dotarcia do przestrzeni podpajęcznej, mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły, dokładnie dopasowany do ścieęcia szlif, oznaczenie zgodne z kodem kolorów ISO, bez prowadnicy. Sterylna, pakowana pojedynczo, G27/120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16****Grupa nr 10 Poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych pełno barierowych zgodnych EN 13795 1-3; Materiał SMMS PP (polipropylen); gramatura minimum 40g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H<sub>2</sub>O natomiast BI = 6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający w **Grupie nr 31 w pozycji nr 1** dopuści do zaoferowania równoważnego produktu spełniającego wymogi Zamawiającego, którego opis przedmiotu jest następujący:

„Sterylne końcówki jednorazowego lub wielorazowego wykorzystania agresywne do usuwania tkanek miękkich o średnicy 4,2mm kompatybilne z shaverem firmy LINVATEC. Dostępne w długościach standardowych jak do wyboru przez Zamawiającego też wydłużonych do artroskopii stawu biodrowego”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający w **Grupie nr 31 w pozycji nr 2** dopuści do zaoferowania równoważnego produktu spełniającego wymogi Zamawiającego, którego opis przedmiotu jest następujący:

„Sterylne końcówki jednorazowego lub wielorazowego wykorzystania do usuwania tkanki kostnej o średnicy 4,2mm kompatybilne z shaverem firmy LINVATEC. Dostępne w długościach standardowych jak do wyboru przez Zamawiającego też wydłużonych do artroskopii stawu biodrowego”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający w **grupie nr 6 w pozycji 1** dopuści filtr mechaniczny o zakresie objętości oddechowej 150–1200 ml, utrata wilgotności 19 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, wydajność nawilżania 18,6 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, masa 29 g, z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu zgodnie z normą ISO-9356, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający w **grupie nr 8 w pozycji 1** dopuści zestaw do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego – zewnątrzoponowego renomowanego producenta (Portex) zawierający:

- strzykawkę niskoporową LOR z końcówką luer slip 10 ml;
- igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły, skalowana co 10 mm z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;
- igłę podpajęczynówkową (Pencil Point) 27G x 115 mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufkosowania jej w igle Tuohy;
- cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości;
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm;
- łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 21****Paragraf 4**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22****Paragraf 4 ustęp 12**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o dwa dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej dwa dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23****Paragraf 4 ustęp 15**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki. ”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający