



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA  
W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004  
ISO 27001 : 2005

Fax. 52/36-55-496

NZZ/27/D/14

Bydgoszcz, dnia 24.04.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów chirurgicznych ( soczewek wewnątrzgałkowych, noży chirurgicznych oraz narzędzi ) dla Oddziału Okulistyki, nr sprawy NZZ/27/D/14

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

**Pytanie 1**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian § 7 ust.5 Wzoru Umowy następujących zapisów „... przy czym *zmianie ulegnie tylko cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)*”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w § 4 ust 13 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„...*jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu, ....*”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w § 4 ust 16 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„*w przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?*”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający w § 4 ust 17 wyrazi zgodę na zmianę zapisu

*„Zamawiający w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w **wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonego, a nie odebranego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający w § 4 ust 19 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

*„W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w **wysokości 10%** całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający w § 6 ust 4 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

*„Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w **wysokości 10%** całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, a także do odstąpienia od umowy”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający w Grupie nr 3 pozycji nr 2 dopuści nóż typu Slit do otwarcia komory przedniej o szerokości 2.6 mm lub 2.4 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza noże w zakresie  $\pm 0.1$  mm w stosunku do podanej wartości 2.5 mm.

#### Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pierścień fabrycznie załadowany do injectora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

#### Pytanie 9

##### **Zadanie nr 5 Narzędzia mikrochirurgiczne**

##### Dot. warunków dostawy

Narzędzia mikrochirurgiczne dotyczące wyżej wymienionego przetargu są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostaw tego typu narzędzi wynosi ok. 4-6 tygodni od daty wpływu zamówienia. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 4-6 tygodni od daty otrzymania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy narzędzi. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ tj. w Rozdziale VI „Termin wykonania zamówienia” w pkt. 3 Zamawiający skreśla następujący zapis:

„Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia” i wprowadza następujący zapis:

„Dostawa przedmiotu umowy:

- w grupie **1,2,3,4** - w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie **do 5 dni roboczych** od momentu złożenia zamówienia na piśmie lub przekazanego faksem lub telefonicznie,

- w grupie **5** - w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie **do 5 tygodni** od momentu złożenia zamówienia na piśmie lub przekazanego faksem lub telefonicznie.

**Pytanie 10****Zadanie nr 5 Narzędzia mikrochirurgiczne****Dot. poz. nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie czy imadło ma mieć część pracująca prostą czy wygiętą oraz czy imadło ma być z zamkiem czy bez zamka?

**Odpowiedź:**

Imadło bez zamka, Zamawiający dopuszcza część pracującą zagiętą i prostą.

**Pytanie 11****Zadanie nr 5 Narzędzia mikrochirurgiczne****Dot. poz. nr 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy czoper ma mieć krawędź tnącą pod kątem 60° czy 90°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obie wartości krawędzi.

**Pytanie 12****Zadanie nr 5 Narzędzia mikrochirurgiczne****Dot. poz. nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pensety okulistycznej prostej 1x2 zęby 0,5mm 90° dł.10cm, bądź podanie nawy własnej pensety.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 13****Dot. warunków umowy § 4 ust.8**

Prosimy o zmianę zapisu na „Reklamacje z tytułu jakości, ilości i asortymentu przedmiotu umowy będą zgłaszane w sposób przewidziany w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy w przypadku reklamacji ilościowej lub asortymentowej albo w terminie 28 dni od dnia stwierdzenia wady w przypadku reklamacji jakościowej”, prośbę swą motywujemy tym że towar ten sprowadzany jest z Niemiec.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14****dot. Grupy 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji *soczewki o stopniu uwodnienia 26%, posiadającej dwa hapteny typu Closed Loop (rys. 1) stabilizujące pozycję soczewki w torebce, o długości całkowitej 12,5 mm*, amerykańskiej firmy Rafi Systems, Inc., przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15****dot. Grupy 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji *soczewki o stopniu uwodnienia 26%, posiadającej dwa hapteny typu Closed Loop (rys. 1) stabilizujące pozycję soczewki w torebce, o długości całkowitej 12,5 mm, średnicy części optycznej 6 mm*, amerykańskiej firmy Rafi Systems, Inc., przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16****dot. Grupy 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby oferowane w grupie 1 soczewki były sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 17**

dot. Grupy 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania w obrębie grupy 1 ofert na poszczególne pozycje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 18**

dot. Grupy 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej grupie *soczewki wewnątrzgałkowej o średnicy całkowitej 12,5 mm, posiadającej dwa hapteny typu Closed Loop (rys. 1) stabilizujące pozycję soczewki w torebce, angulacji 0°, konfekcjonowanej w opakowaniu z jednorazowym injectorem i jednorazowym kartridżem*, amerykańskiej firmy Rafi Systems, Inc., przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 19**

dot. Grupy 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby oferowane w grupie 2 soczewki były sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 20**

dot. § 4 ust. 9, pkt. b) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:  
*„w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji – tj. otrzymania kwestionowanego towaru (przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy).”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 21**

dot. projektu umowy:

Opierając się na art. 144 ust 1 ustawy PZP, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto przy zachowaniu cen netto, w momencie zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki VAT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22**

dot. § 6 ust. 3, 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. *Czy Zamawiający zdając sobie sprawę, że nie może zastrzegać w umowie kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawców tj. korzystania z produktów finansowych umożliwiających zabezpieczenie zapłaty ze strony zamawiających, czy dochodzenia na drodze sądowej zapłaty zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika, jako niezgodnych z obowiązującym prawem, wykreśli ww. zapisy z projektu umowy?*

Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie zespołów arbitrów i KIO:

- zgodnie z **wyrokiem KIO z dnia 25 października 2013** roku sygn. akt KIO 2397/13 Izba nakazała usunięcie zapisów dotyczących kar umownych niezwiązanych z uchybieniami wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Zdaniem Izby „*uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać*”

Tym samym, Izba stwierdziła, że zastrzeżone kary umowne nie mają żadnego związku z uchybieniami wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- wyrok KIO z dnia 27 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO 487/14 Izba stwierdziła, że „zastrzegane kary umowne winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia”. Zdaniem Izby zastrzeganie kar umownych w sytuacji, gdy zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia i sankcjonowanie podejmowania przez wykonawcę prób zmierzających do odzyskania wierzytelności jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie przez zamawiającego jego prawa podmiotowego do kształtowania postanowień umowy”.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak we wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23**

**(Grupa 1, poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 26%, długości całkowitej 12,5mm, dwa pełne hapteny w kształcie litery "C", podwójna ochrona przed PCO w postaci: ostrych krawędzi na optyce soczewki (360°) oraz bariery w formie progu na całym obwodzie strefy optycznej, chroniącej i zabezpieczającej przed migracją komórek (LEC) (360° Bariera LEC), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24**

**(Grupa 1, poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 26%, długości całkowitej 12 mm, dwa pełne hapteny w kształcie litery "C", długość części optycznej 5,75mm, brak ostrych krawędzi na optyce i haptkach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25**

**(Grupa 2)** Czy Zamawiający dopuści soczewkę fabrycznie zapakowaną do kardridża, który po połączeniu z injectorem tworzy zintegrowany system implantacyjny, o dł. optyki 6,15 mm; dł. całkowita 11,75 mm, 4 hapteny w kształcie pętli, tworzące 4 niezależne strefy kontaktowe, co gwarantuje pełną stabilizację i centrację soczewki nawet w przypadku asymetrycznych skurczów torby soczewki., angulacja 5 stopni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 26**

**(Grupa 5)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy narzędzi okulistycznych z 5 do 21 dni dla Grupy nr 5, zważywszy na fakt, że oferowane przez Wykonawcę narzędzia wykonywane są ręcznie i sprowadzane na konkretne zamówienie. W przypadku dopuszczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu SIWZ odnośnie wydłużenia terminu dostawy dla grupy nr 5 - w odpowiedzi na pytanie nr 9.

**Pytanie 27**

**Zadanie nr 5 Narzędzia mikrochirurgiczne**

Dot. poz. nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pensety mikrochirurgicznej typ Bonn prostej 1x2 zęby 0,12mm dł.9,5cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 28****Grupa 3 Noże mikrochirurgiczne poz. 3**

Prosimy o wyjaśnienie jaki rozmiar noża typu crescent jest wymagany przez zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga noża w rozmiarze od 2 – 2.5 mm.

**Pytanie 29**

dot. § 7 ust.1 pkt. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

**„5) zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, przy czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto z zachowaniem ceny jednostkowej netto”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 30**

dot. Grupy 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na *soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, z dwoma haptenami, o długości całkowitej 13mm, zakresie mocy od +6.0 do +30.0D(co 0.5D) oraz od +31.0 do +40.0D(co 1.0D) z wielorazowym injectorem*, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31**

dot. Grupy 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na *soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, z dwoma haptenami, o rozmiarze części optycznej 6.0 mm, długości całkowitej – 13mm, zakresie mocy od +6.0 do +30.0D(co 0.5D) oraz od +31.0 do +40.0D(co 1.0D) z wielorazowym injectorem*, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32**

dot. Grupy 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na *soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, ukątowaniu części haptycznych 0 stopni, z dwoma haptenami, o długości całkowitej – 13mm, zakresie mocy od +6.0 do +30.0D(co 0.5D) oraz od +31.0 do +40.0D(co 1.0D) z wielorazowym injectorem*, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33**

dot. Grupy 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na noże typu Slit o wymiarze **2,6 mm** (zamiast 2,5 mm)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza noże w zakresie + / - 0.1 mm w stosunku do podanej wartości 2.5 mm.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 poz. 1 soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną o angulacji 5 stopni, dostępną od 5,0 D do 32,0 D, pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 poz. 2 soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną o średnicy części optycznej 6 mm i o angulacji 5 stopni, pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

