



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA**

**W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**Fax. 52/36-55-496**

ISO 9001: 2008  
ISO 14001: 2004  
PN-N18001:2004  
ISO 27001 : 2005

NZZ/14/P/14

Bydgoszcz, dnia 30.04.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu, Nr sprawy NZZ/14/P/14

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy Grupy nr 55**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie 2**

##### **Pakiet 1 poz.1-5**

Czy Zamawiający dopuści rurki do długotrwałej intubacji przezroczyste z podwójnym znacznikiem głębokości nad mankietem, skalowana co 1cm jak dotychczas stosowane?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 3**

##### **Pakiet 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do tlenu o długości 210cm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 14 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe o grubości na palu 0,32mm i sile zrywu po starzeniu 26N?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 14 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawica była chlorowana i silikonowana obustronnie oraz pokryta wewnątrz powłoką poliuretanową?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6****Pakiet 14 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu podwójnym- wew. papierowym, zew. foliowany papier?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 7****Pakiet 14 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie o sile zrywu po starzeniu 24N przed starzeniem 27N?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8****Pakiet 30 poz.7-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 7-12 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9****Pakiet 34 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10****Pakiet 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu z drenem długości 1,8 m bez gwintowanej nakrętki spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11****Pakiet 2 i 3**

Prosimy o dopuszczenie łącznika o harmonijkowej konstrukcji z regulowaną objętością przestrzeni martwej i długości w zakresie 7-15cm, z podwójnie obrotowym krętlikiem i podwójnie wykorzystywanym portem zatraskowym z uszczelnieniem (porty 7,6mm i 9,5mm), z pamięcią kształtu, bezlateksowe, polietylenowe, sterylne, pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12****Pakiet 22**

Prosimy o dopuszczenie linii o długości 245 cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 13**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy w następujący sposób: „*W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.*”.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14**

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami, Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15**

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostającej do realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 17 wzoru umowy na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnień w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17**

Dot. par. 6 ust. 1 wzory umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 18**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §7 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20**

Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rurek skalowanych co 1 cm pozostałe opisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 21**

Pakiet nr 21 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek wykonanych z PP i PE

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22**

Pakiet nr 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek z rozszerzoną skalą i tak:

Poz. 1 do 3 ml,

Poz. 2 do 6ml,

Poz. 3 do 12ml

Poz. 4 do 24 ml

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23**

Pakiet nr 28

Prosimy o możliwość zaoferowania rurek wykonanych z termoplastycznego medycznego PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy w grupie 28 w kolumnie 2 w opisie przedmiotu zamówienia dodaje zapis o następującej treści: „rurka musi posiadać wymienną kaniulę wewnętrzną”.

**Pytanie 24**

Pakiet nr 30

Czy zamawiający w grupie 30 pozycji 1-6 dopuści kaniule bezpieczną z ręcznie domykającym się korkiem portu górnego. Czy zamawiający oczekuje i wymaga, żeby bezpośrednio na kaniuli znajdowała się nazwa producenta w celu łatwej identyfikacji po użyciu ?

**Odpowiedź:**

W grupie 30 pozycji 1-6 Zamawiający dopuszcza kaniule bezpieczną z ręcznie domykającym się korkiem portu górnego.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby bezpośrednio na kaniuli znajdowała się nazwa producenta.

**Pytanie 25**

Pakiet nr 34

Czy zamawiający będzie wymagał aby wszystkie w tym pakiecie pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 26**

Grupa 38

Czy zamawiający oczekuje przyrządu wolnego od ftalanów i dodatkowo aby posiadał dodatkowe miejsce na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu na regulatorze ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 27**

Grupa 38

Czy zamawiający oczekuje żeby na przyrządzie znajdowała się nazwa producenta, w celu łatwej identyfikacji po użyciu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, iż z chwilą zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, zmianie ulega tylko i wyłącznie cena brutto umowy a cena netto pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź:**

W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega - stawka podatku VAT oraz cena netto, natomiast cena brutto pozostaje bez zmian.

**Pytanie 29**

Grupa 18

Czy Zamawiający w grupie 18 dopuści uniwersalny spray silikonowy do zwilżania, zapobiegania przyleganiu rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, cewników, sond itp. do błon śluzowych o pojemności 300 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 30**

Grupa 30

Czy Zamawiający wydzieli z grupy 30 pozycję 7,8,9,10,11 i 12 do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31**

Grupa 41

Czy Zamawiający w grupie 41 w pozycji 1 dopuści filtr antybakteryjny, antywirusowy mechaniczny z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,9999 %, pojemność VT 30-100ml. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo w papiero-folię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32****Grupa 41**

Czy Zamawiający w grupie 41 w pozycji 2 dopuści filtr antybakteryjny, antywirusowy mechaniczny z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%;bakterie 99,9999 %,pojemność VT 150-1200ml. Mikrobiologicznie czysty. Pojedynczo w papiero-folię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33**

dot. Grupy 17 Strzykawka Nemoto 200 ml do podawania kontrastu – w zestawie z kolcem:

Dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy formularz cenowy dla Grupy Nr 17:

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu posiadanego wstrzykiwacza kontrastu, do którego zamawiane są wkłady w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Dual Shot Alpha typ AT-E.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dla Grupy Nr 17 dopuści wkłady o następującej specyfikacji:

- 2 strzykawki o pojemności 100 i 200 ml
- złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym o długości 150 cm i wytrzymałości do 375 PSI
- 2 ostrza typu Spike
- złącze szybkiego napełniania

Pakowane osobno (A- 100 ml + Spike, B – pozostałe elementy)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 35**

Dot. Załącznika Nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy:

Dot. § 4 Warunki i termin dostawy ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„5. Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty określonej w § 1 ust. 2.

Zmniejszenie jak i zwiększenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości określonej w § 1 ust. 2.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 36**

Dot. § 4 Warunki i termin dostawy ust. 15 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 37**

Dot. § 4 Warunki i termin dostawy ust. 17 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„17. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 5 dni roboczych lub 3-krotnie powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku 5-krotnie powtarzających się reklamacji tego samego rodzaju.” oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto umowy w sytuacji gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

19. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 38**

**Grupa 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki bez balonu, do długotrwałej intubacji, przezroczystej, miękkiej, z termoplastycznego materiału-dopasowująca się do kształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną, oznakowanie długości, co 1 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 39**

**Grupa 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej, z medycznego PVC, prostej, bez mankietu, rozmiar podany na niebieskim łączniku 15 mm, bez otworu Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 2,5 do 6,5 co pół.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 40**

**Grupa 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator małoobjętościowy rozбивał cząstki nebulizatu do średnicy 2,7 µm z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 41**

**Grupa 3**

Zamawiający w specyfikacji produktu wymaga zaoferowania łączników bez ftalanów( bez DEHP), Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 2011r zajęło stanowisko w sprawie stosowania PCV (zawierającego DEHP) w produkcji wyrobów medycznych, określa obszary w których stosowanie PCV w wyrobach medycznych mogłoby mieć negatywny wpływ na pacjentów:

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej)

Obwody oddechowe / przestrzenie martwe nie są produktami stosowanymi metodą inwazyjną - nie pozostają w kontakcie z krwią ani płynami przeznaczonymi do iniekcji dożylniej.

Należy zwrócić uwagę, iż w Państwa Placówce w codziennej praktyce używa się wielu produktów medycznych z PCV które zawierają ftalany (także w procedurach inwazyjnych).

W podsumowaniu raportu z 2011r Ministerstwo Zdrowia stwierdza: „.....Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych.

Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów.....”

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o anulowanie wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie łączników z PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 42**

**Grupa 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o przestrzeni martwej min. 30 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 43**

**Grupa 5**

Czy cewniki do odsysania w systemie zamkniętym w poz. 1-4 mają być kompatybilne z adapterami kątowymi 45 stopni do dróg oddechowych z grupy 6?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 44****Grupa 6**

Czy adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni w poz. 1 ma być kompatybilny z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym z grupy 5 w pozycjach 1-4?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 45****Grupa 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego w postaci zestawu łączników: "Y" do rozdwojenia drenów do odsysania oraz łącznika do odsysania z zastawką, tak jak obecnie stosowane są w Państwa placówce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 46****Grupa 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego mikrobiologicznie czystego obwodu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego o średnicy 22 mm do respiratora o długości 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm, z elastycznymi złączami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 47****Grupa 9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód oddechowy ma być bez zawartości DEHP?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 48****Grupa 9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód oddechowy ma zapewniać przy przepływie 10 l/min wydajność ogrzania powietrza wdychanego na poziomie minimum 4,1 stopni C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 49****Grupa 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych dla dorosłych, z PCV, 2 rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y rozłączalny, z kapturkiem ochronnym, biologicznie czysty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 50****Grupa 10**

Prosimy o dopuszczenie wody jałowej pirogennej do nawilżania gazów oddechowych o pojemności 340 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 51****Grupa 10**

Ze względu na różnice pojemności wody sterylnej zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania wyceny za 10 ml wody z możliwością podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie możliwości zaoferowania wody o większej pojemności, niż opisana w SIWZ z możliwością krzyżowego stosowania u pacjentów, a zatem z możliwością jej pełnego wykorzystania bez ryzyka postawiania zakażeń z równoczesnymi korzyściami płynącymi dla Zamawiającego (większa pojemność pojemnika w konkurencyjnej cenie, lepsze wykorzystanie wody). Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie może zwiększyć grupę wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 52****Grupa 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych, wewnątrz silikonowanych, co ułatwia zakładanie

rękawicy, z podłużnym i poprzecznym wzmocnieniem mankietu, bez wewnętrznej powłoki poliuretanowej, grubość na palcu 0,32mm, siła zrywu po starzeniu 26N, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie foliowe – podciśnieniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 53**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy długość skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby strzykawka o pojemności przykładowo: 10 ml posiadała skalę również 10 ml.

**Pytanie 54**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka ma posiadać przezroczysty cylinder oraz biały tłok?

**Odpowiedź:**

Strzykawka ma posiadać przezroczysty tłok i przezroczysty cylinder.

**Pytanie 55**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać logo producenta na cylindrze, w celu łatwej identyfikacji produktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 56**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, których tłok wykonany jest z polietylenu, a cylinder z polipropylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 57**

**Grupa 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za 100 szt. strzykawek, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 58**

**Grupa 28**

Prosimy o wyjaśnienie, czy rurka tracheotomijna ma posiadać w zestawie zastawkę foniatryczną oraz zastawkę antykaszlową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 59**

**Grupa 28**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby rurka tracheotomijna, bez mankietu uszczelniającego, zwężała się stożkowato ku dołowi, posiadała 2 wymienne kodowane kolorystyczne kaniule wewnętrzne, łącznik 15 mm, oraz była wykonana z termowrażliwego PVC, bez lateksu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby rurka posiadała 1 wymienną kaniulę wewnętrzną. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby rurka posiadała 2 wymienne kaniule wewnętrzne.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy w grupie 28 w kolumnie 2 w opisie przedmiotu zamówienia do istniejącego opisu dodaje zapis o następującej treści: „rurka musi posiadać wymienną kaniulę wewnętrzną”.

**Pytanie 60**

**Grupa 30**

**Poz. 1 -6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pod pojęciem kaniul bezpiecznych wykonanych z biokompatybilnego materiału i widocznych w rtg ma na myśli kaniule wykonane z termoplastycznego poliuretanu, który spośród wszystkich materiałów używanych do produkcji kaniul najlepiej dostosowuje się do naczynia krwionośnego?

**Odpowiedź:**

Tak.



**Pytanie 61****Grupa 30****Poz. 1 -6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma posiadać min. 4 lub 6 pasków radiocieniujących?

**Odpowiedź:**

Może lecz nie musi posiadać powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 62****Grupa 30****Poz. 1 -6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma być wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w opisie zawartym w specyfikacji wymaga aby kaniula chroniła również przed wypływem krwi i zachlapaniem.

**Pytanie 63****Grupa 30****Poz. 1 -6**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 64****Grupa 31**

Prosimy o wyjaśnienie, czy strzykawka do tuberkuliny ma posiadać igłę w rozm. 0,45 x 10 mm, tak jak obecnie stosowane u Państwa w placówce?

**Odpowiedź:**

Tak, strzykawka do tuberkuliny ma posiadać igłę w rozm. 0,45 x 10 mm.

**Pytanie 65****Grupa 34 Poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x 16mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 66****Grupa 41 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, antywirusowego elektrostatycznego z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,99%;bakterie 99,9999 %, pojemność VT 50-250ml. Sterylny lub biologicznie czysty, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 67****Grupa 41 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, antywirusowego mechanicznego z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji: wirusy 99,9999%;bakterie 99,9999 %,pojemność VT 150-1000ml. Sterylny lub biologicznie czysty, pakowany pojedynczo, w opakowanie folia-papier.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 68****Pytania do zapisów SIWZ**

Czy zamawiający przewiduje – w celu zapewnienia zachowania parametrów wyrobu medycznego zgodnie z przewidzianymi dla niego wymaganiami zasadniczymi – zamawianie poszczególnych partii wyrobu medycznego jedynie w ilościach odpowiadających sposobowi jego opakowania (jednostkowego lub handlowego) przez wytwórcę, które zostało przez niego ustalone i jest stosowane w obrocie hurtowym do czasu jego ostatecznego wykorzystania przez podmioty występujące w obrocie tymi wyrobami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 69**

Prosimy Zamawiającego o dołożenie kolumny w formularzu cenowym z nazwą producenta i numerem katalogowym, pozwoli to Zamawiającemu na weryfikację zgodności zaoferowanych przez Wykonawców produktów z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 70**

Pkt. 1 -Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od depozytowego charakteru dostaw i modyfikację zapisów § 1 ust. 5 projektu umowy poprzez realizację dostaw na podstawie zamówień częściowych składanych za pomocą faksu, a jeżeli nie to, jakie są tego przyczyny? – dotyczy § 1 ust. 5 projektu umowy:

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Postępowanie obejmuje 59 grup, a Zamawiający wymaga depozytu wyłącznie w jednej grupie nr 15- Wkłady do ssaka typu Medela.

**Pytanie 71**

- a) – w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt. 1 – Jakiej ilości wyrobów medycznych ma zawierać utworzona na podstawie § 1 ust. 5 depozyt w siedzibie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Wymagane ilości wyrobów wchodzących w skład depozytu Zamawiający opisał w Załączniku nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy – grupa 15 – Wkłady do ssaka typu Medela.

**Pytanie 72**

- b) – w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt 1 – Na jakich przesłankach Zamawiający określa wysokość depozytu w siedzibie Zamawiającego w rozumieniu § 1 ust. 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wysokość depozytu w grupie 15 na podstawie swoich potrzeb.

**Pytanie 73**

- c) - w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z projektu umowy depozytu (Załącznik nr 3a do SIWZ) § 1 ust. 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 74**

- d) - w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 2 ust. 4 projektu umowy depozytu (załącznik nr 3a do SIWZ) w związku z pkt 1 lit a niniejszego zapytania, z przyczyn nie wskazania ilości wyrobów medycznych, które mają się znajdować w depozycie w siedzibie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 75**

- e) – w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 3 ust. 1 poprzez zobowiązanie Zamawiającego do składowania i przechowywania wyrobów medycznych stanowiących własność wykonawcy, a wchodzących w skład „depozytu sprzętu medycznego” na zasadach analogicznych do obowiązków wytwórców wyrobów medycznych w tym zakresie, tj. w zgodzie z normami technicznymi ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 76**

- f) – w przypadku nie wyrażenia zgody na pkt 4 lit. e – Czy Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania wyrobów wchodzących w skład depozytu w siedzibie Zamawiającego, wg dat przydatności do użycia, tj. wykorzystywania w pierwszej kolejności wyrobów posiadających najkrótszy termin przydatności do użycia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 77****Grupa 15**

Czy Zamawiający uzna za równoważne parametry techniczne jednorazowych wkładów workowych, określone w grupie 15 niniejszego postępowania o pojemnościach: 1000 ml; 2000 ml oraz 3000 ml jako równoważnych do wymaganych 1500ml oraz 2500ml przy zobowiązaniu się wykonawcy, że dostarczy w nieodpłatne użytkowanie na czas związania umową niezbędny osprzęt kompatybilny z oferowanymi wkładami? Ponadto, w przypadku pozytywnej decyzji, bardzo prosimy o podanie ilości wkładów dla wybranych pojemności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **Pytanie 78**

### **Grupa 20**

Czy Zamawiający uzna za równoważne parametry techniczne jednorazowych wkładów workowych określone w grupie 20 niniejszego postępowania o pojemności 1000 ml jako równoważnych do wymaganych 700 ml? Pragniemy ponadto wskazać, iż Wykonawca dostarczy w nieodpłatne użytkowanie na czas związania umową niezbędny osprzęt kompatybilny z oferowanymi wkładami. Co więcej wkłady jakie chcielibyśmy zaoferować Państwu, posiadają pokrywę w kształcie płaskim, dzięki czemu w mniejszym stopniu dystansują się od miejsca w którym są zamocowane, co w przypadku aparatów do znieczulenia jest znaczące.

W przedmiotowym postępowaniu – w ocenie Wykonawcy – oparcie świadczenia Wykonawców na zasadach umowy depozytu, która de facto jest umową przechowania regulowaną przez przepisy Tytułu XXVIII Kodeksu cywilnego jest zbędne i niepotrzebne, zaś zastosowanie do charakteru stosunku winny znaleźć regulacje art. 605 i n. k.c. dotyczące umowy dostawy.

Wykonawca wskazuje, iż analiza wzorca umownego zawartego w SIWZ nie budzi wątpliwości co do charakteru i natury regulowanego stosunku - dostawy. Postanowienie § 1 przedmiotowego wzorca przeczy naturze dostawy i pozostaje w wewnętrznej sprzeczności z umową w pozostającej części. Umowa nie zawiera bowiem essentialia negotii umowy przechowania, gdyż zgodnie z art. 844 § 1 k.c. Wykonawca powinien móc żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Zgodnie z projektem depozytu stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ, taka możliwość nie została przewidziana, co więcej zgodnie z §3 ust. 3 umowy. Wykonawca może żądać rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w konsekwencji zwrotu towaru jedynie w razie nieprawidłowego przechowywania sprzętu medycznego.

Tym samym wobec braku stosownych zapisów dot. Chociażby zasad należytego składowania, przechowywania czy ubezpieczenia wyrobów wchodzących w skład utworzonej bazy sprzętu stanowi przejaw nadużycia przez Zamawiającego silniejszej pozycji przy tworzeniu zapisów umownych.

Ustalenie racjonalnego terminu dostawy oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy (np. poprzez ustanowienie kar umownych) w połączeniu z należyтым oszacowaniem potrzeb Zamawiającego w sposób wystarczający zabezpieczają interes Zamawiającego rozumiany jako zapewnienie sobie nieprzerwanego ciągu dostaw. Założenie przeciwne bowiem narusza interes potencjalnego wykonawcy nakładając na niego niczym nieuzasadnione ciężary.

Wykonawca podnosi, iż brak ustalenia przez Zamawiającego w SIWZ ilości wyrobów wchodzących w skład depozytu stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert winien być znany zakres świadczenia co do którego zobowiązany będzie na mocy zawartej umowy. Tak dalece posunięta arbitralność Zamawiającego dyskryminuje wykonawców, których potencjał ekonomiczny nie pozwala na utrzymywanie tak wysokich stanów magazynowych, jak czynią to duże przedsiębiorstwa.

Tak rozumiany sposób realizacji umowy mógłby zostać oceniony przychylnie wyłącznie w sytuacji w której Zamawiający dokona zakupu wyrobów dostarczonych na zasadzie stosunku komisji na warunkach szczegółowo określonych umową. Wobec faktu, iż Zamawiający wyłączając swoją odpowiedzialność w tym zakresie w nieuprawniony sposób przerzuca na Wykonawców odpowiedzialność za należyte oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Tym samym wykonawcy nie będący wytwórcami wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy, muszą ponieść wszelkie koszty związane z dostarczeniem Zamawiającemu towaru (koszt zakupu, podatek VAT, koszty dostawy itp.) przy czym nie otrzymują żadnej gwarancji co do zwrotu poniesionych wydatków i osiągnięcia zamierzonego zysku. Co więcej w przypadku zwrotu niewykorzystanego towaru – biorąc pod uwagę okres czasu na jaki umowa zostanie zawarta – upływ terminu przydatności do użycia, będzie skutkował poniesieniem wymiernej szkody w majątku Wykonawcy.

Wobec powyższego zmiany umowy w tym zakresie mają znaczenie fundamentalne dla jej realizacji i są z punktu widzenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – zasadne i konieczne.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nadmienia, że wymaga depozytu wyłącznie w grupie 15 - Rozdział VIII pkt. 3 SIWZ – wyraźnie wskazuje, że umowa depozytu – Załącznik nr 3a dotyczy grupy 15.

Wymagane ilości wyrobów wchodzących w skład depozytu Zamawiający opisał w Załączniku nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy – grupa 15 – Wkłady do ssaka typu Medela.

## **Pytanie 79**

### **Grupa 15 Wkłady do ssaka typu Medela Poz. 1**

Wykonawca zwraca się uprzejmą prośbą o dopuszczenie używanych dotychczas pojemności wkładów:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność 3,0 L?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **Pytanie 80**

### **Grupa 15 Wkłady do ssaka typu Medela Poz. 2**

Wykonawca zwraca się uprzejmą prośbą o dopuszczenie używanych dotychczas pojemności wkładów:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność 1,2 L?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 81****Grupa 4 Dren łączący do tlenu**

Czy Zamawiający dopuści dren (opis jak w SIWZ) o długości 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 82****Grupa 27 Rurka intubacyjna Laser flex**

Czy Zamawiający ma na myśli używane dotychczas stalowe rurki intubacyjne do zabiegów użyciem lasera o mankietach: jeden nad drugim wypełnianych solą fizjologiczną ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 83**

Dotyczy zadanie Nr 41

Czy zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycje nr 2 i dopuści filtr mechaniczny z portem do kapnografu, o skuteczności filtracyjnej 99,9999% bakterie, 99,9999% wirusy, martwa przestrzeń = 54 ml, opór przepływu przy 30L/min = 1,4cmH<sub>2</sub>O, przy 60L/min. = 3,4 cmH<sub>2</sub>O z portem próbkowania gazów ze złączem żeńskim Luer Lock mikrobiologiczne czysty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 84**

Prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 4 ust. 17 na zapis: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 85**

Prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 4 ust. 18 na zapis: (...) w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 86**

Grupa 5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga cewników do odsysania w systemie zamkniętym na 72h pediatrycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 87**

Grupa 28

Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych wykonanych z medycznego PCV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 88**

Grupa 28

Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych z wymiennymi kaniulami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby rurka posiadała 1 wymienną kaniulę wewnętrzną. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby rurka posiadała 2 wymienne kaniule wewnętrzne. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy w grupie 28 w kolumnie 2 w opisie przedmiotu zamówienia dodaje zapis o następującej treści: „rurka musi posiadać wymienną kaniulę wewnętrzną”.

**Pytanie 89****Pytanie dot. grupa 45 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga ezy pakowane po 10szt?

**Odpowiedź:**

Nie.

#### **Pytanie 90**

##### **Pytanie dot. grupa 45 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga czy kalibrowane oraz przedstawienia wraz z oferta przykładowy certyfikat sterylności i kalibracji?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga czy kalibrowane oraz dopuszcza ale nie wymaga przedstawienia wraz z ofertą przykładowy certyfikat sterylności i kalibracji.

#### **Pytanie 91**

##### **Pytanie dot. grupa 45 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura niejałowe poj. 1ml o długości 138mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 92**

##### **Pytanie dot. grupa 46 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z oferta certyfikat kalibracji czy przy każdej dostawę?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przedstawienia certyfikatu kalibracji przy każdej dostawie.

#### **Pytanie 93**

##### **Pytanie dot. grupa 53**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy I? SIWZ nie zawiera informacji.

##### **Odpowiedź:**

Wymagana jest Klasa I

#### **Pytanie 94**

##### **Pytanie dot. grupa 53 poz. 1,3**

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokument wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6,24, 48 i 72 godz. od pobrania?

Dokument ten potwierdzi jakość oferowanego podłoża.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w/w dokument.

#### **Pytanie 95**

##### **PAKIET 52**

Czy w pozycji 2 (Szkienka podstawowe z polem do opisu (szlif dwustronny) 76 x 26 mm) zamawiającemu chodzi o szkiełka szlifowane z obu boków (krótszego i dłuższego), czy może o szkiełka fasetowane, gdzie szlif jest od góry i dołu szkiełka tworząc jakby zaokrąglony brzeg szkiełka – bezpieczniejszy w użyciu?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi nie o szkiełka fasetowane z zaokrąglonymi rogami, lecz zwykłe szkiełka podstawowe szlifowane z obu boków dwustronnym polem do opisu.

#### **Pytanie 96**

##### **projekt umowy §6 ust. 3 i 4**

W wzorze umowy w §6 ust. 3 Zamawiający zamieścił następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy;
- b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
- c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.” Oraz w ust. 4 §6 Zamawiający zamieścił następujący zapis: „**Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym**”, zgodnie z orzecznictwem powyższy zapis stanowi nadużycie prawa. Kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 353<sup>1</sup> k.c. granice swobody umów. Dodatkowo podkreślić należy, że Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie dotyczące wykreślenia kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (sygn.akt. KIO 2397/13 z dnia 25 października 2013 roku) nakazała Zamawiającemu usunięcie postanowień dotyczących kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia stwierdzając, że **kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie**

*mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz że kary umowne niezwiązane z przedmiotem zamówienia zastrzeżone przez Zamawiającego należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, „(...)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać.”* Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy o usunięcie powyższego zapisu ze wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

W zakresie § 6 ust. 4 -Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 17.04.2014 r. - w treści Załącznika nr 3 „Projekt umowy” Zamawiający skreślił w całości zapis § 6 ust. 4 o następującej treści: „*Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym*”.

Natomiast w zakresie § 6 ust. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający