



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-NI8001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/28/P/14

Bydgoszcz, dnia 08.05.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i innego drobnego sprzętu medycznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 1 - Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 3 ust. 1 za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy zapisów umowy § 3

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9 ust. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji z 3 na 5 dni roboczych od dnia pozytywnego jej rozpatrzenia?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 4 - Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9 ust. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji z 5 na 14 dni roboczych od dnia pozytywnego jej rozpatrzenia?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 5 - Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 6 - Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w § 8 ust.5 umowy 3B. Jakiegokolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie 7 - ogólne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego ani nie została wszczęta procedura likwidacji.

Pytanie 8 - Dotyczy warunków umowy depozytu § 1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 3, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 9 - Dotyczy warunków umowy depozytu § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia depozytu z 3 na 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 10 - Dotyczy grupy 32

Czy Zamawiający w grupie 32 dopuści pętle elektrochirurgiczne wykonane z drutu o śr. 4,1 mm, rękojeść skalowana co 5 mm, funkcja płynnej rotacji, reszta wymaganych parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 11 - Dotyczy grupy 33

Czy Zamawiający w grupie 33 dopuści ustnik o wymiarach ok. 22mmx27mm, reszta wymaganych parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 12 - Dotyczy grupy 40

Czy Zamawiający w grupie 40 dopuści cewnik do rozpylania barwnika o długości 230 cm, reszta wymaganych parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 13 - Dotyczy grupy 43

Czy Zamawiający w grupie 43 ma na myśli marker węglowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy nr 1, 2, 8:

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach, gdzie wymaga wyrobów zaopatrzonych w odklejaną etykietę, aby etykieta główna zawierała m. in. dane takie jak: nazwa handlowa, indeks, skład, oznaczenia wyrobu medycznego wymagane obowiązującymi przepisami, natomiast na 2 etykietach odklejanych znajdowały się następujące dane: indeks wyrobu, nr serii, data ważności oraz adres www wytwórcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL, o gramaturze 35 g/m² (odporność na przenikanie cieczy ponad 35 cm H₂O, odporność na rozciąganie na sucho MD – ponad 75 N, CD – ponad 35 N, na mokro MD – ponad 80 N, CD – ponad 30 N – parametry znacznie przewyższające minimalne wynikające z normy), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z 3 kieszeniami przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy nr 1, poz. 6

poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści, aby serweta na stolik narzędziowy wykonana była z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze nominalnej 43 g/m², zgodnej z normą PN EN 13 795?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG lub z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami samoprzylepnymi o wymiarach 50 x 60 cm w miejsce wymaganych 50 x 50 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy nr 29, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu dla w/w grupy, z uwagi na fakt, że wszczepienia protez kości czaszki są zabiegami planowanymi, a co za tym idzie Zamawiający może z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć zamówienie na dostawę protez.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy sposobu przygotowania oferty

Czy w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia grup, na które Wykonawca nie składa oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy, poz.2

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 35g/m² z bluzą posiadającą 3 kieszenie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm

2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem

1x Serweta urologiczo- ginek o wym.75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie koła o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

4 x Ręcznik do rąk 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 1, poz.6

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy 2 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 2 poz.5-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serwety posiadały odklejane etykiety?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 12 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści maski dwupanelowe z zaworem o wadze bez opakowania 17,13g z opakowaniem 18,42?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 13 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, grubości na palcach 0,40mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, o rozciągliwości przed starzeniem 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 13 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z wew. warstwą polimerowaną i chlorowaną ze specjalną warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 20 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a pakowany podwójnie folia/papier-folia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 15, poz. 1-3

Czy Zamawiający w grupie 15 w pozycjach 1-3 wymaga aby zestawy do tracheostomii przeziębionej zawierały rurkę z wbudowanym przewodem do odsysania ograniczającą ryzyko zakażenia jak i aspiracji co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta?

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 34 - ogólne

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. i nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 35 - dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy 3 A, § 4 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 2% towaru nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego, gdyż kary w wysokości 10% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy 3 A, § 5 ust. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,5% towaru nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego, gdyż kary w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37 - dotyczy wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy 3 D, § 1 ust. 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie kary umownej do 3% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy grupy nr 2: Poz. nr 6

Prosimy o dopuszczenie serwet 17 nitkowych 4 warstwowych poddanych procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 39 - dotyczy grupy nr 5: Poz. nr 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm

1 serweta samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 x 240 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

plus oddzielnie pakowany worek do zbiórki płynów w rozmiarze 50 cm x 70 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40 - dotyczy grupy 17

Czy Zamawiający w grupie 17 dopuści zestawy do kaniulacji tętnic, posiadający skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą i przewodnik, w rozmiarach: 1,0 mm x 80 mm i 1,3 mm x 80 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 41 - dotyczy grupy 18

Czy Zamawiający w grupie 18 dopuści jednorazową sondę, do długotrwałego stosowania, wykonany z przezroczystego silikonu z atraumatycznym zakończeniem, odporny na złamania. Sterylny, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH16 i CG 14 o długości 125 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 42 - dotyczy grupy 19

Czy Zamawiający w grupie 19 dopuści igłę do znieczuleń splotów nerwowych techniką „single shot” z krótkim szlifem 30° zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z drenem przedłużającym 50 cm i kablem podłączeniowym do stymulatora o długości 60 cm, w rozmiarach: 0,65 mm x 25 mm i 0,80 mm x 50 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 30

Czy Zamawiający w grupie 30 dopuści worek chroniący dzieci przed utratą ciepła w rozmiarze 30x33 cm, z 3 rozrywającymi dostępiami ułatwiającymi dostęp do pępka i centralnych cewników żylnych oraz całkowicie rozrywalny tylny dostęp w celu usunięcia worka?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 44 - dotyczy grupy

Czy Zamawiający dopuści w grupie 26 matrycę kolagenową do regeneracji opony twardej w postaci czystego, absorbowanego implantu kolagenowego, otrzymanego z osierdza cielęcych o wymiarach 4x5mm oraz 6x3mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Pytanie nr 46 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy zdanie „W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest powołać numer umowy i numer złożonego przez Zamawiającego zamówienia.” zostało zastąpione zdaniem o następującej (lub podobnej) treści: „Zaleca się aby w treści faktury Wykonawca powołał numer umowy i numer złożonego przez Zamawiającego zamówienia.”?

Numer umowy i numer zamówienia mogą, ale nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy i numeru zamówienia bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie wpłynąć na wysokość ceny oferty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była wielokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „bez wezwania Wykonawcy do przystąpienia od jej należytego wykonania” oraz zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 49 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy słowa „5% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 51 - dotyczy zał. nr 3A do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 7 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy zał. nr 3A do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15 obniży wysokość kar umownych ustanowionych z 2 na 1% oraz doda zapis: **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy,** oraz w ust 18 wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone od **wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 53 - dotyczy zał. nr 3A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w § 6 ust.3b

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy zał. nr 3A do SIWZ

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecnictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 1 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy grupy1, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zapinanego przy szyi na rzep, w pasie wiązany na troki wewnętrzne i troki zewnętrzne zaopatrzone w kartonik.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy grupy1, Poz. 6

Czy Zamawiający o dopuszcza zestaw do PCNL o wymiarach:

- serweta o wymiarze 180 x300 cm z samoprzylepnym otworem 20 x23 cm z workiem do przechwytywania płynów
- serweta na stół instrumentariuszki 100 x 150cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 57 - Pytania do wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga stałych cen przez cały okres trwania umowy zaś dopuszczalne zmiany w umowie zgodnie z zapisami §8 ust. 2 nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą ceny jednostkowej lub wartości umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 58 – dotyczy grupy 31

Czy Zamawiający dopuści szczypcę biopsyjną o długość 1600 mm? Niewielka różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu na właściwości użytkowe i jakościowe produktu. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 59 – dotyczy grupy 33

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści jednorazowy ustnik z niesilikonową gumką a materiałową? Różnica w rodzaju gumki w żaden sposób nie wpływa na właściwości właściwości diagnostyczne – zabiegowe. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy grupy 1, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy z trzema kieszeniami. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 61 - dotyczy formularz ofertowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował.

Pytanie nr 62 - dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 63 - dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami, Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 17 wzoru umowy na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 66 - dotyczy Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 68 - dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §7 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy grupy 26

Czy Zamawiający zaakceptuje syntetyczny niewchłaniający substytut opony twardej o parametrach:

- * biologicznie bezpieczny
- * posiada strukturę dwuwarstwową z silikonową nieprzylegającą przeciwdziałającą przyleganiu tkanek nerwowych i część mikroporowatą ułatwiająca osadzanie się komórek
- * wytrzymałość- wewnętrzna wielokierunkowa struktura
- * wodoszczelność
- * anatomiczna budowa
- * grubość 0,4 mm (+/- 0,1)
- * gramatura 240 g/m2 (+/- 40)
- * skład - politetraftalan etylenu i dimetylosiloksan
- * uzupełnianie powstałych ubytków opony twardej lub zabezpieczanie przed wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego
- * dostępny w trzech rozmiarach: 4x6cm, 6x10cm oraz 6x14cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 70 - dotyczy grupy 1, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze powyżej 42 g/m2, rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy grupy 1, Poz.2

Prosimy o dopuszczenie ubrań chirurgicznych w rozmiarach: S, M, L, XL, składających się z bluzy i spodni, bluza z krótkim rękawem, z 3 kieszeniami, wykończenie pod szyją w kształcie litery V, nogawki spodni bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki, wykonanych z miękkiej, przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m2, dzięki czemu jest lżejsza, miękka i dobrze się układa. Bluza i spodnie pakowane osobno.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 72 - dotyczy grupy 1, Poz3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na stół Mayo wykonanego z folii polietylenowej ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z polipropylenu o gramaturze 30g/m² o wymiarach 80x142cm składanym rewersowo . Opakowanie zaopatrzone w 3, odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu z numerem serii, numerem katalogowym, nazwą producenta oraz datą ważności.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 73 - dotyczy grupy 1, Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników pakowanych podwójnie

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 74 - dotyczy grupy 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.1,2,3,4 do oddzielnego pakietu, co umożliwi nam złożyć konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 75 - dotyczy grupy 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek Ch 24 oraz o długości 155 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 76 - dotyczy grupy 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek Ch 24 oraz o długości 155 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 77 - dotyczy grupy3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ortopedycznego odsysania z pola operacyjnego 24 Ch, z końcówkami o długości 150, 230, 280mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 78 - dotyczy grupy 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 180szt – dla rozmiaru XL oraz z widocznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednak bez oznaczenia kolorystycznego

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 79 - dotyczy grupy 9

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

Czy należy zaopatrzyć sterylne szczoteczki dwustronne, które z jednej strony mają gąbkę a z drugiej strony szczecinki o zróżnicowanej długości i miękkości (w środku krótsze i sztywniejsze do paznokci oraz dłuższe i miękkie szczecinki na zewnątrz dla bardziej wrażliwych obszarów skóry dłoni?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 80 - dotyczy grupy 9

Czy należy zaopatrzyć sterylne szczoteczki pakowane pojedynczo i dodatkowo w kartonach zbiorczych po 30 szt mogących służyć jako dozowniki szczoteczek?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 81 - dotyczy grupy 9

Czy Zamawiający wymaga aby szczoteczki były zaopatrzone w czyścik do paznokci?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 82 - dotyczy grupy 10 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m², wytrzymałości na rozrywanie – sucho/mokro w obszarze krytycznym 320/325kPa, w obszarze niekrytycznym 219/241kPa, nieprzemakalności w obszarze krytycznym 435cmH₂O, w obszarze niekrytycznym 25,2cmH₂O, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 83 - dotyczy grupy 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski podwójnie oznakowanej, tj. jako maska medyczna oraz maska respiratorowa oraz o doprecyzowanie czy oczekuje maski, która ma służyć do ochrony przed drobnoustrojami, tj. inaktywującej drobnoustroje

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 84 - dotyczy grupy 13 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, sterylne, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej o grubości ścianki $\geq 0,48\text{mm}$, $\geq 0,40\text{mm}$ i na mankiecie o grubości ścianki pojedynczej 0,19mm i długości $>290\text{mm}$, rozciągliwości przed starzeniem 925-1025%, wyrób zgodny z EN374-3, odporny na przenikanie cytostatyków, potwierdzone raportem z wynikami badań, rozmiar 5,5-9,0.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 85 - dotyczy grupy 13 poz.4

Czy Zamawiający dopuści sterylne, anatomiczne, bezpudrowe, lateksowe rękawice chirurgiczne, powierzchnia zewnętrzna – mikroteksturowana, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci w rozmiarze 6,0-9,0.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 86 - dotyczy grupy 15

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy , zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ 1 rozszerzacz z żółtą tulejką-prowadnikiem

2/ Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce , kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-lock i z przewodnicą Seldingera z zakończeniem "J"

3/ Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia , rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na przewodnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 87 - dotyczy grupy 15

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy , zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce , kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-lock i z przewodnicą Seldingera z zakończeniem "J" wraz z oddzielnie pakowaną rurką o następujących parametrach: Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na przewodnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 88 - dotyczy grupy 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley'a 100% silikon mają być wyposażone w pierwotnie napełnioną strzykawkę wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającym gwarancję, iż balon w w/w cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 89- dotyczy grupy 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewnika z czasem stosowania do 6 tygodni?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający oczekuje cewnika z czasem stosowania do 6 tygodni.

Pytanie nr 90 - dotyczy zapisów SIWZ

Czy zamawiający przewiduje – w celu zapewnienia zachowania parametrów wyrobu medycznego zgodnie z przewidzianymi dla niego wymaganiami zasadniczymi – zamawianie poszczególnych partii wyrobu medycznego jedynie w ilościach odpowiadających sposobowi jego opakowania (jednostkowego lub handlowego) przez wytwórcę, które zostało przez niego ustalone i jest stosowane w obrocie hurtowym do czasu jego ostatecznego wykorzystania przez podmioty występujące w obrocie tymi wyrobami?

Odpowiedź na zapytanie:

Dostawy bieżące przedmiotu zamówienia odbywać się będą na każdorazowe zamówienie w ilościach przez niego wymaganych traktowanych jako krotności opakowania jednostkowego. Wymagania w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, jego dostawy i opakowania określone zostały w rozdz.V , pkt 3 i 4 SIWZ.

Pytanie nr 91 - dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dołożenie kolumny w formularzu cenowym z nazwą producenta i numerem katalogowym, pozwoli to Zamawiającemu na weryfikację zgodności zaoferowanych przez Wykonawców produktów z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 92 - dotyczy grupy nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o długości 2m posiadającego elastyczne łączniki żeńskie dopasowujące się do każdego typu króćców bez konieczności ich docinania. Łączniki te są dodatkowo wyposażone w wewnętrzne pierścienie uszczelniające zapewniające poprawne połączenie zarówno na króćcach stożkowych jak i prostych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 93 - dotyczy grupy nr 7

Zwracamy się z prośbą o podział pakietu i utworzenie dwóch odrębnych zadań, tworząc

- z dotychczasowych pozycji 1 i 2 oddzielny pakiet dla klipsów naczyniowych
- z dotychczasowych pozycji 3 do 7 oddzielny pakiet dla narzędzi laparoskopowych.

Podział taki umożliwi większej liczbie oferentów ubieganie się o to zamówienie publiczne a Zamawiającemu dokonanie najkorzystniejszego zakupu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 94 - dotyczy Rozdz. III SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź na zapytanie:

Ofertę musi podpisać osoba uprawniona. Jeżeli ofertę będzie podpisywała osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa winno ono wskazywać zakres umocowania tej osoby, czyli do jakich czynności została upoważniona. Zgodnie z SIWZ pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa wraz z jego notarialnym poświadczeniem podpisu – rozdział III SIWZ. Zamawiający nie widzi wątpliwości w zakresie wymogów dotyczących złożonego pełnomocnictwa.

Pytanie nr 95 - dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy (zał. 3A, zał. 3B)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że utworzenie depozytu w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze wzorem umowy nie dotyczy grupy 3 i 7.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyłączenie z zapisów umowy – w przypadku jej zawarcia w zakresie w/w pakietów nie objętych obowiązkiem utworzenia depozytu – postanowień regulujących prawo i obowiązki Stron związanych z tymże depozytem tj. § 1 ust. 3, zał. 3D.

W takim stanie rzeczy utrzymanie zapisów SIWZ wzorca umownego § 1 ust. 3, zał. 3D pozbawione jest podstawy prawnej i jako bezprzedmiotowe zaskługuje na uwzględnienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymaga utworzenia depozytu w zakresie grupy 3 i 7. Załącznik nr 3D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Umowa depozytu” nie będzie w przypadku zawarcia umowy w w/w grupach załącznikiem do umowy podstawowej dla tych grup tj. umowy 3A. Zapisy paragrafu § 1 - Przedmiot i wartość umowy dla umowy 3A dotyczą wyłącznie grup, względem których wymagane jest utworzenie depozytu, a o których mowa w rozdziale V, pkt 7 specyfikacji.

Pytanie nr 96 - dotyczy § 4 ust. 9 lit. a) wzoru umowy (zał. 3A-B)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu reklamacji ilościowej i asortymentowej na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Zalatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 97 - dotyczy § 4 ust. 11 wzoru umowy 3B

W/w ust. zawiera informację: „Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy w przypadku znajdowania się w opakowaniu towaru niewłaściwego, to jest nie odpowiadającemu jego opisowi zamieszczonemu na opakowaniu, co zostanie stwierdzone po przygotowaniu przedmiotu umowy do użycia skutkującym niemożliwością jego późniejszego wykorzystania (rozsterylizowaniu). Stosuje się wówczas zapisy niniejszej umowy dotyczące reklamacji asortymentowej. W takim przypadku Zamawiający może także dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z konieczności odroczenia udzielenia świadczenia zdrowotnego. „

Obowiązek sprawdzenia/zweryfikowania dostarczonego towaru pod kątem jego zgodności z umową i zamówieniem w chwili dostawy – jeżeli jest niezgodny to Zamawiający odmawia przyjęcia towaru - ciąży na Zamawiającym. Zasady odpowiedzialności stron w tym przypadku reguluje zarówno wzór umowy (reklamacja, kary umowne) jak i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy, gdyż zapis ten powoduje nieuzasadnione obciążenia Wykonawców.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 98 - dotyczy § 4 ust. 12 wzoru umowy 3A, § 4 ust. 13 wzoru umowy 3B

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informację, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 12 oraz § 4 ust. 15. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 12 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 4 ust. 15.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 99 - dotyczy § 4 ust. 15 wzoru umowy 3A, 3B

„W przypadku zwłoki w należyłym wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 100 - dotyczy § 4 ust. 18 wzoru umowy 3A, 3B

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 - dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy 3A, § 7 ust. 4 wzoru umowy 3B

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku dokonania cesji wierzytelności bez zgody zamawiającego.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 102 - dotyczy grupy 4 – pozycja 2, 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, w której pozycji Zamawiający wymaga koca grzewczego dla dorosłego na górną część ciała, a w której na dolną część ciała?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga koca grzewczego dla dorosłego na górną część ciała w pozycji 2 i na dolną część ciała w pozycji 3. Zamawiający modyfikuje Przedmiot zamówienia dla Grupy 4 - Kocy grzewcze do aparatu Mistral i dla poz. 3 w kolumnie 2 - Nazwa artykułu, opis, rozmiar wykreśla zapis: Koc grzewczy dla dorosłego na górną część ciała i wprowadza zapis o brzmieniu: Koc grzewczy dla dorosłego na dolną część ciała

Pytanie nr 103 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw operacyjny do artroskopii barku zawierający:

obłożenie na stolik narzędziowy o wym. 200cm x 150cm – 1 szt, serwetę operacyjną z wycięciem „U” o wym. 228cm x 260cm, wym. wycięcia 16cm x 95cm z warstwą lepłą wokół wycięcia zintegrowaną ze zbiornikiem na płyny z dwoma zaworami z możliwością podłączenia ssaka – 1 szt., osłonę na kończynę 35 x 60cm – 1 szt., osłonę na przewody o rozm. 13cm x 250cm - 2 szt, serwety do rąk – 2 szt, taśmę samoprzylepną – 2 szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 104 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zestaw operacyjny pionowy izolacyjny, który w polu operacyjnym (oknie) ma wkomponowaną folię operacyjną wykonaną z poliestru o grubości 0,025mm posiadającą w części klejącej jodoform o działaniu bakteriobójczym o wym. 70cm x 32cm, pozostałe parametry zestawu zgodne z siwz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 105 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 zestaw operacyjny do chirurgii biodra zawierający: samoprzylepną serwetę operacyjną z wycięciem „U” o wymiarach 150 x 250cm z wycięciem „U” o wym. 7cm x 70cm pozostałe parametry zestawu zgodne z siwz lub samoprzylepną serwetę operacyjną z wycięciem „U” o wymiarach 228cm x 260cm z wycięciem „U” o wym. 20 x 100cm pozostałe parametry zestawu zgodne z siwz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również serwetę operacyjną z wycięciem „U” o wymiarach 228cm x 260cm z wycięciem „U” o wym. 20 x 100cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, a nie dopuszcza serwety operacyjnej z wycięciem „U” o wymiarach 150 x 250cm z wycięciem „U” o wym. 7cm x 70cm

Pytanie nr 106 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga folii wykonanej z przezroczystego polietylenu (folii PE) zaopatrzonej w taśmy lepne umożliwiające mocowanie obłożenia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 107 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający pod określeniem „niepyłący” jako parametr wymagany ma na myśli materiał nie zawierający w swoim składzie włókien naturalnych wiskozy i celulozy odpowiedzialnych za pylenie czyli przenoszenie bakterii i drobnoustrojów mogących przyczynić się do zakażenia miejsca operowanego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również zastosowanie materiału nie zawierającego w swoim składzie włókien naturalnych wiskozy i celulozy odpowiedzialnych za pylenie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w tym zgodności z normą EN 13795 1-3.

Pytanie nr 108 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający w parametrach wymaganych pod określeniem „klej hipoalergiczny”, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia ma na myśli klej akrylowy nie zawierający cynku i silikonu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 109 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga aby obłożenie na stolik narzędziowy oraz osłona na stolik Mayo była wzmocniona na całej powierzchni chłonnej obłożenia jako obszaru krytycznego co gwarantuje zminimalizowanie uszkodzenia obłożenia i utratę sterylności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 110 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 zestaw do kraniotomii zawierający serwetę do kraniotomii o wym.231 x 406cm z folią chirurgiczną bakteriobójczą,(która ma istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka zakażenia miejsca operowanego) o wymiarach okna przylepnego 24cm x 37cm z zintegrowanym zbiornikiem na płyny w kształcie litery „U” z 2 zaworami do podłączenia ssaka oraz serwetę przylepną 75 x75cm,pozostałe wymagane składniki zestawu zgodne z siwz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 111 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2 i 3 organizator przewodów typu rzep o rozmiarze 13,3 x 3,8cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 112 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający pod określeniem „niepylący” jako parametr wymagany ma na myśli materiał nie zawierający w swoim składzie włókien naturalnych wiskozy i celulozy odpowiedzialnych za pylenie czyli przenoszenie bakterii i drobnoustrojów mogących przyczynić się do zakażenia miejsca operowanego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie materiału nie zawierającego w swoim składzie włókien naturalnych wiskozy i celulozy odpowiedzialnych za pylenie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w tym zgodności z normą EN 13795 1-3.

Pytanie nr 113 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający w parametrach wymaganych pod określeniem „klej hipoalergiczny”, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia ma na myśli klej akrylowy nie zawierający cynku i silikonu?

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Zamawiający