



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521**  
**Fax. 52/36-55-496**

**ISO 9001: 2008**  
**ISO 14001:2004**  
**PN-N 18001:2004**  
**ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 20.08.2014 r.

**NZZ/60/D/14**

Dotyczy: Dostawa parawanów szpitalnych oraz innego wyposażenia medycznego

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści stojak z wieszakiem ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści stojak o średnicy podstawy 600 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści stojak z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści stojak lakierowany proszkowo w kolorze białym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Grupa 3

Pytanie 1. Czy Zamawiający miał na myśli szafy i szafki w grupie 3 wykonane w technice mebli szkieletowych: stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek z tworzywa ABS wypełniony płytą obustronnie laminowaną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Czy w Grupie nr 4 Zamawiający dopuści fotel o parametrach jak poniżej?

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres ruchu fotela góra/dół: 150 mm

Zakres kąta obrotu fotela do przodu/do tyłu \*) : 35° – w stosunku do skrajnego położenia spoczynkowego

Długość: 920 mm

Szerokość: 640 mm

Wysokość całkowita (w stanie złożonym) : min. 1370 mm

Wysokość siedziska fotela nad podłożem: min. 585mm, max 735mm (w zależności od położenia zespołu siedziska fotela)

Ciężar: około 78 kg

#### SZEROKI WYBÓR KOLORU SKÓR TAPICERKI FOTEŁA

##### WYPOSAŻENIE:

- Siedzisko wraz z oparciem oraz 2-ma uchylnymi podłokietnikami
- Elektryczny mechanizm pochylania fotela \*)

Przyciski sterowania pochylaniem fotela \*) – umieszczone z tyłu oparcia fotela, z jego prawej strony

- Kolumnę przesuwną z elektryczną regulacją położenia góra/dół (Uwaga! Maksymalne obciążenie siedziska fotela wynosi 140 kg)
- Nożne przyciski – służące do regulacji położenia góra/dół fotela
- Stalową podstawę z wmontowanymi sześcioma stopkami, umożliwiającymi swobodne, ręczne wypoziomowanie fotela
- Elektroniczny układ zabezpieczający \*) – uniemożliwiający równoczesny ruch fotela w dwóch płaszczyznach

\*) – opcja wykonania

##### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

**Zamawiający**