



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N 18001:2004

ISO 27001: 2005

NZZ/21/P/14

Bydgoszcz, dnia 20.08.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz najem analizatorów i/lub innego sprzętu oraz dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień .

Pytanie nr 1 - dotyczy przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby katalogi, instrukcje, opisy techniczne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, lub w wersji elektronicznej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza aby katalogi, instrukcje, opisy techniczne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej. Zamawiający wymaga , aby dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia była złożona wraz z ofertą.

Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (na każdej zapisanej stronie).

Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej dokumentów na etapie składania ofert.

Pytanie nr 2 - dotyczy formularza oferty

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie zadań, do których Wykonawca będzie przystępował.

Pytanie nr 3 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§4 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie treści postanowienia umownego w następujący sposób: „W przypadku zwłoki w dostawie lub w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze terminy określone w umowie Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, na obciążenie go różnicą w cenie, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§4 ust. 16 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§4 ust. 16 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§4 ust. 19 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na:

„W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.”?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90 %, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 21 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§5 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na określenie terminu jako 15 dni roboczych?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na usunięcie awarii do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11- dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§5 ust. 9 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na dopisanie po sformułowaniu „24 godzin” słów „w dni robocze”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§5 ust. 10 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie części zapisu mówiącej o ewentualnej naprawie przedmiotu dzierżawy przez osoby trzecie i pozostawienie wyłącznie treści określającej karę za opóźnienie w wykonaniu ww. czynności?

Uzasadnienie: Uprawnionym do napraw są wyłącznie autoryzowane serwisy producenta zapewniające ich prawidłowe wykonanie oraz zapewnienie części niezbędnych do ich wykonania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:

„ W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT określonej w §8 ust. 2.”?

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowanym przez nas brzmieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie stwierdza, iż VAT jest podatkiem neutralnym.

Zamawiający w obecnym brzmieniu zawarł postanowienie określające wartość umowy w sposób dla siebie niekorzystny.

Po pierwsze – w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, umowa nie wskazuje, że cena brutto winna zostać obniżona tak, by utrzymać cenę jednostkową netto.

Po drugie – przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, Wykonawca zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość zmiany stawki podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez skalkulowanie cen swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT – czyli obniżeniem cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość składanych ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładać będą wzrost podatku VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w okresie obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest niekorzystne dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji Zamawiający będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy polegające na konieczności obniżenia cen jednostkowych netto.

Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś – ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1

Czy dla badań/testów o liczbie oznaczeń 10 000 i mniejszej, dla których istnieją różne generacje zestawów odczynnikowych, oferujący może zmodyfikować formularz ofertowy w taki sposób aby mógł ująć wymagany asortyment testów dla systemu zintegrowanego i pomocniczego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość pogrupowania przedmiotu zamówienia ujętego w zakresie zadania 1w taki sposób aby Wykonawca mógł ująć wymagany asortyment testów dla systemu zintegrowanego i pomocniczego w załączniku nr 2 - szczegółowym formularzu cenowym pod warunkiem, że zawierać on będzie wszystkie pozycje, które są objęte przedmiotem zamówienia i będą podlegały zakupowi w czasie umowy

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2-ch generacji odczynnika dla badania Białko C-reaktywne z zastosowaniem dla systemu zintegrowanego i pomocniczego z jednoczesnym oszacowaniem podziału ilości wykonywanych oznaczeń dla powyższych analizatorów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z punktem 4 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych wymaga, aby system zintegrowany był zgodny pod względem metod oznaczania z analizatorami pomocniczymi-przynajmniej dla testów o liczbie powyżej 10000. Jeśli obie generacje odczynnika dla białka CRP oparte są o tę samą metodę (takie same wartości referencyjne, korelacja między aparatami bez zastrzeżeń) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. System pomocniczy, zgodnie z punktem 2 w/w wymagań, rutynowo będzie służył do wykonywania testów o liczbie mniejszej od 6000 oraz będzie wykorzystywany w czasie przestoju systemu zintegrowanego związanego z awarią, konserwacją itp. W związku z tym, że Zamawiający nie zna aparatury (jej awaryjności, czasu przeznaczonego na przygotowanie do pracy, konserwacje, częstotliwości przeglądów okresowych itp.) nie może oszacować ilości CRP na poszczególne analizatory.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2-ch rozwiązań technicznych (różniące się numery katalogowe dla użytych elektrod pomiarowych i płynów) zastosowanych w modułach ISE dla systemu zintegrowanego i pomocniczego?. Obydwa moduły wykorzystują pomiar sensoryczny, pojedynczo wymienianych elektrod, metodą pośrednią- z rozcieńczaniem próbki badanej. Możliwe jest użycie algorytmów przeliczeniowych dla korelacji wyników dla obydwu urządzeń analitycznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z punktem 4 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów

pomocniczych wymaga, aby system zintegrowany był zgodny pod względem metod oznaczania z analizatorami pomocniczymi-przynajmniej dla testów o liczbie powyżej 10000. Jeśli oba rozwiązania techniczne pozwalają na dokonanie oznaczeń tą samą metodą (takie same wartości referencyjne, korelacja między aparatami bez zastrzeżeń) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pomocniczego dysponującego wydajnością na poziomie 400 oznaczeń/godz (fotometrycznych +ISE) w połączeniu z ofertą systemu zintegrowanego, dla którego moduł biochemiczny dysponuje wydajnością na poziomie 1000 oznaczeń/godz (fotometrycznych i ISE)?.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pomocniczego dysponującego 32 miejscami na zestawy odczynnikowe dla metod pomiaru spektrofotometrycznego oraz dodatkowo dla 4 elektrod ISE (Na, K, Cl i Li) ? Statyw, 4-o miejscowy dla odczynników są w pełni konfigurowalne i można je wymieniać, dostawiać w trakcie pracy urządzenia bez jakiegokolwiek wymogu zatrzymania analizatora. Identyfikacja odczynników odbywa się z poziomu identyfikacji kodu kreskowego w trakcie wstawiania statywów na pokład analizatora.

Ilość różnych badań, podana przez Zamawiającego zamyka się liczbą 32, dla pomiarów spektrofotometrycznych i 3 dla pomiarów ISE. Badania dla materiału z rozróżnieniem surowica i moczu dla tego samego parametru wykonywane są z wykorzystaniem tej samej, pojedynczej kasety odczynnikowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 1. Załącznik nr 1 do siwz, Przedmiot zamówienia, Nazwa badania

Lp.28. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 1. Załącznik nr 1 do siwz, Przedmiot zamówienia, Nazwa badania

Lp.29. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon 2 gen czy 3 gen.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. -

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 1. Załącznik nr 1 do siwz, Przedmiot zamówienia, Nazwa badania, Wymagania graniczne dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych

Lp.2. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia testów których liczba jest równa lub większa 6000 na systemie zintegrowanym, a oznaczenia testów o liczbie mniejszej od 6000 na aparatach pomocniczych?

Odpowiedź na to pytania przełoży się na prawidłowe oszacowanie materiałów zużywalnych i płynów systemowych na oferowane analizatory, a co za tym idzie na właściwe przygotowanie i skalkulowanie oferty przetargowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Analizatory pomocnicze, zgodnie z punktem 2 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych, rutynowo będą służyły do wykonywania testów o liczbie mniejszej od 6000 i ewentualnie HbA1c oraz będą wykorzystywane w czasie przestoju systemu zintegrowanego związanego z awarią, konserwacją itp. W związku z tym, że Zamawiający nie zna aparatury (jej awaryjności, czasu przeznaczanego na przygotowanie do pracy, konserwacje, częstotliwości przeglądów okresowych itp.) nie może oszacować ilości pozostałych testów na poszczególne analizatory. Zgodnie z SIWZ system zintegrowany musi dawać możliwość wykonania przynajmniej testów, których liczba jest równa lub większa od 6000, ewentualnie bez HbA1c.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 1. Załącznik nr 1 do siwz, Przedmiot zamówienia, Nazwa badania, Wymagania graniczne dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych

Lp.11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby automatyczne rozcieńczanie próbek i powtarzanie oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości realizowane było dzięki współpracy analizatorów z zewnętrznym oprogramowaniem / LSI?

Odpowiedź na zapytanie:

Wykorzystywany obecnie przez laboratorium system informatyczny nie posiada funkcjonalności zlecenia rozcieńczania próbek i ich powtarzania. Jeśli Oferent zapewni taką funkcjonalność, to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 1. Załącznik nr 1 do siwz, Przedmiot zamówienia, Nazwa badania, Wymagania graniczne dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych

Lp.15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby możliwość drukowania na wynikach wartości referencyjnych oraz możliwość wydruku dziennego raportu zbiorczego **realizowana była dzięki współpracy analizatorów z zewnętrznym oprogramowaniem / LSI?**

Odpowiedź na zapytanie:

Jeśli Oferent zapewni taką funkcjonalność, to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 7, pkt. 8 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1 do SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga podglądu i wydruku parametrów kalibracji zawierającego **wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych?**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z punktem 8 wymagań granicznych dla czytnika pasków wymaga możliwości podglądu i wydruku parametrów kalibracji czytnika, a rodzaje wymaganych parametrów zostały określone w punkcie 2 wymagań granicznych dla odczytników.

Pytanie nr 26 – dotyczy projektu umowy

Par. 4 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 2% na 0,2%, tak aby obowiązki Wykonawcy były analogiczne do obowiązków Zamawiającego, określonych w par. 4 ust. 17, zgodnie z zasadą równości stron?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy projektu umowy

Par. 4 ust. 19 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy projektu umowy

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 4 ust.20

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy projektu umowy

Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy projektu umowy

Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „24godzin” na „24godzin w dni robocze”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy projektu umowy

Par. 5 ust. 10 pkt 1) i 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktów 1) i 3)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy projektu umowy

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę do ograniczenia uprawnień z tytułu rękojmi do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy projektu umowy

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 7 ust. 3?

Uzasadnienie:

Przelew wierzytelności nie może dojść do skutku w przypadku zakazu wynikającego z umowy. W związku z tym nie ma potrzeby sankcjonowania zakazu dodatkowym zapisem o karze umownej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy projektu umowy

Par. 8 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia i instalacji przedmiotu najmu na 4 tygodnie od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia wady na 72 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia dotyczącego tejże wady?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanych analizatorów jedynie w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD/Pendrive?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga formy papierowej instrukcji obsługi oferowanych analizatorów.

Pytanie nr 39

Prosimy o wydłużenie terminu podłączenia aparatów do LIS do 15 dni roboczych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40 - dotyczy zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pomocniczego który nie wykonuje oznaczeń Witaminy D?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem zaoferowania Witaminy D na system zintegrowany

Pytanie nr 41 - dotyczy zadania 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tylko jednej stacji uzdatniania wody w sytuacji gdy wszystkie zaoferowane analizatory mają łączne zapotrzebowanie na wodę mniejsze niż wydajność jednej zaoferowanej stacji wody?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody, druga stacja uzdatniania wody musi zapewnić pracę analizatorów np. w przypadku awarii, przeglądów konserwacyjnych pierwszej.

Pytanie nr 42 - dotyczy zadania 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie testu (lp. 40) na całkowitą zdolność wiązania żelaza (TIBC) zamiast testu na utajoną zdolność wiązania żelaza (UIBC)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43 - dotyczy zadania 1

Czy zamawiający może oszacować ilość próbek wymagających rozcieńczenia dla poszczególnych testów, w celu naliczenia odpowiedniej ilości rozcieńczalników dla poszczególnych testów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie zna zakresów liniowości dla poszczególnych testów na bazie odczynników, które zaproponuje Oferent. W związku ze specyfiką Szpitala (szpital wielospecjalistyczny, obsługujący zarówno noworodki jak i pacjentów w podeszłym wieku, kobiety ciężarne itd.) należy zapewnić rozcieńczalniki na cały okres umowy.

Pytanie nr 44 - dotyczy zadania 1

Czy na analizatorze zintegrowanym i pomocniczym będą oznaczane rutynowo te same parametry w tym samym czasie?

Odpowiedź na zapytanie:

Analizatory pomocnicze, zgodnie z punktem 2 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 lub 3 analizatorów pomocniczych, rutynowo będą służyły do wykonywania testów o liczbie mniejszej od 6000 i ewentualnie HbA1c oraz będą wykorzystywane w czasie przestoju systemu zintegrowanego związanego z awarią, konserwacją itp. W związku z tym, że Zamawiający nie zna aparatury (jej awaryjności, czasu przeznaczonego na przygotowanie do pracy, konserwacje, częstotliwości przeglądów okresowych itp.) nie może oszacować ilości pozostałych testów na poszczególne analizatory. Zgodnie z SIWZ system zintegrowany musi dawać możliwość wykonania przynajmniej testów, których liczba jest równa lub większa od 6000, ewentualnie bez HbA1c.

Pytanie nr 45 - dotyczy zadania 1

Czy codzienne wykonywanie kontroli oznacza 5 czy 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Szpital pracuje w trybie ciągłym, tym samym codzienne wykonywanie kontroli oznacza 7 dni w tygodniu.

Pytanie nr 46 - dotyczy zadania 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu z kalibratorami przyjąć praktykę porcjowania i mrożenia, o ile instrukcja użytkowania nie wyklucza takiego postępowania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie pod warunkiem, że instrukcja użytkowania zezwala na to i Oferent dostarczy potrzebne do tego pojemniki

Pytanie nr 47 - dotyczy zadania 1

Biorąc pod uwagę zakładane niewielkie ilości badań dla niektórych testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na oszczędne gospodarowanie odczynnikami, pozwalające na pełne wykorzystanie zestawów odczynników niezależnie od daty ich otwarcia, z uwzględnieniem daty ważności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z punktem 5 wymagań granicznych dla odczynników Zamawiający dla testów o ilości poniżej 8000 dopuszcza przechowywanie odczynnika zamiennie w lodówce zewnętrznej i na pokładzie analizatora na czas wykonywania oznaczeń.

Pytanie nr 48 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie witryny chłodniczej o pojemności ok. 346 l z regulacją temperatury w zakresie 0^o - +15^o

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej z możliwością regulacji temperatury w zakresie 0 – 15^oC, ale o pojemności użytkowej wskazanej w SIWZ lub ewentualnie większej.

Pytanie nr 49 - dotyczy zadania 1 „- wszystkie inne niezbędne elementy wyposażenia laboratoryjnego potrzebne do zamontowania i eksploatacji sprzętu, w tym stoły przyściennie z szafkami, z dwoma miejscami roboczymi oraz nadstawką szafkową usytuowaną na długości 340 cm, stół przyścienny z szafkami, bez nadstawki z 1 miejscem roboczym o dł. 200 cm, dwa biurka z krzesłami celem walidacji wyników.”

Czy Zamawiający zgodnie z powyższym zapisem dysponuje projektem wykonawczym jak również planem architektonicznym pomieszczenia w którym miałyby nastąpić instalacja w/w sprzętu z zaznaczeniem umiejscowienia wymaganych mebli?

W celu prawidłowej realizacji zamówienia prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający załącza do udzielonych odpowiedzi projekt pt. Meble do pracowni immunobiochemi –załączniki nr 1 i 2.

Pytanie nr 50 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga w zaoferowanym analizatorze zastosowania kuwet jednorazowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 51 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym analizatorze, odczynniki i kontrole były przechowywane na pokładzie analizatora? Rozwiązanie takie pozwoli na ekonomiczną pracę i zużycie odczynników.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga w zaoferowanym analizatorze zastosowania wielopunktowej kalibracji (co najmniej 4 punktowej)? Kalibracja wielopunktowa, jest wykonywana dla każdej serii posiadanego odczynnika, bezpośrednio w urządzeniu z uwzględnieniem wszelkich składowych mogących mieć wpływ na jakość i wiarygodność badań.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wprowadza dodatkowych wymogów.

Pytanie nr 53 - dotyczy zadania 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z automatycznym doбором optymalnej długości fali, wykorzystującego minimum 4 długości fal w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubinemii lub hemolizy, wyposażonego dodatkowo w funkcję przedanalizycznego skanowania próbki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w punkcie 7 wymagań granicznych dla analizatorów zawarł wymóg automatycznego doboru optymalnej długości fali w przypadku wykrycia w próbce lipemii, bilirubinemii, czy hemolizy. Zamawiający nie określa ile długości fal mają wykorzystywać analizatory. Zamawiający oczekuje analizatorów pozwalających ograniczyć do minimum wpływ interferencji, a tym samym ilość powtarzanych testów.

Pytanie nr 54 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie witryny chłodniczej o pojemności ok. 346 l z regulacją temperatury w zakresie 0° - +15°

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej z możliwością regulacji temperatury w zakresie 0 – 15°C, ale o pojemności użytkowej wskazanej w SIWZ lub ewentualnie większej.

Pytanie nr 55 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki używanej o parametrach jak model MPW 350e lub równoważnej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy zadania 2

„- wszystkie inne niezbędne elementy wyposażenia laboratoryjnego potrzebne do zamontowania i eksploatacji aparatury, w tym odpowiednie stoły pod całość oferowanego sprzętu oraz dodatkowe powierzchnie robocze (o łącznej długości około 2,5 m) , w tym jedna przyścienna z nadstawką do przechowywania dokumentacji formatu A4 z pracowni z 2 szafkami i 1 szafką mobilną oraz biurko z krzesłem celem walidacji wyników.”

Czy Zamawiający zgodnie z powyższym zapisem dysponuje projektem wykonawczym jak również planem architektonicznym pomieszczenia w którym miałyby nastąpić instalacja w/w sprzętu z zaznaczeniem umiejscowienia wymaganych mebli?

W celu prawidłowej realizacji zamówienia prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający załącza do udzielonych odpowiedzi projekt pt. Meble do pracowni koagulacji cytometrii – załączniki nr 3 i 4.

Pytanie nr 57 - dotyczy zadania 5

„- wszystkie inne niezbędne elementy wyposażenia laboratoryjnego potrzebne do zamontowania i eksploatacji aparatury, w tym odpowiednie stoły pod całość oferowanego sprzętu oraz dodatkowe powierzchnie robocze do przygotowywania rozmazów mikroskopowych:

- powierzchnia przyścienna o długości 320 cm z 3 szafkami i 1 szafką mobilną + półka nad całą długością blatu

- powierzchnia o długości 290 cm z dwiema szafkami

oraz biurko z krzesłem celem walidacji wyników i szafa jednosekcyjna częściowo przeszklona z podziałem poziomym do przechowywania dokumentacji z pracowni”

Czy Zamawiający zgodnie z powyższym zapisem dysponuje projektem wykonawczym jak również planem architektonicznym pomieszczenia w którym miałyby nastąpić instalacja w/w sprzętu z zaznaczeniem umiejscowienia wymaganych mebli?

W celu prawidłowej realizacji zamówienia prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający załącza do udzielonych odpowiedzi projekt pt. Meble do pracowni hematologii – załączniki nr 5 i 6.

Pytanie nr 58 - dotyczy zadania 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroskopu używanego spełniającego wszystkie wymagania graniczne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 59 - dotyczy zadania 5

Prosimy o doprecyzowanie punktu 7 tabeli Wymagania graniczne dla analizatorów; Zadanie nr 5:

Jest:

Minimalne wymagane zakresy liniowości oznaczeń dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczania - z pierwszego podstawienia:

-dla leukocytów

$$\leq 20 / \mu l \text{ i } \geq 300\ 000 / \mu l$$

- dla płytek $\leq 5000 / \mu l$

$$\text{ i } \geq 2000\ 000 / \mu l$$

powinno być:

Minimalne wymagane zakresy liniowości oznaczeń dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczania - z pierwszego podstawienia:

-dla leukocytów:

$$\geq 20 \text{ i } \leq 300\ 000 / \mu l$$

- dla płytek:

$$\geq 5000 \text{ i } \leq 2000\ 000 / \mu l$$

Odpowiedź na zapytanie:

Przez podany zakres liniowości Zamawiający rozumie zakres

dla leukocytów: dolna granica nie wyższa niż 20/mikrolitr

górna granica nie niższa niż 300000/mikrolitr

dla płytek: dolna granica nie wyższa niż 5000/mikrolitr

górna granica nie niższa niż 200 0000/mikrolitr

Pytanie nr 60 - dotyczy zadania 1

Czy zgodnie z zapisem w punkcie 5 tabeli „Ilość opakowań dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika„ Wykonawcy powinni zaoferować taką ilość opakowań odczynników, która będzie uwzględniała ich trwałość po otwarciu zgodnie z zapisami producenta testu w ulotce odczynnikowej? Czy w związku z tym wykonawca powinien dołączyć do oferty komplet ulotek odczynnikowych w celu weryfikacji ilości zaoferowanych opakowań odczynników. Ulotki te będą również potrzebne do weryfikacji ilości zaoferowanych testów oraz terminu przydatności odczynnika po otwarciu (ostatnia tabela w Załączniku nr 1 do SIWZ).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający określił sposób przechowywania odczynników i wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ.

Pytanie nr 61 - dotyczy zadania 1

Jeśli Zamawiający potwierdzi wymóg załączenia ulotek odczynnikowych do oferty, to prosimy również o umieszczenie w odpowiedziach wymogu załączenia ich do oferty w formie CD.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Oferta winna być złożona w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej dokumentów na etapie składania ofert.

Pytanie nr 62 - dotyczy zadania 1

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na załączenie do oferty wyłącznie wersji załączenia do oferty ulotek w postaci CD to prosimy o wpisanie w odpowiedziach wymogu załączenia do oferty ulotek w osobnym segregatorze, podpisanych wyłącznie na pierwszej stronie, plus dołączenie dodatkowo ulotek na płycie CD. Forma elektroniczna dokumentów ułatwi Zamawiającemu sprawdzanie ofert (dla informacji każda ulotka zawiera od 10-15 stron A4).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza aby katalogi, instrukcje, ulotki, opisy techniczne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty osobno w odrębnym segregatorze. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia była złożona wraz z ofertą.

Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (na każdej zapisanej stronie).

Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej dokumentów na etapie składania ofert.

Pytanie nr 63 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby wszystkie odczynniki do oznaczeń wirusologicznych pochodziły od producenta oferowanego analizatora?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na całość sprzętu i odczynników, oraz ich kompatybilność nie wprowadza dodatkowego wymogu, aby odczynniki do oznaczeń wirusologicznych pochodziły od producenta oferowanego analizatora.

Pytanie nr 64 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowana ilość opakowań kalibratorów, kontroli oraz innych płynów systemowych była zgodna z terminami ich trwałości po otwarciu, w celu zapewnienia ciągłej pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z SIWZ ilość wszystkich odczynników musi być dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika, zarówno jeśli chodzi o odczynniki podstawowe, jak i pomocnicze. Jeśli ulotki dopuszczają możliwość mrożenia: czy to odczynnika podstawowego, kalibratora, kontroli, itp. to Zamawiający będzie z tego korzystał.

Pytanie nr 65 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczanie prokalcytoniny na dodatkowym analizatorze (1 szt.) przeznaczonym wyłącznie do tego oznaczenia? Jako aparat pomocniczy posłużyłby inny aparat wykorzystujący te same odczynniki będący w użytkowaniu Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 1 dodatkowego analizatora do oznaczania wyłącznie PCT, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań SIWZ. Ilość analizatorów przez Zamawiającego została w SIWZ opisana jako: system zintegrowany oraz 2 lub 3 analizatory pomocnicze.

Pytanie nr 66 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów pomocniczych z rokiem produkcji 2010? Zaoferowane aparaty objęte są pełną gwarancją w trakcie trwania umowy oraz spełniają wszystkie wymagania SIWZ. Aparaty zostały wyprodukowane w 2010 r. jednak pracę rozpoczęły w roku 2011.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy SIWZ, Rozdz. VI, pkt. 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i uruchomienie sprzętu w zadaniu nr 1 w jednakowym czasie dla wszystkich pozycji? Zamawiający wymaga dostarczenia **platformy zintegrowanej**, co z definicji jest jednym aparatem, którego nie można podzielić na część biochemiczną i immunochemiczną, ze względu choćby na konstrukcję czy sposób sterowania całą platformą.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

B0 w zakresie zadania numer 1 – przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ - poz. 32 – 77 oraz sprzęt gwarantujący wykonanie testów o tych numerach w okresie od 03.04.2015 r. – do 2.04.2018 r., pozostały zakres zamówienia dla zadania numer 1 musi być zrealizowany w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem, że dostawa i uruchomienie przedmiotu najmu w zakresie zadania numer 1 gwarantującego wykonanie testów z pozycji 32 – 77 nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia 03.04.2015 r. Natomiast dostawa i uruchomienie pozostałego sprzętu w zakresie najmu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 68 - dotyczy SIWZ, Rozdz. VI, pkt. 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów w zadaniu nr 1 na 21 dni? Zamawiający wymaga dostarczenia m. in. nowej platformy zintegrowanej. Platforma zintegrowana jest każdorazowo konfigurowana pod kątem konkretnego klienta a biorąc pod uwagę, że aparaty te nie są składane w Polsce, termin 10 dni na dostawę takiej platformy wydaje się ciężki do zrealizowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy pkt. 15 i 16 par. 4 projektu umowy.

Prosimy o ujednolicenie wysokości kar dla Wykonawcy i Zamawiającego w sytuacjach opisanych w niniejszych punktach, obecnie Zamawiający stosuje dla siebie karę w wys. 0,2% a dla Wykonawców 2%.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 70 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy pkt. 12 par. 4 projektu umowy.

Prosimy o usunięcie w tym punkcie zapisu od słów: „...jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę...” albowiem Zamawiający stosuje podwójną karę – raz za pokrycie kosztów różnicy w zakupie w firmie zewnętrznej drugi raz za opóźnioną dostawę.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowego oznaczenia barbituranów w surowicy firmy Thermo Scientific z konfiguracją aplikacji na oferowany aparat? Aplikacja półilościowego oznaczenia barbituranów w surowicy firmy Thermo Scientific, która pragniemy zaoferować jest aktualnie używana przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zapewnienia możliwości uzyskania wyników liczbowych w zakresach określonych przez wartości kalibratorów.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie Internetu w miejscu instalacji oferowanych analizatorów celem podłączenia analizatorów do bezpiecznej i certyfikowanej sieci (jest to w pełni potwierdzone odpowiednimi dokumentami) umożliwiającej pełną zdalną diagnostykę analizatora, przysyłanie uaktualnień ulotek protokołów badań, a także instrukcji użytkowania?

Uzasadnienie: Oferowane analizatory posiadają wbudowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie błędów występujących w trakcie pracy analizatora z automatycznym i bezobsługowym powiadamianiem serwisu o występujących problemach tzw. proaktywny monitoring. Powyższe rozwiązanie pozwala unikać nieprzewidzianych przestojów analizatora a dodatkowo poprzez wgląd w historię błędów odpowiednio przygotować wizytę serwisu w celu usunięcia usterki. Dodatkowo zdalne podłączenie umożliwia w pełni bezobsługowe uaktualnienie protokołów badań, ulotek a także instrukcji użytkowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73

W związku faktem, że składana przez oferenta oferta zawiera zestaw dwóch identycznych analizatorów zintegrowanych stanowiących backup dla samych siebie, zapewniających pełną płynność pracy Laboratorium prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zgłoszenia awarii jednego analizatora, niemożliwej do usunięcia w terminie do 24h (np. spowodowanej losowym brakiem części zamiennych w lokalnym magazynie lub opóźnieniem wizyty serwisu), wszystkie badania wykonywane na uszkodzonym aparacie zostały przeniesione na drugi analizator, zapasowy (backup), do chwili przywrócenia pełnej funkcjonalności uszkodzonego analizatora, w pełni na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 74 - dotyczy zadania 1 i 2

Dotyczy: Pkt. 8.2 i 8.3 SIWZ (dokumenty, które należy dołączyć do oferty przetargowej), str. 7 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty dokumentów opisanych w pkt. 8.2 i 8.3, str. 7 SIWZ na płycie CD? Dokumenty w wersji papierowej zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, instrukcje z dostawą analizatorów

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Oferta winna być złożona w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej dokumentów na etapie składania ofert.

Pytanie nr 75 - dotyczy Projektu umowy, załącznik nr 3A

§5, ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu najmu w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 76 - dotyczy Projektu umowy, załącznik nr 3A

§4, ust.16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 77 - dotyczy Projektu umowy, załącznik nr 3A

§5, ust.9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad (awarii) przedmiotu najmu będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez usunięcie wady w 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie lub poprzez dostarczenie przedmiotu najmu wolnego od wad w ciągu 6 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 78 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować odczynnik do oznaczania troponin, który na poziomie 99 percentyla ma nieprecyzyjność na poziomie 10% CV?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 79 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zintegrowanego bez możliwości wykonania oznaczeń prokalcytoniny i zaoferowanie oznaczanie prokalcytoniny jedynie na analizatorze pomocniczym? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie oferty kolejnemu wykonawcy, a tym samym uczyni postępowanie przetargowe bardziej konkurencyjnym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 1 dodatkowego analizatora do oznaczania wyłącznie PCT, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań SIWZ. Ilość analizatorów przez Zamawiającego została w SIWZ opisana jako: system zintegrowany oraz 2 lub 3 analizatory pomocnicze.

Pytanie nr 80 - dotyczy zadania 1 Prosimy o podanie dolnej granicy liniowości testu hsCRP, który spełniałby wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

hsCRP (białko C-reaktywne oznaczane metodą wysoko-czułą) Zamawiający będzie wykorzystywał do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz do obserwacji dynamiki zmian stężenia i wczesnego diagnozowania infekcji u noworodków, niemowląt i dzieci. Dolna granica liniowości zaoferowanego hsCRP musi Zamawiającemu to umożliwić.

Pytanie nr 81 - dotyczy zadania 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować odczynnik do oznaczania barbituranów w surowicy metodą jakościową i półilościową? Oferowany odczynnik daje możliwość uzyskiwania wyników liczbowych w zakresach określanych przez wartości kalibratorów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 82 - dotyczy zadania 1

W związku z koniecznością zaoferowania testów potrzebnych na kalibrację prosimy o podanie informacji czy częstość kalibracji powinna zgodna z zalecaną w ulotkach odczynnikowych czy też może być ona kalkulowana zgodnie z najlepszą wiedzą dostawcy na podstawie doświadczenia użytkowników. Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne skalkulowanie oferty odczynnikowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Ulotki odczynnikowe muszą potwierdzać zgodność oferty z wymogami Zamawiającego.

Pytanie nr 83 - dotyczy zadania 1

Czy w przypadku testów z zakresu immunochemii, które Zamawiający wykonuje w mniejszych ilościach można założyć, że odczynniki używane będą przez Zamawiającego tak długo jak długo kontrole jakości będą prawidłowe, także po przekroczeniu deklarowanej teoretycznej stabilności tych odczynników na pokładzie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 84 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez Wykonawcę mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoliłoby na bardzo ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 85 - dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany system zintegrowany był zarządzany z więcej niż jednego stanowiska operatorskiego? Każdy element systemu zintegrowanego posiada własne stanowisko zarządzające, co zapewnia pełną możliwość pracy na jednym module w przypadku awarii drugiego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 86 - dotyczy zadania 1

Czy w skład systemu zintegrowanego powinien wchodzić analizator immunochemiczny o wydajności 100 lub więcej oznaczeń na godzinę dla testów immunochemicznych zarówno 1 jak i 2 stopniowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 87 - dotyczy zadania 1

Czy pod pojęciem „chłodziarka laboratoryjna” Zamawiający rozumie dowolną chłodziarkę o parametrach podanych przez Zamawiającego tj zapewniająca możliwość chłodzenia w zakresie 0 – 10°C z zewnętrznym wyświetlaczem temperatury, o pojemności użytkowej minimum 460 l?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania chłodziarki laboratoryjnej o pojemności użytkowej wskazanej w SIWZ lub ewentualnie większej.

Pytanie nr 88 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby badanie homocysteina wykonywane było w laboratorium zewnętrznym z gwarancją pokrycia kosztów transportu przez oferenta po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu szczegółów przez Zamawiającego? Koszty wykonania powyższych badań będą uwzględnione w arkuszu asortymentowo-cenowym. Takie rozwiązanie pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 89 - dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby badanie homocysteina wykonywane było na analizatorze biochemicznym systemu zintegrowanego będącego przedmiotem postępowania w zadaniu nr 1. Koszty wykonania powyższych badań będą uwzględnione w arkuszu asortymentowo-cenowym. Takie rozwiązanie pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

System zintegrowany jest przedmiotem postępowania przetargowego, w związku z tym Zamawiający nie może na obecnym etapie założyć, że zarówno dla zadania nr1 jak i nr 2 będzie ten sam Wykonawca.

Pytanie nr 90 - dotyczy zadania 5

Prosimy o potwierdzenie i wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora pomocniczego - rok produkcji 2008, poddanego pełnej walidacji metod pomiarowych - pod warunkiem dokonania kompleksowego przeglądu urządzenia zgodnie z procedurami jakościowymi producenta, jako tożsamy technologicznie i wykorzystujący do oznaczeń identyczną technologię pomiaru, przy zastosowaniu kompletnych systemów analitycznych wytwarzanych przez producenta analizatora, z zachowaniem minimum kompatybilności i wymaganego zabezpieczenia odczynnikowego pomiędzy oferowanymi analizatorami.

Uzasadnienie:

Oferowany sprzęt jest dzierżawiony przez Zamawiającego. Proponowana forma w przypadku dzierżawy w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego pod względem funkcjonalności oraz utrzymania i sprawności oferowanego sprzętu, przy jednoczesnym aspekcie ekonomicznym dużo bardziej korzystniejszym, niż w przypadku analizatorów fabrycznie nowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z którymi analizator pomocniczy powinien być produkcji nie wcześniejszej niż 2011

Pytanie nr 91 - dotyczy zadania 18

Czy Zamawiający w zadaniu 18 (Strzykawki do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej) wyrazi zgodę na dostarczenie strzykawki z igłą do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej, z krwi tętniczej o objętości do 3 ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podając objętość 1,5-2 ml miał na myśli objętość krwi, w związku z tym dopuszcza strzykawki o obj. do 3 ml, które pozwolą na pobranie krwi w objętości wymaganej przez Zamawiającego

Pytanie nr 92 - dotyczy zadania 18

Czy Zamawiający w zadaniu 18 (Strzykawki do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej) oraz zadaniu 19 (Strzykawki do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej u noworodka) wymaga dostarczenia strzykawki z igłą w tym samym sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pakowanie strzykawek i igieł wspólne, jak i też oddzielne.

Pytanie nr 93 - dotyczy formularza cenowego zadanie nr 4, pozycje 5 i 6.

Czy zamawiający wymaga do oznaczania białek C i S metody pomiaru za pomocą substradu chromogenego (pomiar stężenia) czy wykrzepiania (pomiar aktywności)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie określa metod oznaczania białek C i S.

Pytanie nr 94 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy Zamawiający dopuści 2 analizatory o wydajności 110 testów PT i 110 testów APTT na godzinę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 95 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy pomiary dla analiz krzepnięciowych mają odbywać się w oparciu o odczyt optyczny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdzie w punkcie 6 i 7 wymagań granicznych dla analizatorów zawarł wymogi rejestracji, monitorowania i kontroli kinetyki zachodzących reakcji oraz automatycznego (bez udziału operatora) doboru optymalnej długości fali w przypadku próbki podhemolizowanej, lipemicznej, czy ikterycznej.

Pytanie nr 96 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy oba analizatory powinny mieć takie same oprogramowanie sterujące i pracować w oparciu o te same materiały zużywalne (np. kuwety)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdzie w punkcie 4 wymagań granicznych dla analizatorów zawarł wymóg, aby system odczynnikowy był identyczny dla obu analizatorów. Inne materiały mogą być różne.

Pytanie nr 97 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy Zamawiający dopuści analizatory w których badania wykonywane są w pojedynczych kuwetach pomiarowych, ale kuwety połączone są w większe zespoły (np. paski). Czy Zamawiający wymaga aby analizatory były dostosowane do pracy z próbkami pierwotnymi zamkniętego pobrania i posiadały przebijak korków?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie, w którym badania są wykonywane w pojedynczych kuwetach pomiarowych, a wkładane na pokład są w paskach. Zamawiający wprowadzając wymóg pojedynczych kuwet pomiarowych chce się zabezpieczyć przed wyrzucaniem czystych, nie zużytych kuwet do odpadów.

Pytanie nr 98 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy poprzez parametr „monitorowanie i kontrola kinetyki zachodzących reakcji” Zamawiający rozumie m.in. podgląd przebiegu reakcji wyświetlany w postaci graficznego wykresu dla przebiegu wszystkich analiz?

Odpowiedź na zapytanie:

Punkt 6 wymagań granicznych dla analizatorów gdzie Zamawiający zawarł wymóg rejestracji, monitorowania i kontroli kinetyki zachodzących reakcji ma pozwolić na podgląd przebiegu krzepnięcia w przypadku przede wszystkim reakcji nietypowych.

Pytanie nr 99 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy Zamawiający dopuści z odczytem przy wysokiej długości (fali >670 nm) fali niewrażliwej na interferencje z e strony lipemii, bilirubinemii i hemolizy (wynika to ze spektr absorbancji tych substancji)? Analizator nie wymaga zmiany filtrów by mierzyć próbki z w/w interfeferencjami.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w punkcie 7 wymagań granicznych dla analizatorów zawarł wymóg automatycznego doboru optymalnej długości fali w przypadku wykrycia w próbce lipemii, bilirubinemii, czy hemolizy. Zamawiający nie określa ile długości fal mają wykorzystywać analizatory. Zamawiający oczekuje analizatorów pozwalających ograniczyć do minimum wpływ interferencji, a tym samym ilość powtarzanych testów.

Pytanie nr 100 - dotyczy zadania 4 - Wymagania graniczne dla analizatorów

Czy Zamawiający wymaga analizatora o ugruntowanej pozycji rynkowej potwierdzoną listą co najmniej 10 instalacji w Polsce?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Prosimy o poprawę numeracji nazw badania kaogulologicznego w tabeli z ilościami testu. Obecnie zarówno czas protrombinowy jaki czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) są oznakowane jako 1. Czy w związku z tą pomyłką zapis w Wymaganiach granicznych dla odczynników: „badania o nr 1,2,3,4 są wykonywane na bieżąco” należy rozumieć, że badania PT, APTT, Fibrynogen i antytrombina są wykonywane na bieżąco”, a zapis „testy 5,6,7,8 wykonywane są raz na 2 tygodnie” należy rozumieć, że badania białko C, białko S, anty Xa, LA są wykonywane raz na 2 tygodnie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ numeracja badań z zakresu koagulologii przedstawia się jak poniżej w tabeli:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa badania koagulologicznego</i>	<i>Ilość testów na okres 3 lat (nie uwzględniono testów na kalibrację)</i>
1	Czas protrombinowy	140 000
2	Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)	100 000
3	Fibrynogen	18 000
4	Antytrombina III	5 000
5	Białko C	900
6	Białko S	900
7	Anty - Xa	200
8	LA (test przesiewowy + potwierdzenia)	200

Pytanie nr 102 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Czy Zamawiający zechce zrezygnować w przypadku badań wykonywanych w mniejszej ilości (AT, białko S, białko C, anty Xa i LA) z wymogu dostosowania ilości opakowań do trwałości odczynnika na pokładzie analizatora i zastąpić ten wymóg zapewnieniem dostępności odczynnika roboczego przez cały okres umowy i planowanej częstotliwości wykonywania badań, przy założeniu przechowywania odczynników roboczych w lodówce między badaniami

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w opisie dotyczącym odczynników w punkcie 2 podał harmonogram wykonywania badań. Odczynniki na pokładzie analizatora są konieczne tylko wtedy, kiedy zgodnie z harmonogramem, dany test będzie wykonywany. Odczynniki do badań, które wykonywane będą 1 raz na 2 tygodnie mogą być przechowywane w lodówce zewnętrznej, a nawet zamrażane – jeśli na to pozwala ulotka odczynnikowa.

Pytanie nr 103 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Czy poprzez badanie Białko S Zamawiający rozumie wolne białko S, metodę zalecaną przez obecne standardy jako pierwszoplanową w kierunku badania niedoborów białka S.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie ogranicza testu do oznaczania białka S do testu do wolnego białka S

Pytanie nr 104 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Czy pod nazwą „anty Xa” Zamawiający rozumie badanie heparyny drobnocząsteczkowej?

Odpowiedź na zapytanie:

Anty-Xa Zamawiający ma zamiar oznaczać w celu monitorowania terapii zarówno preparatami heparyny niefrakcjonowanej jak i drobnocząsteczkowej.

Pytanie nr 105 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników producenta analizatora?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie SIWZ wymaga udzielania gwarancji na całość oferty, nie wprowadza zapisu ograniczającego odczynniki do oryginalnych odczynników producenta analizatora.

Pytanie nr 106 - dotyczy zadania 4 - Wymagania odczynnikowe

Czy Zamawiający wymaga by odczynnik do PT nie zawierał substancji kancerogennych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymogu dla odczynnika do PT

Pytanie nr 107- dotyczy SIWZ, Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Oferty w punktach III, IV, V, VI jedynie tych pozycji dotyczących poszczególnych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Zamawiający zaakceptuje również dokument, który w pkt II-VI będzie dotyczył wyłącznie zadań na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Pytanie nr 108 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §3:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 109 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §4 ust. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 110 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §4 ust. 19:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto przedmiotu niniejszej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Ponadto prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10%.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 111 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §4:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §5 niniejszej umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 112 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §1 ust. 2 niniejszej umowy".

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 113 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §5 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wady (awarii) przedmiotu najmu do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie lub poprzez dostarczenie przedmiotu najmu wolnego od wad w przypadku gdy czas usunięcia wady będzie dłuższy niż 3 dni robocze?

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 72 godzin.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 114 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A §7 ust. 3:

Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż naruszają one prawo wierzycieli do ochrony swoich praw w razie niewypłacalności dłużnika. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

Ewentualnie prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej umowy, tak aby kara umowna nie była naliczana od wartości całego przedmiotu umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 115 - dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3A

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych **prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
2. Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych z własnych zbiorów danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Ustawie, a w szczególności przestrzegania przepisów rozdziału 5 Ustawy, oraz spełnienia wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.).

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 2, przez Zamawiającego obejmuje zakres danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
4. Celem przetwarzania danych przez Wykonawcę jest prawidłowa realizacja niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) wykorzystania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych wyłącznie w zakresie (pkt 3) i celu (pkt 4),
 - b) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych osobowych nieuregulowanych w niniejszej Umowie,
 - c) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy niezwłocznego usunięcia danych osobowych ze wszelkich elektronicznych nośników danych będących własnością Wykonawcy, na których zostały one utrwalone przez Wykonawcę dla realizacji celu określonego w pkt 4, po uprzednim umożliwieniu skopiowania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
6. Prawidłowe usunięcie danych osobowych o których mowa w pkt 5 ppkt c zostanie potwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem Zamawiającego dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych u Wykonawcy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Wykonawcą na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzania danych osobowych.
9. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Umowa, w ocenie Zamawiającego nie wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych; oferent w propozycji zmiany sam także nie wskazał, jaki zakres danych miałoby obejmować powierzenie ograniczając się do nic nie mówiącego sformułowania „dane niezbędne do realizacji niniejszej umowy”

Pytanie nr 116 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 3 ust. 6 wg propozycji: „Za dzień zapłaty należności za przedmiot umowy będzie uważany dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 117 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 7 wg propozycji: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów dotyczących przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszej umowie”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 118 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 12. W przypadku wydłużenia terminów dostawy wykonawca zobowiązany może być do zapłaty odpowiedniej kary umownej za każdy dzień zwłoki i ewentualnie odszkodowania uzupełniającego. Przepisy prawa nie dają Zamawiającemu prawa do żądania kolejnego „odszkodowania” z tego tytułu, szczególnie, że nieznana jest ilość i cena takich zakupów, co stoi w ewidentnej sprzeczności z art.29 ustawy PZP.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 119 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Wnioskujemy o doprecyzowanie lub wykreślenie zapisu § 4 ust. 15. Kara umowna może odnosić się tylko do konkretnych, określonych i zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy, w tym wypadku zwłoki. Utwierdzone orzecznictwo w przedmiotowym zakresie m.in. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (orzeczenie SN z dnia 6 listopada 2003r., III CZP 61/03.).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 120 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 17 wg propozycji: „17. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji

albo w przypadku powtarzających się reklamacji, warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”.

Odstąpienie od umowy jest najdramatyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązywania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 121 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 18 zgodnie z terminologią w Kodeksie Cywilnym i zasadami odpowiedzialności w polskim systemie prawnym wg propozycji: „W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn, z które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 8% całkowitej wartości netto przedmiotu niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 122 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 19 wg propozycji: „W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w przepisach poprzedzających nie pokrywają w całości szkody stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 122 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 5 wg propozycji:

- „1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy do gwarancji stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny, z tym że w żadnym przypadku gwarancja nie ulega odnowieniu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia (sterylności) na przedmiot dostawy minimum na okres określony w przedmiocie zamówienia licząc od dnia dostawy.
3. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy”.

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 123 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu umowy w § 6 wg poprzez wykreślenie w ust. 3b i 3c oraz ustępu 4 ponieważ są niezgodne z przepisami prawa.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 124 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 7 ust. 1.5 wg propozycji: „5) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami;

Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny (wynagrodzenia) brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 125 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 7 ust. 2 i 5 wg propozycji:

„2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą ceny jednostkowej lub wartości umowy, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 5) powyżej”.

„5. Jakiegokolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 5) powyżej”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 126 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3B):

Dotyczy załącznika nr 3B do SIWZ- Projekt umowy: Wnoskujemy o wykreślenie zapisu § 7 ust. 4. Zgodnie z przepisami Pzp, min. art.29 ww. ustawy, Zamawiający nie ma prawa kierowania do wybranego wykonawcy tego rodzaju żądań.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 127 - dotyczy projektu umowy

Prosimy o uściślenie w SIWZ oraz w projekcie umowy wszędzie tam, gdzie pojawia się zapis „dni robocze”, że są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 128 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający może zmienić w § 3 ust. 4 słowo „Koszt” na „Czynsz” zgodnie z pozostałymi zapisami umowy. Czynsz to nie tylko koszt ale i m.in. marża.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 129 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 3 ust. 7 wg propozycji: „Za dzień zapłaty należności za przedmiot dostawy i najem będzie uważany dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 130 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 8 wg propozycji: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów dotyczących przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszej umowie”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 131 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 13. W przypadku wydłużenia terminów dostawy wykonawca zobowiązany może być do zapłaty odpowiedniej kary umownej za każdy dzień zwłoki i ewentualnie odszkodowania uzupełniającego. Przepisy prawa nie dają Zamawiającemu prawa do żądania kolejnego „odszkodowania” z tego tytułu, szczególnie, że nieznana jest ilość i cena takich zakupów, co stoi w ewidentnej sprzeczności z art.29 ustawy PZP.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 132 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Wnioskujemy o doprecyzowanie lub wykreślenie zapisu § 4 ust. 16. Kara umowna może odnosić się tylko do konkretnych, określonych i zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy, w tym wypadku zwłoki. Utwierdzone orzecznictwo w przedmiotowym zakresie m.in. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (orzeczenie SN z dnia 6 listopada 2003r., III CZP 61/03.).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 133 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 18 wg propozycji: „Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa czy przewidzianymi w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, również w zakresie przedmiotu najmu, także w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy lub załatwieniu reklamacji lub w przypadku powtarzających się reklamacji pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu”.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 134 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 19 zgodnie z terminologią w Kodeksie Cywilnym i zasadami odpowiedzialności w polskim systemie prawnym wg propozycji: „W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn, z które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 8% całkowitej wartości netto przedmiotu niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 135 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 20 wg propozycji: „W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w przepisach poprzedzających nie pokrywają w całości szkody stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 136 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 8 i 9. Zwracamy uwagę, że instytucja gwarancji jakości nie ma zastosowania do umowy najmu. Wnioskujemy o zmianę wg n/w propozycji ust. 8 i 9:

„8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis przedmiotu najmu (aparatu) na zasadach i warunkach określonych w umowie cały okres wykonania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób odpowiadający jego właściwościom, zgodnie z wymaganiami prawidłowej / należytej eksploatacji, instrukcją obsługi oraz w miejscu zainstalowania, z zastosowaniem jedynie odczynników dostarczonych przez Wykonawcę. Zmiana miejsca instalacji i korzystania z aparatu może być dokonana jedynie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Wykonawcy. Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw, przeróbek ani modyfikacji aparatu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu aparatu. Obowiązek niezwłocznego powiadomienia dotyczy odpowiednio sytuacji, kiedy aparat zostanie zniszczony lub utracony. Za naprawy nie objęte usługami serwisowymi, Wykonawca obciąży kosztami Zamawiającego. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawca uzyska dostęp do aparatu w terminach wcześniej przez Strony uzgodnionych. W ramach usług serwisowych Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich koniecznych napraw aparatu, z wyjątkiem awarii / uszkodzeń lub wywołanych nimi wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, takich jak np.: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją obsługi, zmiana warunków instalacji aparatu wbrew zaleceniom, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, samowolne naprawy, przeróbki, modyfikacje. Zakresem usług serwisowych nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej. Zakresem usług serwisowych nie są również objęte naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w przypadku użycia akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub użycia odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę.

Wykonawca naprawi aparat (usunie jego awarię / uszkodzenie) w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 2 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii / uszkodzenia aparatu wynosi 48 godzin w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; na potrzeby niniejszego paragrafu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 17.00”.

„9. Wykonawca będzie w miarę możliwości usuwał wady na miejscu. W przypadku braku takiej możliwości transport z pomieszczenia, w którym umieszczony będzie u Zamawiającego przedmiot najmu do miejsca usuwania wad i z powrotem zobowiązany jest zapewnić na swój koszt Wykonawca”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 137 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 10 wg propozycji: „10. W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu najmu wolnego od wad w przewidzianym terminie Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru:

1.) po wezwaniu do wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę w określonym przez siebie dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, a udokumentowanymi kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy;,”

albo 2.) żądać wykonania obowiązków wynikających z umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1/10 miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w ust. 9; kara umowna z tego tytułu ograniczona jest do kwoty miesięcznego czynszu,

albo 3.) odstąpić od umowy także w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w §4 ust. 19, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 138 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 6 wg propozycji:

„1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

2. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny, a konkretnie art. 664 KC”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 139 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu umowy w § 7 wg poprzez wykreślenie w ust. 2b i 2c oraz ustępu 3 ponieważ są niezgodne z przepisami prawa.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to

naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 140 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 8 ust. 1a wg propozycji: „a) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami;

Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny (wynagrodzenia) brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”;

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 141 - dotyczy projektu umowy (zał. nr 3A):

Dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ- Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu § 8 ust. 2 i 5 wg propozycji:

„2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą ceny jednostkowej lub wartości umowy, z zastrzeżeniem ust.1 pkt a) powyżej”.

„5. Jakikolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.1 pkt a) powyżej”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 142 - dotyczy przedmiotu zamówienia

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 w zadaniu nr 1 pkt. 19 warunków granicznych przedmiotu najmu; w zadaniu nr 2 pkt. 10; w zadaniu nr 4 pkt. 15; w zadaniu nr 5 pkt. 13 wg. analizatora : Wnioskujemy o zmianę zapisu tego punktu ponieważ instytucja gwarancji nie ma zastosowania do przedmiotowej umowy najmu. Prosimy o doprecyzowanie pierwszej części zapisu tego pkt. Wg propozycji:

„Zapewniony przez Wykonawcę w cenie oferty serwis analizatora przez cały okres najmu na warunkach i zasadach określonych w umowie , czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku awarii maksymalnie 48 godz. w dni robocze (na potrzeby niniejszego zamówienia przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) od momentu zgłoszenia usterki przez 365 dni w roku.(...)”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający