



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA

W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-352

Fax. 52/36-55-752

**ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 27001 : 2005
ISO 27001 : 2005**

NZZ/63/D/14

Bydgoszcz, dnia 17.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji sprzętu medycznego oraz pojemników do transportu optyk, nr sprawy NZZ/63/D/13

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

GRUPA 4

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówień w terminie 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

GRUPA 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik transportowy do endoskopów sztywnych o wymiarach zewnętrznych 446x90x45mm . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 3

GRUPA 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik transportowy do endoskopów sztywnych o wymiarach zewnętrznych 321x90x45mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o trzy dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej trzy dni robocze termin określony w ust. 2 na zmniejszenie kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15 na 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, na zmniejszenie wysokości kary umownej w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki na 0,5 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych oraz odstąpienia od umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający