



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA

W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-752

NZZ/67/P/14

Bydgoszcz, dnia 13.11.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, Nr sprawy NZZ/67/P/14

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy: Grupa 22

Czy Zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci czy bez ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci.

Pytanie 2

Grupa 9

Czy Zamawiający w grupie 9 pozycji 1 dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 0,47x90mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Grupa 9

Czy Zamawiający w grupie 9 pozycji 2 dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 0,53x90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Grupa 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 2 dopuści wkłucie centralne jednoświatłowe 16G/25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Grupa 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 4 dopuści wkłucie centralne jednoświatłowe 14G/25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Paragraf 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Paragraf 4 ustęp 12

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o dwa dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej dwa dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Paragraf 4 ustęp 15

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki. ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Paragraf 7 ustęp 1 pkt. 5

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: wysokości wynagrodzenia brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, przy zachowaniu niezmiennionej ceny netto,”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Paragraf 7 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Nr 8/1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną, jednorazową, sterylną do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 2,5mm do 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Nr 8/2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną, jednorazową, sterylną do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 4,0mm do 6,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Nr 8/3 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną, jednorazową, sterylną do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 6,5mm do 10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Nr 22 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny przeciw bakteryjny i przeciw wirusowy, z portem kapno, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

§4 ust. 15 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

§5ust. 2 umowy – W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa terminu przydatności do użytku, produkty biologicznie czyste należy zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o rezygnację z ust. 2 § 5 w przypadku produktów biologicznie czystych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15 obniży wysokość kar umownych ustanowionych z 2 na 1% oraz doda zapis: **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy w następujący sposób: *W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicę obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.*

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 17 wzoru umowy na następujący:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §7 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Grupa 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonika 3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Grupa 3 poz.2-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonika 3-5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Grupa 3 poz.4-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonika 5-10ml lub 30-50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obie proponowane pojemności.

Pytanie 29

Grupa 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 3(90mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Grupa 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2(80mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Grupa 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 1(70mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Grupa 6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 000(40mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Grupa 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Grupa 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'75szt. i dopuści wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Grupa 31 poz.1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 3-częściowe.

Pytanie 36

Grupa 31 poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a'50szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Grupa 3 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Foley posiadał długość min. 29 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Grupa 3 poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Grupa 3 poz. 4-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają posiadać 3 czy 4 otwory boczne, celem łatwiejszego drenażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki posiadające 3 otwory boczne oraz cewniki posiadające 4 otwory boczne.

Pytanie 40

Grupa 5

Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Grupa 5

Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną (zmrozoną) powierzchnię oraz położoną naprzeciwległe otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega przysuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Grupa 8 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do rurek intubacyjnych, sterylnej rozmiar 3,35 (10F).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Grupa 8 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do rurek intubacyjnych, sterylnej rozmiar 3,66 (14F).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Grupa 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6x90 mm lub 0,5x75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Grupa 9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46

Grupa 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły Touhy 18G x 90mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza mają być pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby ostrza były pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z naniesionym lub wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Zamawiający nie wymaga aby na każdym ostrzu był wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta.

Pytanie 48

Grupa 21

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Grupa 21

Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwi precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Grupa 21

Czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów z fabrycznie umieszczoną na opakowaniu jednostkowym informacją o ich braku oraz czasie utrzymania? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na lipofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zawierające ftalany już po 24 godzinach tracą swoje właściwości mechaniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Grupa 22

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby filtr elektrostatyczny posiadał skuteczności przeciwbakteryjną na poziomie min. 99,9999 % oraz p/wirusową 99,999 % oraz cechował się małą przestrzenią martwa nie większą niż 26 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Grupa 23

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulania zewnątrz oponowego składający się z:

- igły Tuohy kodowanej kolorem, z jasną przezroczystą nasadką igły, z niezdejmowalnymi skrzydełkami skalowanej co 10mm, co pozwala na określenie położenia igły,
- cewnika z otworami bocznymi, wykonanego z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odpornego na złamanie, znaczniki długości;
- filtr zewnętrzny płaski 0,22 µ, skuteczny przez 96h, sterylne;
- strzykawkę niskoporową z końcówką luer slip 10ml, skalowana do 7 ml;
- łącznik dop. cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Grupa 28

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków i roztworów z fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, kołec standardowy, wolny od lateksu i PCV, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 µ, który zapewni skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole oraz w samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, jałowy, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Grupa 29

Prosimy o wyjaśnienie czy kraniki mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 55

Grupa 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje kraników wykonanych z poliwęglanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga kraników wykonanych z poliwęglanu, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

Grupa 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kranik trójdrożny ma odznaczać się maksymalną objętością wypełnienia 0,22ml czy 0,23ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57

Grupa 29

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kraniki mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Grupa 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy długość skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Grupa 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka ma posiadać przezroczysty cylinder oraz biały tłok?

Odpowiedź:

Strzykawka musi posiadać przezroczysty cylinder , natomiast odnośnie koloru tłoka Zamawiający nie stawia żadnych wymagań.

Pytanie 60

Grupa 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać logo producenta na cylindrze, w celu łatwej identyfikacji produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Grupa 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, których tłok wykonany jest z polietylenu, a cylinder z polipropylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Grupa 31 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z podaniem ceny jednostkowej netto w formularzu cenowym za 100 sztuk strzykawek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Grupa 32

Czy zbrojona rurka intubacyjna wykonana z medycznego PVC ma posiadać znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego o szerokości minimum 1 cm ringu wokół całego obwodu rurki co ułatwia wizualizację oraz pozycjonowanie rurki względem fałdów głosowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

Grupa 32

Czy rurki mają posiadać oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym oraz dodatkowe minimum 3 oznaczenia rozmiaru na samej rurce co ułatwia potwierdzenie użycia właściwego jej rozmiaru ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zamawiający