



NZZ/69/P/14

Bydgoszcz, dnia 19.11.2014 r.

## Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych, materiałów medycznych, środków do pielęgnacji niemowląt i pieluszek jednorazowych*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający dopuści pręty węglowe o średnicy 9 mm (zamiast 4 mm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający dopuści pręty węglowe o średnicy 12 mm (zamiast 11 mm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 40

**Prosimy o merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska w zakresie konstrukcji pakietu tj. połączenia w jeden pakiet wyrobów medycznych nie wymagających między sobą kompatybilności dodatkowo połączenie wyrobów jedno i wielorazowych.**

Konstrukcja pakietu składającego się z różnorodnych wyrobów medycznych jednego producenta w sposób rażąco ogranicza szansę złożenia oferty różnym oferentom.

Postępowanie przetargowe nakłada na Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, ma ono także na celu zapewnienie szpitalowi najlepszych z możliwych produktów a Pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poprawę standardu życia.

Narusza to w sposób **fundamentalny** zasadę uczciwej konkurencji.

Połączenie wyrobów medycznych w tak skonstruowane pakiety naraża Państwa na konieczność dokonania zakupów od producentów, którzy to kształtują swoje ceny, ze świadomością braku konkurencji w danym zadaniu.

W tym miejscu warto również nawiązać do art. 23 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – zwanej dalej Dyrektywą., który wprost stanowi, iż specyfikacja techniczna powinna umożliwiać oferentom jednakowy dostęp i nie może powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.

Jak można także zauważyć w Komentarzu „Prawo Zamówień Publicznych”: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów, podział na pakiety (części), tak że wszystkie produkty w danym pakiecie może dostarczyć tylko jeden wykonawca, lub celowe łączenie w opisie przedmiotu zamówienia kilku dóbr, których uzyskanie jest możliwe oddzielnie (na różnych rynkach), tak by całość zamówienia była poddana mniejszej konkurencji, jest działaniem utrudniającym uczciwą konkurencję

Wymienione wyżej czynności naruszają następujące przepisy PZP:

- naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez nie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich Wykonawców.
- naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na dedykowaniu opisu do konkretnego producenta

Zamawiający już na wstępie postępowania przetargowego dokonuje wyboru konkretnego wytwórcę i jego autoryzowanego dystrybutora ograniczając dostęp do wzięcia udziału w/w postępowaniu przetargowym.

Na rynku polskim istnieją firmy, które oferują wymagany przez Zamawiającego wysokiej jakości sprzęt w cenach konkurencyjnych.

Wnosimy zatem o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje albo wydzielenie pozycji do oddzielnych pakietów np:

Pakiet 40a – ustniki

Pakiet 40 b- zestaw szczoteczek czyszczących

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm, a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ale także uwzględni dobro najwyższe czyli dobro Pacjenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy Grupa 40 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczoteczek czyszczących o średnicy główki 6 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy Grupa 40 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o długości 170 cm? Niewielka różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu na właściwości użytkowe i jakościowe produktu. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza prosimy o merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy 3A

Prosimy o dodanie w umowie w § 4 zapisu „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy 3A

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 9

Reklamacje będą załatwiane przez Wykonawcę,

a.) w przypadku reklamacji ilościowej i asortymentowej poprzez uzupełnienie ilości, odbiór nadwyżki lub wymianę na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji,

b.) w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy projektu umowy 3A

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 15

W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy projektu umowy 3A

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 7 ust. 2

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy 20

Obecnie opisany w SiWZ zestaw wskazuje na produkt jednego producenta co jest naruszeniem art. 7 UPZP o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Prosimy więc o dopuszczenie zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z rękawem silikonowanym dł. ok 145 cm z balonikiem retencyjnym, z częścią doodbytniczą oznaczoną kolorowo (bez konieczności penetrowania

*odbytu palcem, podczas zakładania ), z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do irygacji oraz napełniania balonika. W zestawie worek do ziórki stolca 1000 ml, z filtrem i pochłaniaczem zapachów, skalowane, dodatkowe worki pakowane w boxy po 10 szt. w ilości wymaganej przez Zamawiającego i w cenie zestawu.*

*W zestawie zawieszka łóżkowa do zestawu.*

*Zestawy biologicznie czyste, każdy pakowany oddzielnie w boxach po 2 szt. Do utrzymywania w ciele człowieka do 30 dni. Przebadane klinicznie.*

*W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o podanie podstawy prawnej i uzasadnienie medyczne wprowadzonych w SiWZ wymogów ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy grupy 55

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w grupie 55 rękawic chirurgicznych, jałowych, bezpudrowych, lateksowych, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o nieznacznej różnicy w grubościach pojedynczej ścianki: palec 0,22-0,23mm, dłoń 0,21-0,22mm, o długości min. 295mm, z poziomem protein  $\leq 28$   $\mu\text{g/g}$ , AQL 1,0, pakowanych w opakowania wewnętrzne papierowe oraz zewnętrzne folia/folia próżniowe, posiadające badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, wirusów oraz cytostatyki?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy 19 – pozycja 1

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x60 z przylepnym otworem  $\varnothing$  7cm lub serwety w rozmiarze 75x90 z przylepnym otworem  $\varnothing$  7cm – pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 29

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 34

*Czy Zamawiający wymaga jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego w rozmiarze M, wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, spełniającego normę PN-EN 13795 część 1-3, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności, zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch wyposażony w dwa ręczniki do wytarcia rąk, dodatkowo zawinięty w papier krepowy celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 11 - Laparoskopowe kleszczyki chwytające bipolarne

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki bipolarne, typu grasper okienkowy; wkład do narzędzia laparoskopowego, średnica 5mm, długość 340mm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 11 - Laparoskopowe kleszczyki chwytające bipolarne

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki bipolarne, typu dissektor Maryland, szeroki; wkład do narzędzia laparoskopowego, średnica 5mm, długość 340mm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 11 - Laparoskopowe kleszczyki chwytające bipolarne

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tubus narzędzia laparoskopowego kompatybilny z oferowanymi*

wkładami; osłona narzędzi bipolarnych, średnica 5mm, długość 340mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 11 - Laparoskopowe kleszczyki chwytające bipolarne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt narzędzi bipolarnych kompatybilny z oferowanymi wkładami; rączka ergonomiczna, połączenie z częścią roboczą metodą klik, bez zamka?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 41 - Sondy argonowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania giętkie elektrody argonowe, wielorazowe o śr. 2,3mm, do kanału roboczego 2,8mm, o długości 2,2m tylko ze złączem płaskim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 2 Stabilizator zewnętrzny II w pozycji 2 oferty na: Klamry umożliwiające łączenie grot- pręt oraz pręt-pręt, z mechanizmem wielopłaszczyznowego blokowania, umożliwiającym blokowanie elementów wobec siebie, w zakresie 80 stopni. Zaciski z systemem szybkoomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez zatrzaśnięcie. Wykonane z lekkiego stopu tytanu,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 2 Stabilizator zewnętrzny II w pozycji 3 oferty na: Grotokręt Schanza stalowy, samowierzący o średnicy 5mm, w długościach od 160 do 200mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 19 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety sterylnej, pakowanej pojedynczo w rozm. 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 6 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 19 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety samoprzylepnej z regulowanym otworem 50 x 75 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i długości 130 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o długości 120 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha o długości 120 cm. Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze M.

Pytanie nr 26- dotyczy grupy 29

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości

*surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy grupy 35

*Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pieluszek dla niemowląt do 1 kg (poz. 1) do odrębnej części?*

*W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie poprzedzające zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w poz. 1 pieluszek dla dzieci o masie do 2 kg.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji do osobnej grupy, jednocześnie dopuszcza w pozycji 1 pieluszki dla dzieci o masie do 2 kg.

Pytanie nr 28- dotyczy grupy 38

*Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 64 szt.?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. Zamawiający zezwala wyłącznie na zaoferowanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 29- dotyczy grupy 52

*Czy Zamawiający w pozycjach od 1 do 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w opakowaniach wyposażonych w etykiety, w których informacja o składzie zestawu umieszczona jest na etykiecie głównej (nie odklejanej), natomiast na dwóch etykietach odklejanych zamieszczone są: nr katalogowy identyfikujący zestaw, nr serii (LOT), data ważności oraz dane identyfikujące wytwórcę (adres strony internetowej)?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy grupy 52

*Czy w zestawach, w których zawarte są igły, Zamawiający opisując igły jako 12, 8 oraz 5 ma na myśli igły odpowiednio 1,2 mm, 0,8 mm oraz 0,5 mm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający opisując igły jako 12, 8 oraz 5 ma na myśli igły odpowiednio 1,2 mm, 0,8 mm oraz 0,5 mm.

Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 1. Przedmiot zamówienia dla - Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne. Zamawiający w kolumnie 2 - Nazwa artykułu, opis, rozmiar;

- dla pozycji 3 - ZESTAW DO OPERACJI PRZEPUKLINY **wykreśla zapisy** dotyczące igieł: „Igły: 12-1szt ; 8-1szt,,  
**i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu:** „Igły: 1,2 mm -1szt ; 0,8 mm -1szt,,
- dla pozycji 5 - ZESTAW DO OPERACJI UCHA **wykreśla zapisy** dotyczące igieł: „Igły 5 - 1szt ; 12 mm -1szt „  
**i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu:** „Igły: 0,5 mm -1szt ; 1,2 mm -1szt,,
- dla pozycji 6 - ZESTAW DO OPERACJI ZATOK **wykreśla zapisy** dotyczące igieł: „Igły 12-1x; 8-1szt „  
**i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu:** „Igły: 1,2 mm -1szt ; 0,8 mm -1szt,,

Zmodyfikowany załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia dla - Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne stanowi załącznik do udzielonych pytań i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu

Pytanie nr 31- dotyczy grupy 52

*Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tubusem na kamerę 15 x 250 cm (składnik z poz. 9)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 32- dotyczy grupy 52

*Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści zestaw z organizatorem przewodów typu rzep o wymiarach 2 x 25 cm (składnik z poz. 8)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 33- dotyczy grupy 52

*Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści zestaw, którym okno w serwecie głównej posiada wymiary 10 x 15 cm (składnik z poz. 1), z serwetą o wymiarach 50 x 60 cm (składnik z poz. 2)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 34- dotyczy grupy 52

Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem z włókniny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> (składnik z poz. 7)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 35- dotyczy grupy 52

Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem z włókniny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> (składnik z poz. 13) oraz organizatorem przewodów typu rzep o wymiarach 2 x 25 cm (składnik z poz. 5)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 36- dotyczy grupy 52

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem z włókniny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> (składnik z poz. 5), z samoprzylepną kieszenią dwukomorową o wymiarach 42 x 35 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 37- dotyczy grupy 52

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zestawów w poz. 8 i 9 i uściślenie dotyczące warstwowości włókniny (wprowadzenie wymogu zastosowania wyłącznie włókniny 3 – warstwowej). Powyższe uzasadniamy specyfiką zabiegów, do których dedykowane są zestawy, gdzie z uwagi na dużą ilość płynów włóknina dwuwarstwowa może okazać zbyt mało chłonna. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o jednoznaczne określenie jaką włókninę należy zastosować w tych zestawach?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje tkaniny trójwarstwowej. Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 1. Przedmiot zamówienia dla - Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne.

Zamawiający w kolumnie 3 - opis, rozmiar dla pozycji 1-9 wykreśla zapisy dotyczące opisu tkaniny o brzmieniu: „Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m<sup>2</sup>, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 73 g/m<sup>2</sup> niepyląca” i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu: „Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 73 g/m<sup>2</sup>, niepyląca.”). Zmodyfikowany załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia dla - Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne stanowi załącznik do udzielonych pytań i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu

Pytanie nr 38- dotyczy grupy 52

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści zestawy z fartuchami z włókniny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> (składnik z poz. 7, 8)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 39- dotyczy grupy 52

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści zestaw z organizatorem przewodów typu rzep o wymiarach 2 x 25 cm (składnik z poz. 11)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 40- dotyczy sposobu przygotowania oferty:

Czy w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia grup, na które Wykonawca nie składa oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował.

Pytanie nr 41- dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Pytanie nr 42- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy słowo „wymaga” zostało zastąpione słowem „zaleca”?

Numer umowy i numer zamówienia nie musi być zamieszczony na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numerów umowy i zamówienia na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczenie numerów i zamówienia umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia numerów umowy i zamówienia na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które niekorzystnie wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 43- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dziesięciokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 44- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy słowa „bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy słowa „10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 46- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.



Pytanie nr 47- dotyczy grupy 17

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta (dawny .....), system bez zakrzywionej igły, z prostą igłą i ze zdejmowanym koreczkiem z otworem. Zakrzywiona igła nie ma znaczącego wpływu na zapobieganie zapowietrzeniu sytemu pomiarowego. Wszystkie części systemu (linie i kraniki) mają idealnie dobrane średnice dzięki czemu następuje właściwe odpowietrzenie linii.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 49 - dotyczy WZORU UMOWY

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy WZORU UMOWY

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 51 - dotyczy WZORU UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 17 wzoru umowy na następujący:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy WZORU UMOWY Dot. par. 6 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 53 - dotyczy WZORU UMOWY

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy WZORU UMOWY

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §7 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.



*„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie*

*proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy WZORU UMOWY

*Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 17 wzoru umowy na następujące:*

*„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania w przypadku w przypadku trzykrotnej zwłoki przekraczającej 5 dni roboczych w realizacji zamówienia albo w przypadku powtarzających się reklamacji”.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy WZORU UMOWY

*Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:*

*„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 57 - dotyczy grupy 29 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany w serwetę z 2 ręcznikami?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 58- dotyczy grupy 30 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści zestaw z maską z otworami bocznymi pakowaną osobno?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 59 - dotyczy grupy 30 poz.2-3

*Czy Zamawiający dopuści maskę do nebulizacji i ustnik jako zestaw pakowane razem?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy grupy 34 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany w serwetę z 2 ręcznikami? –patrz pyt 57*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 61- dotyczy grupy 50 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści rękawice z wyraźną teksturą na całej powierzchni dłoni oraz na palcach?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 62 - dotyczy grupy 55 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,20mm ze specjalną warstwą antypoślizgową pełniącą funkcje tekstury?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 63 - dotyczy grupy 55 poz.1

*Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 0,23ug/g?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy grupy 21 poz. 2

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu Cewnik PiCCO do pomiaru rzutu serca oraz innych parametrów hemodynamicznych małoinwazyjną metodą PICCO do tętnicy promieniowej dla dorosłych, sterylnej, pakowany pojedynczo w rozmiarze 4F o długości 50 cm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy grupy 17 - Zestaw jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

*Czy Zamawiający dopuści przetwornik pojedynczy z połączeniem z kablem interfejsowym bezpinowym wodoszczelnym ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 66 - dotyczy grupy 17 - Zestaw jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

*Czy Zamawiający dopuści przetwornik pojedynczy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego bez zakrzywionej igły w zbiorniku wyrównawczym?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy grupy 17 - Zestaw jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia posiadający biały zacisk wyzwalaający szybkie przepłukiwanie?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 68 - dotyczy grupy 17 - Zestaw jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

*Czy Zamawiający dopuści zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pakowane w opakowaniach jak na poniższych zdjęciach?*



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

*Pytanie nr 69 - dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe*

*Prosimy o dopuszczenie pozycjonera, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, co powoduje, że pozycjoner jest lżejszy, a ma jednakowe właściwości przeciwdrożdżynowe, o wymiarach: Ø 20 cm, wys. 5 cm*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

*Pytanie nr 70 - dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe*

*Prosimy o dopuszczenie pozycjonera, wykonanego z żelu silikonowego, o właściwościach przeciwdrożdżynowych o wymiarach: Ø 20 cm, wys. 4,5 cm*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

*Pytanie nr 71 - dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe*

*Prosimy o dopuszczenie pozycjonera żelowego półcyindra o wymiarach:*

*dł.: 50,5 cm; szer.: 9,2 cm; wys.: 7,5 cm*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

*Pytanie nr 72 - dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe*

*Prosimy o dopuszczenie pozycjonera, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, co powoduje, że pozycjoner jest lżejszy, a ma jednakowe właściwości przeciwdrożdżynowe, o wymiarach:*

*Dł.: 51 cm; szer.: 15,0 cm; wys.: 15,0 cm*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w poz. 3 proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

*Pytanie nr 73- dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe*

*Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju podkładek żelowych pod pięty oczekuje Zamawiający:*

a) *Podkładki pod pięty*



b) *Podkładki pod pięty typu „grzybek”*



c) *Ochrona pięty i kostki*



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje podkładek typu a).

Pytanie nr 74- dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe

Prosimy o dopuszczenie podkładek żelowych pod łydki o wymiarach: 39,5 x 24,5 x 1 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 75- dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe

Prosimy o dopuszczenie podkładek żelowych pod łydki o wymiarach: 37,0 x 20,5 x 2,5 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 76- dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe

Prosimy o dopuszczenie maty wykonanej z kombinacji żelu silikonowego oraz pianki, co powoduje, że pozycjoner jest lżejszy, o wymiarach: 52 x 52 x 3 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 77- dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe.

Prosimy o dopuszczenie maty żelowej o wymiarach: 52,0 x 52,0 x 1 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe. Wkładka do buta ortopedycznego

Z uwagi na wycofanie z produkcji danego modelu pozycjonera żelowego prosimy o wykreślenie tego punktu ze specyfikacji bądź o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy grupy 53 - Podkłady i pozycjonery żelowe. Podkład na słupek kroczykowy

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach: 30 x 26 x 1 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 80- dotyczy grupy 45, Poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 45. System płytek tytanowych, anatomicznych do zespalania złamań przynasadowych następujących systemów, implantów?

Poz.1

Płytki tytanowa, anatomiczna, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej.

W głowie płyty trzy otwory na śruby korowe kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), dwa górne otwory pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm zakładane za pomocą dynamometru oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory pod śruby kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm). Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 Nm. Możliwość użycia dodatkowo uniwersalnej płyty bocznej, posiadającej 7 otworów pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną.

W technice mini inwazyjnej możliwość użycia w głowie płyty śrub korowych kaniulowanych samowiercących o średnicy 4.0 lub kaniulowanych gąbczastych samowiercących o średnicy 4.5 mm oraz uzyskania stabilności kątowej za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm. Płyty posiadają 4, 5 i 7 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 80, 93 i 117 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 81- dotyczy grupy 45 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 45. System płytek tytanowych, anatomicznych do zespalania złamań przynasadowych następujących systemów, implantów?

*Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszyte nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płytce śrub kaniulowanych blokowanych 3.5mm, kaniulowanych konikalnych 3.5mm, blokowanych 3.5mm, blokowanych 2.7mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejsiówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 82- dotyczy grupy 45, Poz.2*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 45. System płytek tytanowych, anatomicznych do zespalania złamań przynasadowych następujących systemów, implantów?*

*Płytką stalową blokująco- kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylnego- bocznego, otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm, śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, w części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm, płytki prawe i lewe od 3 do 19 otworów w części dalszej, w długości od 72 mm do 280 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 83- dotyczy grupy 45, Poz.3*

*Płytką stalową blokująco- kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego, otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm, śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego; w części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm; płytki prawe i lewe od 3 do 15 otworów w części dalszej, w długości od 78 mm do 234 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 84- dotyczy grupy 45, Poz.4*

*Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 45 pozycje 4, 6, 8, 10,13 i stworzy z nich oddzielny pakiet Umożliwiłoby to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 45?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 85- dotyczy grupy 45, Poz.5*

*Płyty stalowe blokująco-kompresyjne do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów 3-15, długość 77-233 mm.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 86- dotyczy grupy 45, Poz.7*

*Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm.. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty.*

*Płyty dłoniowe:*

*1.) wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po trzy otwory w głowie płyty, trzy lub pięć otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm*

*2.) standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (trzy i czteroottworowy) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm*

*3.) szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy czteroottworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50mm*

*4.) płyty pozastawowe o szerokości głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe), 3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 87- dotyczy grupy 45, Poz.9

Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 88 - dotyczy grupy 45, Poz.9

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 97, 128, 158, 189, 219 i 250 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm, śruby korowe  $\varnothing$  3.5 mm i konikalne kaniulowane 3.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną  $\varnothing$  3.5 mm skierowaną we fragment tylny-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe  $\varnothing$  3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm. W części nasadowej płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 89 - dotyczy grupy 45, Poz.11

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 6, 8, 10, 14 i 18. Długość płyty: 120, 144, 168, 216 i 264 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm i otwory niegwintowane pod śruby korowe i kaniulowane konikalne (możliwość kompresji odłamów) oraz otwór pod śrubę blokowaną skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe  $\varnothing$  3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm. W części nasadowej płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 90 - dotyczy grupy 45, Poz.12

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 6, 8, 10, 14 i 18. Długość płyty: 94, 118, 142, 189 i 237 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm i otwory niegwintowane pod śruby korowe i kaniulowane konikalne  $\varnothing$  3.5 mm (możliwość uzyskania kompresji) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną  $\varnothing$  3.5 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe  $\varnothing$  3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane  $\varnothing$  3.5 mm. W części nasadowej płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 91 - dotyczy grupy 45, Poz.14

Wkręty tytanowe blokowane 3,5mm, długość od 12mm do 60mm oraz wkręty blokowane stalowe 3,5mm, długość od 12mm do 90mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 92 - dotyczy grupy 45, Poz.15

Wkręty korowe stalowe 3,5mm, długość od 10mm do 70mm oraz tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 93 - dotyczy grupy 45, Poz.16  
Wkręty tytanowe, blokowane 2,4mm, długość od 10 do 30mm  
Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 94 - dotyczy grupy 45, Poz.17  
Wkręty stalowe blokowane 2,7mm, długość od 10mm do 60mm oraz wkręty korowe 2,7mm, długość od 10mm do 70mm, wkręty stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm  
Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 95 - dotyczy grupy 45, Poz.18  
Wkręty tytanowe, blokowane 5,0mm, długość od 14 do 100mm, wkręty gąbczaste 5,0mm, długość od 50mm do 110mm, wkręty korowe 5,0mm długość od 22 do 110mm, śruby konikalne 5,0mm długość od 50mm do 85mm,  
Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 96 - dotyczy grupy 45, Poz.19  
Wkręty tytanowe, korowe 4,0mm, długość od 14 do 65mm - śruby gąbczaste o średnicy 4.5, długość od 30mm do 65mm, gąbczasta o średnicy 4.0 mm w długościach 10-90 mm, tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-65, tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta średnicy 4.5 mm w długościach 30-65,  
Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 97 - dotyczy grupy 46, Poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 46. Płyta anatomiczna tytanowa do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzana techniką małoinwazyjną następujących systemów/implantów:

Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/blizszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty udowej 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; a w głowie płyty piszczelowej 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności katowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy.

Dostępność następujących rodzajów płyt:

- Płyty do dalszej nasady kości udowej płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
- płyty do bliźszej nasady kości piszczelowej płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm;
- płyty do bliźszej nasady kości piszczelowej płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.

Otwory w trzonie pod śruby korowe samowierzące o średnicy 4.0 mm

Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 98 - dotyczy grupy 45, Poz.1  
Prosimy o sprecyzowanie w grupie 46 w pozycji 1, jaki rodzaj wkrętów należy uwzględnić w komplecie, czy chodzi o wkręty korowe czy blokowane?.

Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający wymaga 6 śrub blokowanych i 2 korowych.

Pytanie nr 99 – dotyczy projektu umowy  
Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 9, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji ilościowej i asortymentowej do 7 dni roboczych?  
Odpowiedź na zapytanie:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.



Pytanie nr 100 – dotyczy projektu umowy

*Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w należyтым wykonaniu umowy lub jej części do 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, gdyż kara umowna w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 – dotyczy projektu umowy

*Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego ani nie została wszczęta procedura likwidacji.

**Zamawiający**