



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA

W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N18001:2004
ISO 27001 : 2005

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-752

NZZ/67/P/14

Bydgoszcz, dnia 25.11.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, Nr sprawy NZZ/67/P/14

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2014 r. do godziny 09:30

i wprowadza się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 04.12.2014 r. do godziny 09:30

2. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XVI – Otwarcie ofert

skreśla się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

w dniu 26.11.2014 r. o godzinie 11:00

i wprowadza się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu 04.12.2014 r. o godzinie 11:00.

II. Modyfikacja odpowiedzi na udzielone zapytania z dnia 13.11.2014 r.

1. Dotyczy pytania 58

Skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 58 w piśmie z dnia 13.11.2014 r.

„Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie”.

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

Zamawiający wymaga, aby strzykawka o pojemności 2 ml posiadała skalę 2 ml, strzykawka o pojemności 5 ml posiadała skalę 5 ml, strzykawka o pojemności 10 ml posiadała skalę 10 ml, strzykawka o pojemności 20 ml posiadała skalę 20 ml.

Zamawiający