



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001: 2005

NZZ/69/P/14

Bydgoszcz, dnia 27.11.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych, materiałów medycznych, środków do pielęgnacji niemowląt i pieluszek jednorazowych

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 02.12.2014 r. do godziny 10:00.

i wprowadza się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 05.12.2014 r. do godziny 10:00.

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert

skreśla się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Sali narad – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
w dniu 02.12.2014 r. o godzinie 11:00.

i wprowadza się zapis:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
w dniu 05.12.2014 r. o godzinie 11:00.

III. Modyfikacja odpowiedzi na udzielone zapytania z dnia 19.11.2014 r.

1. dotyczy pytania nr 37 o treści:

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zestawów w poz. 8 i 9 i uściślenie dotyczące warstwowości włókniny (wprowadzenie wymogu zastosowania wyłącznie włókniny 3 – warstwowej). Powyższe uzasadniamy specyfiką zabiegów, do których dedykowane są zestawy, gdzie z uwagi na dużą ilość płynów włóknina dwuwarstwowa może okazać zbyt mało chłonna. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o jednoznaczne określenie jaką włókninę należy zastosować w tych zestawach?

Zamawiający skreśla treść odpowiedzi na pytanie nr 37 w piśmie z dnia 19.11.2014 r.

„Zamawiający oczekuje tkaniny trójwarstwowej. Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 1. Przedmiot zamówienia dla - *Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne*”

Zamawiający w kolumnie 3 - opis, rozmiar dla pozycji 1-9 wykreśla zapisy dotyczące opisu tkaniny o brzmieniu: „*Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m², dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 73 g/m²niepyląca*” i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu: „*Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 73 g/m², niepyląca.*”). Zmodyfikowany załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia dla - *Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne* stanowi załącznik do udzielonych pytań i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu”.

i wprowadza w zamian następujący zapis:

„Zamawiający oczekuje tkaniny trójwarstwowej. Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 1. Przedmiot zamówienia dla - *Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne*”.

Zamawiający w kolumnie 3 - opis, rozmiar dla pozycji 8 ,9 wykreśla zapisy dotyczące opisu tkaniny o brzmieniu: „*Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m², dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 73 g/m²niepyląca*” i w to miejsce wprowadza zapis o następującym brzmieniu: „*Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 73 g/m², niepyląca.*”). Zmodyfikowany załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia dla - *Grupa 52. Pakiety Zabiegowe Sterylne* stanowi załącznik do udzielonych pytań i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu”.

Zamawiający