



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/77/P/14

Bydgoszcz, dnia 28.11.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Bizela w Bydgoszczy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia

1. w załączniku nr 1 do SIWZ pn. *Przedmiot zamówienia dla - ZADANIE NR 3*

w tabeli 8 - Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika w kolumnie - OPIS PARAMETRÓW

- dla poz. 13

skreśla się zapis:

„Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów; w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4”.

- dla poz. 16

wykreśla się zapis:

„Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Dostępność funkcji dostępna w sterowaniu: na panelu i pilocie”

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Dostępność funkcji dostępna w sterowaniu na panelu.

- dla poz. 17

skreśla się zapis:

„Funkcja stand-by – automatyczna deaktywacja wszystkich sterowań po upływie 60 – 180 sekund”

- dla poz. 18

skreśla się zapis:

„Dodatkowy i oddzielny przycisk bezpieczeństwa natychmiast odłączający wszystkie funkcje elektryczne”

- dla poz. 21

wykreśla się zapis:

„Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185 kg. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia”

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

„Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185 kg.”

Zmodyfikowany załącznik do SIWZ: Przedmiot zamówienia (zał. nr 1) dla zadania 3 stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

Zamawiający