

**I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA**

CPV: 29 71 11 30 – 6

Ilość: 2 sztuki

**II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:**

1	Nazwa urządzenia	
---	------------------	--

*Wpisać*

2	Typ urządzenia	
---	----------------	--

*Wpisać*

3	Producent	
---	-----------	--

*Wpisać*

4	Rok produkcji 2008 urządzenie fabrycznie nowe	
---	---	--

*Wpisać*

5	Kraj pochodzenia	
---	------------------	--

*Wpisać***6. Wymóg formalny: Deklaracja zgodności z CE (Zgodnie z wymogami prawa polskiego)**

1				
---	--	--	--	--

*Wpisać**Wpisać***7. Cena brutto zakupu:**

1	Cena zakupu w PLN – brutto	
---	----------------------------	--

*Wpisać***8. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.**

Nr ppkt.	OPIS PARAMETRÓW	WYMAGANIA GRANICZNE	Parametr oferowany ( należy szczegółowo opisać )
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. )	TAK	
2	Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wyłączeń i ograniczeń) <b>minimum 24 miesiące</b> od daty rozpoczęcia eksploatacji - podać ilość miesięcy	TAK	

**9. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.**

Nr pkt	Parametr wymagany	WYMAGANIA GRANICZNE	Parametr oferowany ( należy szczegółowo opisać )
1	Rejestrator temperatury z możliwością zapisu	TAK	
2	Rejestrator czasu trwania przerw w zasilaniu	TAK	
3	Sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury minimalnej i maksymalnej	TAK	

4	Automatyczne odszranianie z możliwością ustawienia parametrów takich jak: 1. czas i okresy odszraniania 2. max. dopuszczalna temperatura podczas odszraniania	TAK	
5	Możliwość podłączenia do komputera i archiwizacji danych takich jak: 1. data 2. godzina 3. temperatura	TAK	
6	Wymuszony obieg powietrza powodujący równomierny rozkład temperatur wewnątrz chłodziarki	TAK	
7	Programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym wyświetlaczem temperatury	TAK	
8	Komora chłodnicza o pojemności między 350 a 420 l	TAK	
9	Zasilanie – 230V / 50 Hz	TAK	
10	Szkolenie: w siedzibie zamawiającego po instalacji i uruchomieniu urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania obsługi – minimum 3 osoby	TAK	

**UWAGA**

1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zaleca się załączenie materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty). Wymienione dokumenty mogą być załączone w języku angielskim.
4. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

Wypełniony załącznik „Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych” należy załączyć do oferty.

**W kolumnie „Parametr oferowany (należy szczegółowo opisać)” należy wpisać dokładnie zaoferowane wartości, parametry. Wpisanie słowa „Tak” nie jest wystarczające i będzie skutkowało odrzuceniem oferty !**

Podpis Wykonawcy .....