



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

**Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**tel. (052) 36-55-495 fax (052) 36-55-752**

NZZ/36/D/08

Bydgoszcz dnia 04.08.2008 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie chłodziarki farmaceutycznej – 2 sztuki, nr sprawy NZZ/36/D/08.

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

### Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym elektronicznym rejestratorem temperatury z funkcją powiadamiania o stanach awaryjnych na telefon komórkowy ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

### Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym automatyczne odszranianie nie ma wpływu na temperaturę wewnątrz komory i tym samym nie ma możliwości regulacji takich parametrów jak: czas i okresy odszraniania i max. dopuszczalna temp. podczas oszraniania ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

### Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 489 litrów ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

### Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 340 litrów ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

### Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na podłączenie do komputera i archiwizacji danych takich jak: data, godzina, temperatura za pomocą zewnętrznego rejestratora temperatury z funkcją powiadamiania o stanach awaryjnych na telefon komórkowy ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

### Zapytanie 6

Czy zakres temperatury pracy chłodziarki od +2°C do +14°C będzie spełniał wymagania Zamawiającego ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Powyższy zakres temperatury pracy chłodziarki będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

### Zapytanie 7

Czy Zamawiający wymaga żeby w urządzeniu był graficzny rejestrator temperatury ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga aby w urządzeniu był graficzny rejestrator temperatury.

### Zapytanie 8

Czy Zamawiający ma jakiekolwiek preferencje odnośnie zakresu temperatury pracy chłodziarek ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Wymagany zakres temperatury przechowywania leków to przedział między 2°C a 14°C.

### Zapytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności 425 litrów ?

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Zamawiający**