



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521**  
**Fax. 52/36-55-752**

**ISO 9001: 2008**  
**ISO 14001:2004**  
**PN-N 18001:2004**  
**ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 18.02.2015 r.

**NZZ/01/P/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

**Wszyscy Wykonawcy**

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:

**a) w załączniku nr 1 pn. „Przedmiot Zamówienia – Zadanie nr 1**

1. W pkt 6. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. **MONITOR PACJENTA – 6 szt, MIERZONE PARAMETRY** po punkcie 26, dodaje się pkt 27 w następującym brzmieniu: „W zestawie wieszaki na ścianę do kardiomonitorów (po jednej sztuce do 4 zaoferowanych kardiomonitorów – łącznie 4 szt.). Statyw na kółkach (po jednej sztuce do 2 zaoferowanych kardiomonitorów – łącznie 2 szt.).
2. W pkt 6. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. **STACJA CENTRALNEGO NADZORU – 1 szt, WYMAGANIA OGÓLNE**, po punkcie 9, dodaje się punkt 10 w następującym brzmieniu: „Centrala z zainstalowanym oprogramowaniem HL 7”

**b) w załączniku nr 1 pn. „Przedmiot Zamówienia – Zadanie nr 7**

3. W pkt.6 Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika, **Wymagania ogólne** , po punkcie 7 dodaje się punkt 7.1 w następującym brzmieniu: „Miernik wyposażony w skaner kodów kreskowych służących do wprowadzania powiązanych z wykonywanym pomiarem danych osoby wykonującej pomiar i danych dziecka, zapisywanych w pamięci urządzenia”.
4. W pkt.6 Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika, **Wymagania ogólne** , po punkcie 7.1 dodaje się punkt 7.2 w następującym brzmieniu: „Miernik wyposażony w wewnętrzną pamięć przynajmniej 100 pomiarów”
5. W pkt.6 Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika, **Wymagania ogólne** , po punkcie 7.2 dodaje się punkt 7.3 w następującym brzmieniu: „Miernik wyposażony w gniazdo USB umożliwiające przesyłanie wyników pomiarów wraz z identyfikacją pacjenta i osoby wykonującej pomiar do komputerowych systemów informatycznych”
6. W pkt.6 Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika, **Wymagania ogólne** , po punkcie 7.3 dodaje się punkt 7.4 w następującym brzmieniu: „Miernik wyposażony w ekran dotykowy ułatwiający w sposób intuicyjny sterowanie przebiegiem pomiaru”.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza nowy załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Przedmiot zamówienia” w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 7, które stanowią integralną część SIWZ i są ostateczną wersją opisu przedmiotu zamówienia dla powyższych zadań.

**Zamawiający**