



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-135, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-752

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

Bydgoszcz, dnia 24.03.2015 r.

NZZ/28/D/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisu pogwarancyjnego pośredniego cyfrowego systemu obrazowania

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga terminu płatności minimum „30 dni od dnia doręczenia faktury na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę” – Wykonawca w formularzu oferty ma wskazać jaki termin płatności oferuje – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w sytuacji zaproponowania dłuższego terminu płatności np. 45 dni lub dłużej liczyć termin od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga określenia czasów reakcji serwisu w godzinach oraz naprawy – czy z uwagi, że Zamawiający wymaga świadczenia usług od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, należy przyjąć, że czasy reakcji naprawy będą liczone tylko w dni robocze zgodne z powyższą definicją?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o dodanie punktu nr 5 w § 5 umowy „zgłoszenia serwisowe wysłane w dniu roboczym po godz. 15:00 lub w dniu niebędącym dniem roboczym uznaje się za doręczone o godz. 08:00 następnego dnia roboczego”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

W paragrafie 5 załącznika numer 3 do SIWZ – projekt umowy dodaje ust. 5 o następującej treści:

„5. Zgłoszenia serwisowe wysłane w dniu roboczym po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym uznaje się za dostarczone o godzinie 08:00 następnego dnia roboczego.”

Pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga objęcia wsparciem serwisowym monitorów Barco MFCD 1219, dla których producent zakończył wsparcie serwisowe w 2014 roku. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę monitora, w przypadku jego awarii, na dowolny inny monitor LCD o przekątnej 19”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Ze względu na kończące się wsparcie producenta dla monitorów diagnostycznych Barco NIO 2MP, monitory te mogą być objęte umową serwisową wyłącznie do dnia 30.08.2015r. W związku z tym wnosimy o uwzględnienie tego faktu w umowie przez dodanie następującego zapisu „Monitory diagnostyczne Barco NIO 2MP – 2 szt. objęte wsparciem serwisowym w skróconym okresie -do 30.08.2015r. włącznie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

W paragrafie 7 załącznika numer 3 do SIWZ – projekt umowy, w ust. 1 po treści:

1. Umowa zawarta jest na okres 12.miesięcy tj. od dnia do dnia r.

Dodaje zapis:

„z zastrzeżeniem, że obsługa serwisowa w zakresie monitorów diagnostycznych Barco NIO 2MP – 2 sztuki będzie realizowana do 30.08.2015 roku włącznie.”

Pytanie nr 6:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu umowy zasilaczy awaryjnych Powerware 5115, które ze względu na swój wiek nie są objęte wsparciem serwisowym producenta, tym samym nie jest możliwym zagwarantowanie naprawy w przypadku awarii/usterki..

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyłącza z zakresu serwisu zasilacze awaryjne Powerware 5115.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

w załączniku nr 1 pn. „Przedmiot Zamówienia”:

1. W punkcie II, pozycji nr 1 – STANOWISKO CR AGFA NR 1 – skreśla się zapis „ZASILACZ AWARYJNY UPS POWERWARE 5115”
2. W punkcie II, pozycji nr 2 – STANOWISKO CR AGFA NR 2 – skreśla się zapis „ZASILACZ AWARYJNY UPS POWERWARE 5115”

w załączniku nr 1 do załącznika nr 3 pn. „Projekt umowy”:

1. W punkcie 1 – STANOWISKO CR AGFA NR 1 – skreśla się zapis „ZASILACZ AWARYJNY UPS POWERWARE 5115”
2. W punkcie 2 – STANOWISKO CR AGFA NR 2 – skreśla się zapis „ZASILACZ AWARYJNY UPS POWERWARE 5115”

Pytanie nr 7:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu umowy monitora Samsung LCD 940N 19

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyłącza z zakresu serwisu monitor Samsung LCD 940N 19”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

w załączniku nr 1 pn. „Przedmiot Zamówienia”:

1. W punkcie II, pozycji nr 4 – SYSTEM PACS AGFA IMPAX 6.x – skreśla się zapis „MONITOR SAMSUNG LCD 940N 19” ”

w załączniku nr 1 do załącznika nr 3 pn. „Projekt umowy”:

1. W punkcie 3 – SYSTEM PACS AGFA IMPAX 6.x – skreśla się zapis „MONITOR SAMSUNG LCD 940N 19””

W załączeniu do niniejszego pisma ujednolicony tekst załącznika nr 1 i nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY