



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-135, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-752**

**ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 01.04.2015 r.

NZZ/24/D/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laryngologicznych implantów magnetycznych.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy prawidłowa interpretacja zapisu: „Akcesoria bezprzewodowe umożliwiające łączność bezpośrednio do procesora realizowana bez użycia pętli na szyi pacjenta” to taka że: Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie dawało możliwość podłączenia dedykowanych akcesoriów bezprzewodowych bezpośrednio do procesora, bez konieczności ich dostarczania w zestawie wraz z zaoferowanym procesorem dźwięku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadanie nr 2

Czy Zamawiający, ze względu na to że na świecie nie jest produkowany procesor dźwięku o wzmacnieniu 55 dB, który posiadałby wymagane akcesoria bezprzewodowe umożliwiające łączność bezpośrednio do procesora realizowana bez użycia pętli na szyi pacjenta, dopuści procesor dźwięku bez możliwości podłączenia akcesoriów bezprzewodowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

ZAMAWIAJĄCY