



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/25/P/15

Bydgoszcz, dnia 05.05.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych oraz najem zbiorników i butli.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dopuszczenia dostawy gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% w butlach o pojemności 11 litrów (3,23 m³) oraz wadze pełnej butli nie przekraczającej 20 kg.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o konwersję j.m. z butli na m³ 210 butli 10l (2,8m³) = 588 m³

W przypadku negatywnej odpowiedzi Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę opisu zamówienia w zakresie ilości butli 11 L (3,23 m³)

588 m³/3,23m³ = 182 butle

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu dla mieszaniny O₂ 50% / N₂O 50% wraz z osprzętem

	PAKIET NR 11 Mieszanka gazów o działaniu przeciwbólowym								
1	mieszanka gazów o działaniu przeciwbólowym(50% podtlenu azotu i 50% tlenu) medyczny 2,8m3 lub 3,23m3			210 butli 2,8m3 Lub 182 butle 3,23 m3	szt.		8%	0,00 zł	0,00 zł
2	cena dostawy od i do Zamawiającego (przewidywana Ilość dostaw)* 12 butli/miesiąc = 18 dostaw 210 butli/24 m-ce = ok. 9 butli/miesiąc			18	dostaw		8%	0,00 zł	0,00 zł
3	cena za dzierżawę 1 butli/miesiąc (przewiduje się jednoczesne użytkowanie ok. 12 szt) 12 szt x 730 dni = 8760 butlo/dni			8760	butlo/dni		8%	0,00 zł	0,00 zł
4	cena za dzierżawę 1 wózka do butli/miesiąc (przewiduje się jednoczesne użytkowanie ok. 6 szt) 6szt x 730 dni = 4380			4380	Szt/dz		23%	0,00 zł	0,00 zł
5	cena za dzierżawę 1 zaworu do butli/ miesiąc – dozujących gaz (przewiduje się jednoczesne użytkowanie ok. 6 szt) 6szt x 730 dni = 4380			4380	Szt/dz		8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Ustnik aplikujący z filtrem			3000	szt.		8%	0,00 zł	0,00 zł
Razem								0,00 zł	0,00 zł

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wysokości wadium dla pakietu nr 11

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametrów technicznych zbiornika i parownicy aktualnie posadowionych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Odpowiedź na zapytanie:

Aktualnie Zamawiający posiada 2 zbiorniki kriogeniczne ciekłego tlenu (jeden o pojemności 7800l i drugi o pojemności 3000 l oraz parownice typ AGA CRYOAB 2 szt.

Pytanie nr 6

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele rozprężania tlenu?

Odpowiedź na zapytanie:

Panele rozprężania tlenu nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 7

Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie tylko sam panel redukcji ?

Odpowiedź na zapytanie:

Osprzęt przyłączy nie podlega wymianie, wymianie podlega panel redukcji należy przewidzieć wymianę na panel umożliwiający nie kolizyjną obsługę techniczną (nie powodującą zaburzeń w ciągłości zasilania w tlen medyczny sieci wewnętrznych szpitala) w trakcie wymiany lub konserwacji jego elementów.

Pytanie nr 8

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych technicznych fundamentów, na których posadowione są stacje zgazowania ciekłego tlenu medycznego (parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie posiada takich danych. Konstrukcja i nośność fundamentów jest dedykowana do posadowienia infrastruktury opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do rozładunku zbiorników z ciekłym tlenem medycznym?

Odpowiedź na zapytanie:

Aktualnie posiadany typ zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego to: przewód 5x6mm², gniazdo hermetyczne 63A/400V zabezpieczenie 63A.

Pytanie nr 10

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/dróg dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający załącza do odpowiedzi na udzielone pytania rysunek – plan usytuowania obiektu szpitalnego wraz z drogami wewnętrznymi. (załącznik „plan sytuacyjny lokalizacji tlenowni.pdf”

Pytanie nr 11

Czy na terenie Szpitala oraz na drogach dojazdowych do Szpitala występują ograniczenia/utrudnienia w dojeździe dużych pojazdów (np. cysterna) do instalacji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wie co dla Oferenta oznacza pojęcie ”duży pojazd np.(cysterna)”. Dotychczas transport odbywał się cysternami o pojemnościach wystarczających na napełnienie zbiorników jednokrotnym transportem. Transport i napełnienie zbiorników leży po stronie Oferenta i to on ma zapewnić właściwy do wymagań lokalizacyjnych transport.

Pytanie nr 12

Jak są ogrodzone i oświetlone stacje zgazowania tlenu?

Odpowiedź na zapytanie:

Ogrodzenie z siatki drucianej, oświetlenie 1 lampa uliczna.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników ciekłego tlenu medycznego ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla - PAKIET nr 1 - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I STACJI ZGAZOWYWANIA (PAROWNIKÓW) w załączniku nr 1A pn PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 1, ppkt i - zapewnienie ciągłości pracy szpitala opisał szczegółowo wymogi i tryb zabezpieczenia szpitala „na czas podmiany zbiorników” .

Pytanie nr 14a

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

a.) Jaka jest średnica obecnej instalacji,

Odpowiedź na zapytanie:

Średnica obecnej instalacji fi 28 zmniejszające się na fi 25 mm do reduktora z tlenowni.

Pytanie nr 14b

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

b.) Planowana ilość metrów bieżących dla tej instalacji,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie planuje wymiany instalacji w ramach tego przetargu, poza częścią instalacji niezbędną do podłączenia oferowanych rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 14c

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

c.) Rodzaj wykonanej instalacji (rurociąg podziemny, rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku, rurociąg na estakadzie, etc ...)

Odpowiedź na zapytanie:

Rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji budynku.

Pytanie nr 14d

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu od stacji MEDLOX do „instalacji zasilającej wewnętrzną sieć zaopatrzenia klienta”:

d.) Czy Zamawiający jest właścicielem instalacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie jest właścicielem części rurociągu od parownicy do reduktora usytuowanego w rozdzielni tlenu.

Pytanie nr 15

Z czego ma się składać instalacja przełączeniowa (wymagania techniczne w postaci: średnica zaworów, ilość zaworów, dodatkowe oprzyrządowanie) – gdzie ma być zlokalizowana, oraz czy na czas jej montażu szpital będzie niezależnie oraz w bezpieczny sposób zasilany z alternatywnego źródła tlenu medycznego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla - PAKIET nr 1 - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I STACJI ZGAZOWYWANIA (PAROWNIKÓW) w załączniku nr 1A pn PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy opisał szczegółowo wymogi użytkowe instalacji nie narzucając w tym zakresie Oferentom konkretnych rozwiązań technicznych. Zaoferowana przez Oferenta instalacja ma spełniać wymogi prawne i techniczne w zakresie umożliwiającym osiągnięcie rezultatu w postaci oczekiwanych walorów użytkowych instalacji.

Pytanie nr 16

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie urządzeń/części instalacji etc. ,które są własnością Zamawiającego a które własnością aktualnego Dostawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Własność Zamawiającego stanowi cała infrastruktura od reduktora znajdującego się w tlenowni do końcowego Użytkownika (odbiorcy, pacjenta)

Pytanie nr 17

Czy w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji znajdują się obiekty, które mogą utrudnić prace montażowe (linie wysokiego napięcia, estakady, drzewa itp.)?

Odpowiedź na zapytanie:

W pobliżu rosną, które nie stanowiły problemu przy posadowieniu zbiorników.

Pytanie nr 18

Czy w promieniu 3 m od instalacji są zlokalizowane obiekty, gdzie może wystąpić ryzyko penetracji gazu z instalacji (studzienki kanalizacyjne, zagłębienie terenu, czerpnie, otwory okienne itp.) ?

Odpowiedź na zapytanie:

Wg wiedzy Zamawiającego nie ma takich obiektów w promieniu 3 m od instalacji

Pytanie nr 19

Czy instalacja , do której będzie podawany gaz jest zbudowana z materiałów nieodpornych na niską temp. do – 40°C?

Odpowiedź na zapytanie:

Gaz finalnie będzie podawany do typowej instalacji szpitalnej po dostosowaniu jego parametrów do wymogów instalacji zgodnie

z opisem zawartym w przedmiocie zamówienia dla - PAKIET nr 1 - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I STACJI ZGAZOWYWANIA (PAROWNIKÓW) w załączniku nr 1A pn PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 1i.

Pytanie nr 20

Czy w promieniu 5m od instalacji oraz na stanowisku rozładunkowym cysterny nawierzchnia jest wykonana z materiałów bitumicznych (asfalt)?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak przy rozdzielni jest nawierzchnia asfaltowa.

Pytanie nr 21

Czy w promieniu 15 m od instalacji znajdują się zbiorniki z subst łatwopalnymi lub są składowane materiały łatwopalne (oleje, smary, drewno itp.) ?

Odpowiedź na zapytanie:

W promieniu 15 m od instalacji nie znajdują się zbiorniki z substancjami łatwopalnymi i nie są składowane materiały łatwopalne (oleje, smary, drewno itp.)

Pytanie nr 22

pakiet nr 1, poz „cena za dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego wraz ze stacją zgazowywania (ok. 7000 -10000 l)”

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości dzierżawienia zbiornika pionowego na tlen medyczny o pojemności w przedziale 5490 l – 10100 l z telemetrią

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej dolnej granicy pojemności zbiornika podstawowego 7000 l dopuszczając zwiększenie górnej granicy pojemności tego zbiornika do 10100 l.

Pytanie nr 23

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla - PAKIET nr 1 - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I STACJI ZGAZOWYWANIA (PAROWNIKÓW) w załączniku nr 1A pn PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ppkt 1a dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Jest ona możliwa do przeprowadzenia w dni robocze w godzinach 8:00 do 14:00.

Pytanie nr 24 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby zbiorniki na tlen ciekły wyposażone były w system telemetrii. Za pomocą których można przekazywać wartości analogowe i cyfrowe poprzez sieć telefonii publicznej lub GSM z punktu zbiornikowego do komputera centralnego dostawcy. Na podstawie tych danych, dysponent jest w stanie optymalnie zaplanować napełnianie instalacji zbiornikowej u Klienta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 25 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 3 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści dostawy butli z tlenem medycznym 0,3 m3 w butlach stalowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 26 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 4 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści dostawy dwutlenku węgla medycznego do Laparoskopii w butlach 7,5 kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 (tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym)

Czy Zamawiający wymaga aby butle te były butlami aluminiowymi, które wraz z zaworem przystosowane są do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu MRI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 (tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym)

Czy w związku z tym, że butla z tlenem medycznym 2 l 0,43m3 jest butlą transportową Zamawiający wymaga aby była lekka a jej waga nie przekraczała 3,8 kg z zaworem ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 29 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego? Co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 30 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący nie wymagał dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 31 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z zapisami wymaga działających tj umożliwiających aplikację gazów pacjentce - kompletów urządzeń dostępnych do stosowania w całym okresie przetargu, w związku z powyższym poddaje do decyzji Oferentowi sposobność zaoferowania najbardziej korzystnego także pod kątem ekonomicznym rozwiązania technicznego.

Pytanie nr 32 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zamieścił wykaz dokumentów jakich wymaga w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez w Rozdział III pkt 3 SIWZ.

Pytanie nr 33 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów eliminując tym samym dodatkowe i nieuzasadnione koszty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie. Wykonawca winien dostarczyć kompletne rozwiązanie umożliwiające wykonanie wymaganej ilości aplikacji leku.

Pytanie nr 35 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36 - Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 pozycja nr 3 (mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%)

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (ustniki, zawory wydechowe) być przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga, żeby oferowany komplet rozumiany jako całość aplikująca lek spełniał wymogi prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu i używania obowiązujące na terenie Polski.

Pytanie nr 37 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W §4 ust. 9 – dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)

W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 7 Najemca - Zamawiający ma prawo, bez dodatkowego wezwania Wynajmującego - Dostawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż wynikającej z niniejszej umowy ma prawo różnicą tą obciążyć Wynajmującego - Dostawcę pod warunkiem, że cena zapłacona przez Najemcę - Zamawiającego nie odbiega od średnich cen rynkowych, Najemca - Zamawiający ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5% niedostarczonego lub nienależycie dostarczonego przedmiotu umowy, chyba, że skorzysta z uprawnień o których mowa w ust. 11.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W §4 ust.11 i 12 – dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)

W przypadku zwłoki należytych w wykonaniu umowy lub jej części przez Wynajmującego - Dostawcę, Wynajmujący - Dostawca zapłaci na rzecz Najemcy - Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto dostawy, co do której Wynajmujący - Dostawca popadł w zwłokę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w należytych wykonaniu umowy, w tym załatwieniu reklamacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Najemca - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego - Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5 % netto wartości dostawy, co do której Najemca - Zamawiający popadł w zwłokę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W §5 ust. 11 ppkt 1,2,3 – dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)

1) po uprzednim wezwaniu Wynajmującego - Dostawcy do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Najemcę - Zamawiającego zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, a kosztami naprawy o ile nie odbiegają one od średnich cen/wynagrodzeń rynkowych obciążyć Wynajmującego - Dostawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej i obciążyć go karą umowną w wysokości 2% wartości netto towaru lub usługi co do których dostawy lub wykonania Wynajmujący - Dostawca popadł w zwłokę.

2) zapewnić sobie w miejsce wadliwego przedmiotu najmu, przedmiot od osoby trzeciej i obciążyć wynikającymi z tego kosztami Wynajmującego-Dostawcę który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty

3) naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% netto towaru lub usługi co do których dostawy lub wykonania Wynajmujący - Dostawca popadł w zwłokę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w ust. 10.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 41 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W §6 ust. 2 – dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)

W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Druga strona umowy może obciążyć Stronę z powodu działania lub zaniechania której doszło do rozwiązania umowy karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto niewykonanej części przedmiotu niniejszej umowy, chyba, że poszczególne postanowienia niniejszej umowy przewidują karę w innej wysokości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 42 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

W §9 ust. 10 – dotychczasową treść należy zastąpić nową, w brzmieniu: (...)

W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu przez strony jego rozstrzygnięcie strony poddają właściwemu Sądowi powszechnemu

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 43 - Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z projektu umowy?

§3 ust. 4, §6 ust. 4, §8 ust. 3

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający