



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-752

ISO 9001: 2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

Bydgoszcz, dnia 22.07.2015 r.

NZZ/56/P/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu endoskopowego

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie 1

#### **PROCESOR OBRAZU HD**

Pkt. 5 i 10

Czy Zamawiający dopuści jeden przycisk funkcyjny na procesorze oraz 3 programowalne przyciski na głowicy endoskopu?

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

#### **PROCESOR OBRAZU HD**

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści 1 konektor i 1 złącze elektryczne?

Nie ma to żadnego znaczenia dla wykonywania badań i na dobro pacjenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

#### **MONITOR MEDYCZNY LCD**

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści kontrast 1000:1?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 4

#### **MONITOR MEDYCZNY LCD**

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści jasność 300 cd/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 5

#### **VIDEOGASTROSKOP HD**

Pkt. 5, 7 i 10

Czy Zamawiający dopuści gastroskop z systemem podwójnej głębi ostrości 6-100 mm (TL: 2-3 mm), przy polu obserwacji 140° (TL:55°), kąty zagięcia końcówki góra/dół 210°/90°, prawo/lewo 100°/100°, bez kanału Water Jet?

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

#### **VIDEOGASTROSKOP HD**

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1100 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

**VIDEOGASTROSKOP HD**

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 konektor i 1 złącze elektryczne?

Nie ma to żadnego znaczenia dla wykonywania badań i na dobro pacjenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

**VIDEOKOLONOSKOP HD**

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści 1 konektor i 1 złącze elektryczne?

Nie ma to żadnego znaczenia dla wykonywania badań i na dobro pacjenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt II, podpunkt 8:** Czy Zamawiający w punkcie 8 wyrazi zgodę i dokona modyfikacji na:

„Waga wózka max 85 Kg”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również wagę wózka max 85 kg.

Pytanie 10

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt III, podpunkt 2:**

Czy Zamawiający w punkcie 2 wyrazi zgodę i dokona modyfikacji na:

„Kąt widzenia min 170 stopni, kontrast min 650:1”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza kąt widzenia min. 170 stopni, kontrast min 650:1

Pytanie 11

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt IV, podpunkt 3:**

Mając na uwadze troskę o najwyższą jakość oferowanych produktów w postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie w punkcie dotyczącym wysokiej rozdzielczości obrazowania co rozumie przez tzw. "wysoką rozdzielczość".

Pragniemy zauważyć, że aktualnie obowiązującym najwyższym standardem obrazowania w wysokiej rozdzielczości jest standard HDTV 1080p ( High Definition ze skanowaniem progresywnym - 1080 linii pionowych).

Takie rozwiązanie jest spełniane przez praktycznie wszystkich czołowych producentów sprzętu endoskopowego. Pozostawiając zapis w obecnej formie Zamawiający naraża siebie na ryzyko zaoferowania systemu, który nie obrazuje w High Definition 1080p, gdyż zapis "wysoka rozdzielczość" nie precyzuje w żaden sposób jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt IV, podpunkt 5:** Czy Zamawiający w punkcie 5 wyrazi zgodę i dokona modyfikacji na:

„System głębi ostrości min 5-100mm z funkcją zoom x1,5 dostępną z klawisza rękojeści endoskopu lub

System podwójnej głębi ostrości soczewki 5-100mm oraz 2-6mm lub głębia ostrości 3-100mm”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt VI, podpunkt 3:**

Mając na uwadze troskę o najwyższą jakość oferowanych produktów w postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie w punkcie dotyczącym wysokiej rozdzielczości obrazowania co rozumie przez tzw. "wysoką rozdzielczość".

Pragniemy zauważyć, że aktualnie obowiązującym najwyższym standardem obrazowania w wysokiej rozdzielczości jest standard HDTV 1080p ( High Definition ze skanowaniem progresywnym - 1080 linii pionowych).

Takie rozwiązanie jest spełniane przez praktycznie wszystkich czołowych producentów sprzętu endoskopowego. Pozostawiając zapis w obecnej formie Zamawiający naraża siebie na ryzyko zaoferowania systemu, który nie obrazuje w High Definition 1080p, gdyż zapis "wysoka rozdzielczość" nie precyzuje w żaden sposób jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „A parametry wymagane”

**punkt VI, podpunkt 11:** Czy Zamawiający w punkcie 11 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu , ponieważ nie ma ona żadnego znaczenia zarówno dla pracy osoby wykonującej badanie jak i pacjenta ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób następujący: w załączniku nr 1 do SIWZ część II, pkt 8 – Tabela, ppkt. VI. 11 skreśla się następujący zapis: „Długość całkowita min 1800 mm TAK”

Pytanie 15

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „B parametry oceniane”

**punkt 4:** Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu , który daje możliwość przystąpienia do tego postępowania tylko jednej firmie oferującej endoskopy firmy PENTAX ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 16

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „B parametry oceniane”

**punkt 9 i punkt 14:** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które z uwagi na rodzaj konstrukcji konektora z głowicą endoskopu zapobiega uszkodzeniom podczas obrotu głowicy o 180 stopni ?

Niniejsze rozwiązanie powoduje, że w oferowanym endoskopie zredukowana została ilość „słabych punktów” , które mogą ulec uszkodzeniu , wymagać napraw serwisowych, wymagających uszczelnienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 17

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „B parametry oceniane”

**punkt 10 i punkt 15:** Czy Zamawiający z uwagi na zastosowanie zapisu, który dopuszcza do postępowania tylko jednego oferenta zmodyfikuje zapis na:

„Kompatybilność z posiadaną myjnią Innova E2”

Brak stosowania adapterów absolutnie wyklucza innych Wykonawców. Zastosowanie adapteru absolutnie nie wpływa na proces dezynfekcji endoskopów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 18

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Części II punkt 8 „B parametry oceniane”

**punkt 11:** Czy Zamawiający z uwagi na fakt ,że kanał roboczy jest większy od kanału WaterJet, i wymagane ciśnienie do spłukiwania nie będzie skuteczne będzie wymagał parametru w przypadku pompy płuczącej: „Maksymalny przepływ wody – rurki do kanału narzędziowego = 700 > 750 ml/min”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 19

Dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 3 pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje w paragraf 3 pkt 11 na:

„ Wykonawca udziela gwarancji na Towar objęty umową i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru lub dostarczenia w miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad, w razie ujawnienia się wad w okresie wskazanym w § 4 ust. 1 licząc od dnia dokonania należytego wykonania wszystkich czynności, o których mowa w §1 ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji powyższego obowiązku w następujących terminach:

a.) w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 7 dni roboczych,

b.) w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 5 dni roboczych,

c.) w przypadku konieczności wymiany Towaru w terminie do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 20

Dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 3 pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje w paragraf 3 pkt 14 na:

„ W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, w sposób określony w ust. 5, do wykonania umowy w określonym przez Zamawiającego terminie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy, lub

b. do żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 11 a- c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego, lub

c. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, w sposób określony w ust. 5, do wykonania umowy w określonym przez Zamawiającego terminie do odstąpienia od umowy w zakresie przedmiotu umowy objętego reklamacją i dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w ust. 7 lit. a.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 21

Dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 3 pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje w paragraf 3 pkt 18 na:

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 2% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, określonej w §1 ust. 2, chyba, że niniejsza umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 22

Dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 3 pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje w paragraf 4 pkt 3 na:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki (nie będącej aktem wandalizmu) przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 11 lit c. Do przypadku niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 14 lit. b i c.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 23

Dotyczące zapisów SIWZ – rozdział II punkt 1: Prosimy o podanie informacji czy Wykonawca ma załączać do oferty zaakceptowany wzór umowy ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty zaakceptowanego wzoru umowy.

Pytanie 24

Dotyczące zapisów umowy paragraf 3 pkt. 14a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczące zapisów umowy paragraf 3 pkt. 14b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczące zapisów umowy, zapisów SIWZ – rozdział III punkt 8.1 oraz zapisów oraz opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drobnego wyposażenia ( np. adaptory do myjni, butle na gaz..) który nie jest wyrobem medycznym – stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ rozdział III punkt 8.1 ?

Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga deklaracji zgodności i/lub certyfikat zgodności w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych – dla wyrobu medycznego. W odniesieniu do stawki VAT wykonawca winien zastosować stawkę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 27

Dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 3 pkt. 11: Czy Zamawiający wyrazi doprecyzowanie zapisu w paragraf 4 pkt 3 na:

„W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 11 lit c. Do przypadku niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 14 lit. b i c.”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353<sup>1</sup> KC).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie 29

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7 podpunkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7 podpunkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust.11 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 do 9 dni roboczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust.11 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego z 3 na 5 dni roboczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 14b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwającej naprawy gwarancyjnej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniem o dwukrotność czasu od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia, o ile naprawa gwarancyjna trwała dłużej niż 7 dni roboczych.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

**Zamawiający**