



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
AKREDYTOWANY**

**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

**NZZ/59/P/15**

Bydgoszcz, dnia 02.09.2015 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych, cewników, środków do żywienia i higieny pacjenta oraz innego drobnego sprzętu jednorazowego.*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 16

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 16 myjki o wymiarowaniu 15x23cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 26 pozycja 1

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego miękiego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25cm, 30cm sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówka? typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 25 pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy 21 poz.1 i utworzenie odrębnego pakietu w tej pozycji lub dodanie poz. 1 do pakietu 22, ułatwi to składanie ofert Wykonawcom w zakresie współpracy z poszczególnymi producentami sprzętu do podaży żywienia dojelitowego, a Zamawiającemu umożliwi uzyskanie korzystnych ofert.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Reklamacje będą załatwiane przez Wykonawcę,

- a). w przypadku reklamacji ilościowej i asortymentowej poprzez uzupełnienie ilości, odbiór nadwyżki lub wymianę na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną,
- b). w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, po wcześniejszym pisemnym, wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 13.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku powtarzającej się i każdorazowo przekraczającej 7 dni roboczych zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji tego samego wyrobu.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% na 10% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia na dostarczony przedmiot umowy minimum na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla artykułów jednorazowych.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3 a).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego ani nie została wszczęta procedura likwidacji.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 2, poz. 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na pozycję 5.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 2, poz. 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5, worków z samorozprężalną obręczą i trzonem średnicy 10mm o wymiarach 8,5cm i 18,5cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 2, poz. 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5, worków o objętości 200-250ml,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 2, poz. 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na pozycję 6.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 2, poz. 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6, worków z samorozprężalną obręczą i trzonem średnicy 10mm o wymiarach 11cm i 21cm oraz pojemności 400-450ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 2, poz. 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6, worków z samorozprężalną obręczą i trzonem średnicy 10mm o wymiarach 16cm i 20cm oraz pojemności 700-800 ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 3 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji kończyny: Obłożenie pola operacyjnego wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład zestawu:

1serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 x 180 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm 1 pasek samoprzylepny foliowy 10 x 50 cm

1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 225 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm ze zintegrowanymi uchwyty do mocowania przewodów i drenów. ?

Prosimy o dopuszczenie lub wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 3 , co pozwoli Państwu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert aniżeli jedna, a tym samym pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zamówienia .

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 3 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii stawu barkowego, pozycja półsiedząca (płazowa): Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30x40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145cm

1 pasek samoprzylepny 9x50cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 24x80cm

1 serweta do artroskopii stawu barkowego 225x380cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5x12,5cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z lejkiem odprowadzającym płyny, z uchwytami na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro?

Prosimy o dopuszczenie lub wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 3, co pozwoli Państwu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert aniżeli jedna, a tym samym pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 3 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu izolacyjnego pionowego w skład, którego wchodzi:  
- 1 x serweta główna o wymiarach 330 x 250 cm, wykonana z barierowej folii PE o grubości 85 mikrometrów (+/- 5 mikrometrów), posiadająca taśmę samoprzylepną, w górnej części serwety, o długości 330 cm i szerokości 3 cm, oraz w części centralnej otwór o wymiarach 79cm x 29cm (+/- 2cm) wypełniony folią operacyjną o grubości 90 mikrometrów, a także torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 90 x 60 (+/- 5 cm) z sitem, wyposażoną w sztywnik i zawór do podłączenia drenów. Serweta posiada symetrycznie rozmieszczone po dwóch stronach otworu, dwie kieszenie dwukomorowe na narzędzia o wymiarach 25 x 25 cm (+/- 5 cm) i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep o min. wymiarach 9x2 cm

- 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 90 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen), złożona w sposób pozwalający na aseptyczną aplikację (piktogram, wywiniecie o długości 16 cm (+/- 2 cm)

- 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane z celulozy o gramaturze 60g/m2

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x190 cm, posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 190 cm, serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen).

Opakowanie zewnętrzne folia/papier, wyposażone w dwie samoprzylepne etykiety służące do dokumentacji pooperacyjnej, zawierające : nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Prosimy o dopuszczenie lub wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 3, co pozwoli Państwu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert aniżeli jedna, a tym samym pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zamówienia .

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 3 poz. 4:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji biodra w skład którego wchodzi: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm) , 1 osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm z materiału 2-warstwowego o min. gramaturze 57,5 g/m2 wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 280 cm x 225 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o rozmiarze 10 cm x 100 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. 1 serweta (ekran anestezyjologiczny) o rozmiarze 225 cm x 270 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o rozmiarze 45 cm x 65 cm taśma samoprzylepną na dłuższym boku, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, oraz z osłoną podpórek kończyn górnych z mocowaniem samoprzylepnym. 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm i 1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) o rozmiarze 150 cm x 180 cm Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m2. W skład zestawu dodatkowo wchodzi 2 taśmy samoprzylepne (folia PE) o rozmiarze 10 cm x 50 cm, 1 taśma samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 9 cm x 50cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty jest w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony jest kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Prosimy o dopuszczenie lub wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 3, co pozwoli Państwu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert aniżeli jedna, a tym samym pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zamówienia

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm

1 serweta samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 150 x 240 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów operacyjnych wykonanych z włókniny pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, wytrzymałej na rozdarcia, miękkiej dobrze przylegającej do pacjenta, dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, niepyłającej, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, pakowanych w opakowania zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Dodatkowo niezależnie pakowane od zestawu serwety:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów operacyjnych wykonanych z włókniny pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, wytrzymałej na rozdarcia, miękkiej dobrze przylegającej do pacjenta, dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, niepyłającej, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, pakowanych w opakowania zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 60 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 120 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pionowego izolacyjnego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm

4 ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 3 – sterylne obłożenia ortopedyczne Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)  
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm  
1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm  
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm  
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm  
4 ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy Projektu umowy

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy dotyczącego zmiany stawki podatku VAT:

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy zapisów siwz

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakimi kryteriami Zamawiający będzie kierował się przy wyborze i ocenie ofert w zakresie grupy 3 pozycja nr 3.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w ramach grupy 3 będzie przyznawał punkty dla pozycji 1,2,4. W przypadku pozycji 3 Zamawiający nie będzie przyznawał punktów.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 17 igieł podpajęczynówkowych typu Pencil Point pakowanych z prowadnicą w rozmiarach: G25 – 90mm, G25 – 100mm, G27 – 90mm, G27 – 100mm; pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 18 zestawów do godzinowej zbiórki moczu składających się z całkowicie przezroczystego, jednokomorowego pojemnika pomiarowego o pojemności 500ml z czytelną podziałką co 1ml (w zakresie 0-20ml), co 5ml (w zakresie; 20-100ml), co 10ml (w zakresie 110 – 140 ml), co 20 ml ( w zakresie 140-200 ml) oraz co 25 ml (w zakresie 200-500ml) umożliwiającego dokładny i precyzyjny pomiar, z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, drenu o długości 150 cm wyposażonego w spiralę antyzałamaniową z wbudowanym portem bezigłowym do pobierania próbek na linii przepływowej oraz dodatkowym drugim portem bezigłowym do pobierania próbek wbudowanym w komorę pomiarową jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 18

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w grupie 18 zestawy do godzinowej zbiórki moczu posiadały podwójny, niezależny system mocowania do zawieszenia na łóżku za pomocą 2 x bocznych pasków i samopoziomującego wieszaka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy grupy 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 30 zestawów do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego–zewnętrzno-ponowego z igłą Pencil Point 27G x 128 mm oraz cewnikiem 20G x 100 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy § 4 ust. 6 Wzoru Umowy

W celu zabezpieczenia interesu finansowego Wykonawcy, a także sprawiedliwego traktowania Wykonawcy zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 4 ust. 6 z umowy lub zastąpienie go nowym zapisem, który będzie stanowił: „(...) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 7 dni ponad termin określony w ust. 1.”

Obecny zapis jest bardzo niekorzystny dla Wykonawcy, gdyż umożliwia Zamawiającemu zakup towaru przy terminie płatności do 90 dni, a przez to naraża Wykonawcę na wysokie straty finansowe, dlatego też prosimy o wykreślenie lub modyfikację w/w zapisu zgodnie z propozycją.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37 - dotyczy § 4 ust. 9 lit a) Wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu przewidzianego na reklamację ilościowe i asortymentowe do

5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy § 4 ust. 13 Wzoru Umowy

Prosimy o wykreślenie z w/w zapisu następującego zdania:

„(...) Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu umowy”.

Pragniemy zaznaczyć, iż przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Dlatego, też liczenie kary umownej w wysokości 10% jest wysoce niesprawiedliwe i rażąco wygórowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39 - dotyczy § 4 ust. 19 Wzoru Umowy

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie stron, prosimy o wprowadzenie do treści umowy, zapisu obciążającego również Zamawiającego karą umowną w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40 - dotyczy Grupa nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie:

Dwuświatłowego poliuretanowego Cewnika czasowego do hemodializy. Cewnik dwuświatłowy o średnicy 12 Fr oraz 13,5i długościach 15, 20, 24 cm zamawiany w zależności od potrzeb zamawiającego. Przeływ min. 400 ml/min. Przy ciśnieniu max 250 mmHg. Nierozdzielona, atraumatyczna końcówka cewnika wydłużona do 3 cm celem zmniejszenia recyrkulacji. Oznaczenia głębokości implantacji na cewniku. Powiększony otwór wlotowy części tętniczej w końcówce celem zmniejszenia ciśnienia krwi. Ramiona proste. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Zestaw zawiera: cewnik, stalowy przewód, igła, mandryn usztywniający, skrzydełka do mocowania cewnika, 2 poszerzacze tkankowe, 2 koreczki zabezpieczające, samoprzylepny przezroczysty opatrunek, pakowany po 5 sztuk ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 41 - dotyczy wymagań SIWZ:


W Rozdziale III W PUNKCIE 3.4 Zamawiający oczekuje aby dostarczyć – „Aktualny na dzień składania ofert dokument potwierdzający spełnianie normy wskazanej w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy grupy 3 poz. 1, 2, 3, 4”. Czy Zamawiający oczekuje aby dokumentem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia było załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 normy. ( tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz. 4 (Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica 2 – dot. obłożeń chirurgicznych i Tablica 3- dot. ubrań chirurgicznych)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga aktualnego na dzień składania ofert dokumentu potwierdzającego spełnianie normy wskazanej w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wyszczególnionych grup i pozycji. Mogą to być np. wyniki badań czy karty techniczne produktu.

Pytanie nr 42 - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Grupa 3:

Czy Zamawiający w Grupie 3 w pozycji 1 dopuści poniższy zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego w obszarze krytycznym, w składzie:



ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE (wzmocniony)		60209	5/10	BARRIER
EXTREMITY SET				rozmiar szt.
1. serwetka chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1		
2. serwetka na stółk	150x190	1		
3. osłona na kończynę	22x75	1		
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2		
5. ręczniki chłonne	18x25	4		
6. wzmocniona osłona na stółk MAYO	79x145	1		
7. wzmocniona serwetka na stółk (owinięcie zestawu)	150x190	1		

Spełniający pozostałe wymagania SIWZ??


Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający w grupie 3, w pozycji 2 dopuści zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego w obszarze krytycznym, w składzie:





ZESTAW DO OPERACJI BARKU Z TORBĄ		60002	4/8	BARRIER	
SHOULDER SET WIPOUCH					rozmiar szt.
1.	serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów	240x170	1		
2.	serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwą chłonną	230x295	1		
3.	osłona na kończynę	22x75	1		
4.	taśmy samoprzylepne	9x49	2		
5.	ręczniki chłonne	18x25	4		
6.	wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1		
7.	wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1		


Spełniający pozostałe wymagania SIWZ??

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ i uzupełnienia zestawu o wymagane osłony ( 1 szt, osłona na kończynę wymiary 25-30 cm x 60-80cm 1szt; osłona na przewody wym. 13 -15cm x230-250 cm ).

Pytanie nr 44 - dotyczy grupy 3

Czy zamawiający w grupie 3, w pozycji 3 dopuści zestaw



ZESTAW IZOLACYJNY		903014	7/14	BARRIER	
VERTICAL ISOLATION SET					rozmiar szt.
1.	serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 30x40 cm	330x240	1		
2.	ręczniki chłonne	18x25	4		
3.	wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1		


Spełniający pozostałe wymogi Siwz

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy grupy 3

Czy zamawiający w grupie 3, w pozycji 4 dopuści zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego w obszarze krytycznym w składzie:



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO		60609	4/8	BARRIER	
HIP SET					rozmiar szt.
1.	serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1		
2.	serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1		
3.	serweta chirurgiczna	75x90	1		
4.	serweta na stolik	150x190	1		
5.	osłona na kończynę	32x120	1		
6.	taśmy samoprzylepne	9x49	2		
7.	ręczniki chłonne	18x25	4		
8.	wzmocniona osłona na stolik Mayo	79x145	1		
9.	wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1		

Oraz oddzielnie pakowaną serwetę trójwarstwową o wymiarach 150x175cm i osłonę na stolik MAYO o wymiarach 79x145 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy grupy 30

Czy Zamawiający w grupie 30 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, zestawy do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego – zewnątrzoponowego zawierające:

- strzykawkę niskooporową LOR z końcówką luer slip 10 ml;
- igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły, skalowana co 10 mm z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;
- igłę podpajęczynówkową (Pencil Point) 27G x 115 mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igłę Tuohy;
- cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości;
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm;
- łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.



Pytanie nr 47 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (§ 5)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15, 16

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 49 - dotyczy projektu umowy

W przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto dostarczonej, a nie odebranej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej, a nie odebranej w terminie partii towaru

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 50

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 51 - dotyczy Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy § 4 ust. 15 na następujący: „W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy § 4 ust. 19 na następujący: „W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, chyba, że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 53 - dotyczy grupy 5

Czy zamawiający w grupie 5 poz 1 dopuści najwyższej jakości trokar balonowy firmy Teleflex Medical ? Opisany w SIWZ trokar jest hybrydą trokaru Hassona oraz trokaru balonowego o przeznaczeniu, który spełnia oferowany przez nas trokar balonowy. Trokar opisany przez zamawiającego jest jedynym na rynku co zapewne ma wpływ na jego bardzo wysoka cenę. Dopuszczenie naszego trokaru pozwoli nam na złożenie oferty bardzo konkurencyjnej cenowo z uzyskaniem oczekiwanych korzyści przez trokar balonowy o najwyższej jakości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy grupy 5

Czy zamawiający w grupie 5 poz 2 dopuści trokar balonowy z gąbką mocującą od strony zewnętrznej bez dołączonej pompki? Pompka dodatkowo podraża koszt trokara a napełnienie balona bez niej w warunkach bloku operacyjnym nie stanowi dla wykwalifikowanego personelu żadnego problemu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy grupy 37

Prosimy o dopuszczenie: maska tlenowa do wysokich stężeń tlenu brytyjskiej firmy intersurgical dla dorosłych wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w system „double chin” umożliwiający alternatywne zastosowanie u małych i dużych dorosłych pacjentów oraz zawór zwrotny, przezierna, umożliwiająca obserwację twarzy pacjenta, oznaczona wyraźnie wytłoczonym logo producenta w części medialnej, wykonana z tworzywa bez zawartości PCV i ftalanów, z przewodem tlenowym o długości 210 cm o gwiazdkowy przekroju zakończonym elastycznymi złączami lejkowatymi mocowanym, przewód mocowany od dołu, a nie z boku maski, możliwe zastosowanie w różnych pozycjach bez obrotowego łącznika, obrys worka lancetowaty, maska uszczelniona miękkim elastomerowym mankietem nie wymagającym zastosowania klipsa na nos, mocowanie za pomocą elastycznej gumki, kompatybilna ze środowiskiem MRI, opakowanie jednostkowe typu folia-folia

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 56 - dotyczy grupy 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera firmy Arrow Int./Teleflex Med. z kaniulą 20 G, integralnym zestawem przedłużającym, niskoprofilowanymi zagiętymi skrzydełkami utrzymującymi właściwy kąt przy wprowadzaniu cewnika, przewodnikiem ze znacznikami głębokości i mechanizmem wprowadzającym, cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilną długości 5,8, 12 lub 16 cm, przesuwny zacisk

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 57 - dotyczy grupy 20

Prosimy o dopuszczenie układu współosiowego rura w rurze brytyjskiej firmy Intersurgical o długości 1,6 i 2,4 typu rura w rurze w skład którego wchodzi :

- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30mm,
- dodatkowa gałąź o regulowanej długości 40-200cm
- dodatkowa rura rozciągliwa 40-70cm
- bezłateksowy worek oddechowy o pojemności 2l
- linia kapno
- łącznik kolanowy , obrotowy 22M/15F, zabezpieczony kapturkiem
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności
- dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm o średnicy zewnętrznej 30 mm i wewn 18mm
- umożliwiający znieczulanie dorosłych i dzieci od 5kg.,
- Mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 58 - dotyczy grupy 24

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera Arrow int/Teleflex Med.:

Poz 1 bez igły V, bez skalpela z odpowiednio ostrym rozszerzadłem pełniącym jego rolę, pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 59 - dotyczy grupy 24

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera Arrow int/Teleflex Med.:

Poz 2 i 3 bez igły V, bez skalpela z odpowiednio ostrym rozszerzadłem pełniącym jego rolę, bez igły Y umożliwiającej wprowadzenie przewodnika bez rozłączania zestawu, z wysokiej klasy stalowym przewodnikiem, oznaczone kolorystycznie końcówki lock, bez in stepera i klipsu mocującego przewód łączący do EKG, pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy grupy 24

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera Arrow int/Teleflex Med.:

Poz 4 kolorowe oznaczenie zakończeń z bezpiecznymi łącznikami, średnica kanałów Ga 12,12,16 bez skalpela, którego funkcję pełni odpowiednio ostre rozszerzadło oraz bez igły V i zatyczki mocującej, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 61 - dotyczy grupy 33

Prosimy o dopuszczenie zestawu brytyjskiej firmy Intersurgical ze szczoteczkami bez gąbki na górnej powierzchni, z dodatkowym pojemnikiem, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 62 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował.

Pytanie nr 63 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 13 wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 4 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, i dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 10% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 15 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami, Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 66 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 17 wzoru umowy na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kar umownych w §5:

- za opóźnienie w dostawie przedmiotu użyczenia do 0,1% wartości przedmiotu użyczenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- w przypadku nie usunięcia wad lub nie dostarczenia przedmiotu użyczenia wolnego od wad od wysokości wartości przedmiotu użyczenia

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzeniu w treści umowy obejmującej wygrane przez wykonawcę pakiety zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 68 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Dot. §7 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 70 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §7 ust. 7.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy WZORU UMOWY – załącznik nr 3A do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §8 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 72** - dotyczy WZORU UMOWY Paragraf 4 ustęp 13

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 4 dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 73** - dotyczy WZORU UMOWY Paragraf 5 ustęp 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu użyczenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto użyczonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 74** - dotyczy grupy 20


Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurą wydechową o długości min 30 cm? Pragniemy zaznaczyć iż króćce w aparacie wdechowy i wydechowy są oddalone od siebie w odległości kilkunastu cm i jest to długość wystarczająca do podłączenia obwodu do aparatu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 75** - dotyczy grupy 20

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „Wydajność ogrzania powietrza min. 4 °C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,17 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min”. Prośbę swą motywujemy tym, iż zmierzenie takich parametrów możliwe jest tylko w warunkach laboratoryjnych i nie występuje w rzeczywistej pracy układu oddechowego w szpitalu. Wydajność ogrzewania pacjenta jest bardzo uzależniona od temperatury otoczenia i wagi pacjenta.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 77** Mając na względzie obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczący równego traktowania Wykonawców prosimy o rozbudowanie formularza cenowego o kolumnę Producenta oraz numeru katalogowego zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Powyższe umożliwi Zamawiającemu weryfikację produktów na etapie oceny ofert a także pozwoli na kontrolę czy dany Wykonawca po podpisaniu umowy faktycznie dostarcza oferowane produkty zgodne z wymogami SIWZ. Brak kolumny Producenta oraz numeru katalogowego – prowadzi do sytuacji, że Zamawiający nie może w sposób obiektywny, nie pozostawiający wątpliwości stwierdzić, jaki sprzęt oferuje dany Wykonawca. Naraża to Zamawiającego na etapie badania ofert i w wyniku wyboru Wykonawcy na odwołania ze strony innych Wykonawców, co może w efekcie skutkować unieważnieniem całego postępowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 78** - dotyczy grupy 1, Poz.2 i 3:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze 20ch (średnicy wew 4,6 i zewn 6,5mm) i długości końcówki ssącej 155mm (długości razem z rączką 220mm), spełniającą pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

**Pytanie nr 79** - dotyczy grupy 1 Poz.4:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 80 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 81 - dotyczy grupy 1, Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu wykonanego z medycznego PCV.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 82 - dotyczy grupy 1, Poz.7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów typu Kehra o długości 50 x 16 cm rozmiary: 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 7mm; 8mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 83 - dotyczy 1, Poz.5-7:

Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również taki sposób pakowania.

Pytanie nr 84 - dotyczy 17

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do znieczuleń, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również taki sposób pakowania.

Pytanie nr 85 - dotyczy 17

Z uwagi na różnice w cenie poszczególnych rozmiarów igieł wymaganych w zakresie grupy 17 prosimy o podanie ilości w/w produktów w rozbiciu na poszczególne rozmiary. Pozwoli to na prawidłowe przygotowanie oferty przetargowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 86- dotyczy grupy 18

1. Prosimy o sprecyzowanie czy worek zbiorczy do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml ma być niezdejmowany, zmontowany fabrycznie na stałe, co gwarantuje utrzymanie systemu zamkniętego ograniczające ryzyko zakażeń układu moczowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 87 - dotyczy grupy 20:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy jednorazowy układ oddechowy do aparatów do znieczulenia ma posiadać pionową membranę, która oddziela „wydech” od „wdechu” pacjenta, dzięki czemu na całej powierzchni układu w taki sam równomierny sposób „wydech” ogrzewa „wdech” pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby jednorazowy układ oddechowy do aparatów do znieczulenia posiadał pionową membranę, która oddziela „wydech” od „wdechu” pacjenta, dzięki czemu na całej powierzchni układu w taki sam równomierny sposób „wydech” ogrzewa „wdech” pacjenta?

Pytanie nr 88 - dotyczy grupy 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej o pojemności roboczej i skali 7 ml o całkowita pojemność cylindra odpowiadająca strzykawce 10 ml, z końcówką slip, wykonaną z polipropylenu, z podwójnie prążkowanym korkiem zapobiegającym przeciekaniu podczas aspiracji, podziałką ułatwiającą identyfikację przestrzeni zewnątrzoponowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 89 - dotyczy grupy 31

Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik foley ma posiadać w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, strzykawkę pierwotnie wypełnioną 10% roztworem gliceryny, gwarantującą, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się

samoistnie w okresie jego utrzymania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 90 - dotyczy grupy 31

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał cewników foley'a 100% silikon z końcówką żeńską Nelaton lub w przypadku trudnych cewnikowań z końcówką męską Tieman do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 91 - dotyczy grupy 35

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dotętniczej z kulowym zaworem i opatrunkiem do kaniul dożylnych z okienkiem z piankową ramką pokrytą klejem medycznym z przejrzystą, środkową częścią opatrunku pozwalającą na stałą kontrolę wizualną miejsca wkłucia oraz dodatkowymi, piankowymi paskami.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 92 – dotyczy grupy 24 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie zestawów Arrow Int/Teleflex Med. 12 Fr 12/12 Ga długości 20cm o wysokich przepływach

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 93 - dotyczy grupy 24 Pozycja 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie zestawów Arrow Int/Teleflex Med. bez igły V, wyposażonych w zawory membranowe na n-1 ramionach

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 94 - dotyczy grupy 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 183cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2L workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy max 0,16 H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 95

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje 37 pozycji, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w „Formularzu oferty” wykonawca ujął tylko te zadania, na które składa ofertę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował

Pytanie nr 96 – dotyczy projektu umowy

§4 ust. 5 umowy- W przypadku produktów biologicznych producent nie określa przydatności produktów do użytku, a zaleca jedynie zużycie produktu w terminie 5 lat od daty produkcji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy i nadanie §4 ust. 5 umowy następującego brzmienia: „Przedmiot dostawy powinien posiadać oznaczony w widocznym miejscu termin sterility/przydatności do użycia/daty produkcji. Termin sterility/przydatności do użycia nie może być krótszy niż minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie dostawy posiadał termin sterility/przydatności do użycia minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy. Produkt z załączoną informacją o określonym terminie zużycia od daty produkcji zawierający wymagany przez Zamawiającego minimalny przedział czasowy na jego wykorzystanie spełni wymagania odnośnie zapisów umowy.

Pytanie nr 97 - dotyczy 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo, min. 75x141 cm
  - 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna
  - 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa,
  - 2 x taśma przylepna 10x50 cm
  - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów .
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m<sup>2</sup>.
- Zestaw posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 98 - dotyczy 3 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu operacyjnego do artroskopii barku o następującym składzie:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm (owinięcie zestawu)
  - 1x osłona na stolik Mayo, 80x145cm, ze wzmocnieniem
  - 4x ręczniki do rąk 34x36cm, rozłożone
  - 1x serweta do operacji barku 254x168cm z przylepnym otworem z wycięciem na bark oraz folią operacyjną, torba na płyny z 2 portami wyjściowymi, 3 uchwyty na przewody typu rzep
  - 1x serweta do operacji barku typu U na ciało 196x290cm z przylepnym wycięciem 25x63cm, wzmocnienie chłonne 99x102cm, 2 uchwyty na przewody typu rzep
  - 1x osłona na kończynę 36,5x72cm z taśmą 9x50cm, sterylna, pakowana osobno
  - 2x osłona na przewody 13x240cm, sterylne, pakowane osobno
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min. 115 g/m<sup>2</sup>.  
Zestaw posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 99 - dotyczy 3 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu operacyjnego pionowego o następującym składzie:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1x pionowa serweta izolacyjna w rozmiarze 330x270cm wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE, z oknem 78x26cm wypełnionym folią chirurgiczną, z torbą na płyny z filtrem i portem, z dwukomorową torbą na instrumenty 25,5x28cm
- 1x taśma samoprzylepna 8x40cm
- 2x ręczniki ro rąk, 58x39cm

Na opakowaniach min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 100 - dotyczy 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu operacyjnego do chirurgii biodra o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
- 1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80x145 cm,
- 1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x116 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm , zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów
- 1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów
- 1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
- 1 x stokineta 30x122 cm, 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze min. 66 g/m<sup>2</sup>.

Zestaw posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 - dotyczy 3 poz. 1, 4

Prosimy o wyjaśnienie czy osłona na kończynę oprócz tego, że jest dwuwarstwowa, oraz pełnobarierowa powinna być również elastyczna i antypoślizgowa, co znacząco ułatwia manewrowanie kończyną w trakcie zabiegu oraz pozwala na spiralne jej nakładanie na kończynę pacjenta i dodatkowo zapewnia jej ściśle przyleganie do nogi.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 102 - dotyczy nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 – 4 i utworzenie samodzielnego pakietu dla zestawów do odsysania z pola operacyjnego.

Rozwiązanie takie umożliwi złożenie cenowo konkurencyjnej oferty firmom, które specjalizują się w wąskich grupach produktowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 103 - dotyczy nr 2 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 i utworzenie samodzielnego pakietu dla klipsów naczyniowych.



Rozwiązanie takie umożliwi złożenie cenowo konkurencyjnej oferty firmom, które specjalizują się w wąskich grupach produktowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 104 - dotyczy nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska co do ilości klipsów w magazynku tzn po 5 szt?. Standardowo producenci konfekcjonują po 6 szt. Jeżeli nie jest to omyłka, to uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania powyższych klipsów w magazynkach zawierających po 6 szt. klipsów przy odpowiednim przeliczeniu dla pełnej wymaganej ilości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga po 6 klipsów w magazynku.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

Zamawiający modyfikuje zapisy w przedmiocie zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia dla grupy 2. Sprzęt endoskopowy i Klipsy naczyniowe poz. 2 w tabeli w kolumnie 6 - Zamawiane

Ilości

– wykreśla następujące zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia: „2000cartridge (po 5 sztuk klipsów w każdym)”

i w zamian wprowadza zapisy o brzmieniu:” 2000cartridge (po 6 sztuk klipsów w każdym)”

Pytanie nr 105 - dotyczy nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych wkładów workowych do gromadzenia odesanej treści o średnicy 13cm posiadających funkcję samozasysania, w których zainstalowany jest tylko jeden port przyłączeniowy - w kierunku pacjenta. Drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa lub więcej króćców przyłączeniowych – jak opisany w SIWZ.

Wkłady charakteryzują się następującymi cechami:

- posiadają filtry antybakteryjne oraz zastawki hydrofobowe
- wyposażone w szerokie porty dostępne do pobierania próbek o średnicy 25mm
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe, dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dreny według potrzeby w dowolnym kierunku bez załamывania ich.
- zestawy przewidziane są do łączenia w tandem
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wykonanie bezpiecznych wkładów workowych z poliolefiny w postaci cienkiej folii, dzięki czemu są one konfekcjonowane w postaci zwiniętej, sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziałach.
- wszystkie pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

Jednocześnie prosimy o podanie ilości stanowisk jakie posiada Zamawiający. Jest to związane z tym, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, będziemy zobowiązani do nieodpłatnego dostarczenia i wyposażenia tych stanowisk w niezbędny, kompatybilny z wkładami workowymi sprzęt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 106 - dotyczy grupy nr 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych wkładów workowych na wydzielinę o pojemności 1000ml; 2000ml oraz 3000ml jako równoważnych do wymaganych 1500ml i 2500ml. Wkłady wyposażone w uchwyt umożliwiający obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Wszystkie pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Jednocześnie prosimy o podanie ilości stanowisk jakie posiada Zamawiający. Jest to związane z tym, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, będziemy zobowiązani do nieodpłatnego dostarczenia i wyposażenia tych stanowisk w niezbędny, kompatybilny z wkładami workowymi sprzęt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 107 - dotyczy upoważnienia

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź na zapytanie:

Ofertę musi podpisać osoba uprawniona. Jeżeli ofertę będzie podpisywała osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa winno ono wskazywać zakres umocowania tej osoby, czyli do jakich czynności została upoważniona.

Zgodnie z SIWZ pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa wraz z jego notarialnym poświadczeniem podpisu – rozdział III SIWZ. Zamawiający nie widzi wątpliwości w zakresie wymogów dotyczących złożonego pełnomocnictwa.

Pytanie nr 108 - dotyczy § 4 ust. 13 wzoru umowy

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informacje, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 15. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust.12

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 109 - dotyczy § 4 ust.17 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 110 - dotyczy § 4 ust. 19 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 111 - dotyczy wzoru umowy

Do treści §4 ust.13 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 112 - dotyczy wzoru umowy

Do §4 ust.15 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 113 - dotyczy wzoru umowy

Do treści §4 ust.17 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 114 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.19 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 115 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §7 ust.3 i ust.4 jako niezgodnych z normami współzycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 116** - dotyczy wzoru umowy


Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.1 pkt d) i ust.2 projektu umowy)?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 117** - dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający w grupie 3, w pozycji 2 dopuści zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego w obszarze krytycznym, w składzie:



ZESTAW DO OPERACJI BARKU (poz. pólśiedząca)		60003	4/8	BARRIER	
BEACH CHAIR SHOULDER SET					rozmiar szt.
1.	serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji pólśiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP	400x240	1		
2.	serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 152x193 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm	152x193	1		
3.	osłona na kończynę	22x75	1		
4.	taśmy samoprzylepne	9x49	2		
5.	ręczniki chłonne	18x25	4		
6.	wzmocniona osłona na stółik MAYO	79x145	1		
7.	wzmocniona serweta na stółik - (owinięcie zestawu)	150x190	1		

spełniający pozostałe parametry techniczne oraz oddzielnie pakowanymi osłonami na przewody w rozmiarze 17 x 250 cm - 2 szt ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 118** - dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający w grupie 3, w pozycji 2 dopuści zestaw z oddzielnie pakowanymi osłonami na przewody w rozmiarze 17 x 250 cm - 2 szt ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

**Pytanie nr 119** - dotyczy grupy 1 poz.2-3

Czy Zamawiający dopuści zagięte końcówki do odsysania pola operacyjnego o długości ok. 15cm, jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane - zagięte końcówki do odsysania pola operacyjnego o długości ok. 15cm

**Pytanie nr 120** - dotyczy grupy 1 poz.7

Czy Zamawiający oczekuje perforowanych ramion na całej długości?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie wymaga perforowanych ramion na całej długości.

**Pytanie nr 121** - dotyczy grupy 30 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie zestaw do znieczuleń kombinowanych CSE (podpajęczno-zewnątrzoponowe):

- igła ze szlifem Touchy 18G x 88 mm posiadająca tylne okienko w osi igły dla igły podpajęczynówkowej
- igła podpajęczna ze końcówką pencil-point 27G, z osłonką centrującą igłę spinalną w igle zewnątrzoponowej
- cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu długość 1000mm, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika
- tulejka założona na cewniku ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy
- łącznik cewnika zatrzaskowy, bez ryzyka zamknięcia światła cewnika
- strzykawka LOR 10ml o wyjątkowej gładkości przesuwu tłoka, bez zawartości latexu, końcówka luer, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek
- Filtr płaski, 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta.
- samoprzylepny system mocowania filtra z zatrzaskiem do skóry pacjenta.
- system blokowania igły PP w igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej, pozwalający na swobodny obrót igły PP o 360° nawet, gdy ta jest zablokowana.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 122** - dotyczy 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych:

- zestaw nalepek na strzykawkę
- Igła TUOHY G18 1,3x80mm ze skrzydełkami, ze skalowaniem wtopionym w materiał cewnika,
- Strzykawka niskooporowa 10ml o wyjątkowej gładkości przesuwu tłoka, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek
- poliamidowy cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z materiału odpornego na załamania, z trzema otworami bocznymi i zamkniętą, wyraźnie miękką końcówką zabezpieczającą przed uszkodzeniem struktur przy zakładaniu – 20 G x 1000mm, ze skalowaniem co 1 cm na całej długości
- Tulejka/trokar założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie cewnika do igły Tuohy (mieszcząca się idealnie w świetle igły)

- Filtr 0,2 um, o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z zatraskowym, obrotowym systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatraskiem),
- Zatraskowy łącznik cewnika
- System mocowania cewnika w miejscu wprowadzenia wraz z opatrunkiem (nie zatraskowy – naklejany, płaski, bez wystających elementów mogących zerwać mocowanie), z możliwością wymiany opatrunku bez zdejmowania mocowania
- Sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 123 - dotyczy 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 1 dopuści wkłucie centralne jednoświatłowe 14G/25 cm, z prostą prowadnicą, igłą do nakłucia, strzykawką 5 ml, rozszerzaczem i drenem przedłużającym zakończonym kranikiem trójdrożnym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 124- dotyczy 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 2 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 7 (Fr) 16/16Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, prowadnik typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełka mocujące?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 125 - dotyczy 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 3 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 8 (Fr) 14/14Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, prowadnik typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełka mocujące?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 126 - dotyczy 24

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 4 dopuści cewnik trójświatłowy do wkłucia centralnego, wysokoprzepływowy, hydrofilny 12F/20cm (16, 12, 11 G). Skład zestawu: Igła wprowadzająca 1,1x1,4 mm długość 70mm, rozszerzadło, prowadniki typu J, cewnik, skalpel?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 127 - dotyczy 29

Czy Zamawiający w grupie 29 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 18G/8cm z markerami długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, znakowany markerami długości, kontrastujący radiologicznie z 3 otworami bocznymi 20G x 900 mm z zamkniętym końcem; filtr płaski 0,22um, strzykawka niskooporowa 10 ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 128 - dotyczy 30

Czy Zamawiający w grupie 30 dopuści zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego–zewnątrzoponowego – zawierający strzykawkę niskooporową LOR 10 ml, igłę Tuohy 18Gx80mm z tzw. „back-eye”, skrzydełkami oraz podziałką, igłę Pencil-Point 27Gx118 mm z prowadnicą, cewnik 20Gx90 cm, nieprzezroczysty dla promieni RTG z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, płaski filtr 0,2µm, łącznik zaciskowy, sterylne, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający.

***Zamawiający***