



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-135, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-752**

**ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 03.11.2015 r.

NZZ/73/P/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej w/w postępowania przetargowego wnosimy o wydłużenie terminu dostawy do 28 dni dla Zadania 8.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie do Zadania 8 Układ oddechowy do respiratora oscylacyjnego 3100A Sensor Medics

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. zadania pozycji 2. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi produktów firmy Fisher&Paykel. Obecna konstrukcja pakietu może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowania w tym pakiecie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 16: Pokrowce na inkubatory

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie oferty na pokrowce na inkubatory – bawełniano/poliestrowe, kolorowe, w pastelowych barwach, z warstw bawełny i poliestru, pikowane, grubość pokrowca ok 1cm, bez wypełnienia wewnątrz, o zachowanej trwałości w 40 st. C.

Wypełnienie puszystą włókniną pokrowca może powodować gromadzenie się brudu! Oferowany przez nas pokrowiec spełnia rolę tzw. „nocki” pozwala zachować cykl dnia i nocy dla pacjenta w inkubatorze.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 13 Implanty do stabilizacji międzytrzonowej w odcinku szyjnym dopuszcza?:

- klatki wykonane z materiału PEEK o powierzchniach ostro ząbkowanych, bez dodatkowych szpilek czy kołców powiększających wysokość implantu w czasie aplikacji
- co najmniej sześć różnych wysokości klatek 5-10mm o skoku 1 mm, szerokość klatek 15mm, głębokość 12,5mm. Powierzchnia klatek klinowa oraz wypukła w celu uzyskania potrzebnej anatomii.
- taca z przymiarami i przewodnikiem do przymiaru implantu 1 szt.
- markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji
- szybkozłączny aplikatur

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 12?:

- Implant do dystrakcji międzywyrostkowej po dokonaniu wcześniejszej dekompresji.
- Implant wykonany z tytanu.
- Rozmiary implantu od 8mm do 16mm (stopniowanie co 2mm).
- Implant dynamiczny w kształcie litery M.
- Możliwość implantacji jednym rodzajem implantu na jednym jak i wielu poziomach.
- Skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz niewymagające rozchylenia podczas implantacji.
- Implanty pakowane sterylne.
- W zestawie implanty próbne umożliwiające prawidłowy dobór rozmiaru implantu właściwego.
- Narzędzia w kasie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy w zadaniu nr 8 Zamawiający dopuszcza?:

- Cylindryczny implant wykonany z PEEK i tytanu, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny
- Technika implantacji małoinwazyjna - przezskórna
- Rozmiaru implantu 8-16mm (skok co 2 mm)
- Możliwość powtarzalnego kontrolowanego rozkładania/składania implantu "in situ"
- Możliwość pewnego zakotwiczenia implantu o sąsiednie wyrostki kołczyste kręgosłupa (titanowe wąsy)
- Możliwość implantacji wielopoziomowej
- Implanty posiadające trwałe oznaczenia
- Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że zadanie 8 nie dotyczy implantów, a Układu oddechowego do respiratora oscylacyjnego 3100A Sensor Medics. Jednocześnie Zamawiający, odnosząc się do zadanych pytań dotyczących implantów podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 13 Implanty do stabilizacji międzytrzonowej w odcinku szyjnym dopuszcza?:

- klatki wykonane z materiału specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych *Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)* – poliwęglan o powierzchniach ostro ząbkowanych, bez dodatkowych szpilek czy kołców powiększających wysokość implantu w czasie aplikacji
- co najmniej pięć różnych wysokości klatek 4-8mm o skoku 1 mm, szerokość klatek 15mm i 18mm oraz głębokość 12mm i 14mm. Powierzchnia klatek klinowa w celu uzyskania potrzebnej anatomii.
- taca z przymiarami i przewodnikiem do przymiaru implantu 1 szt.
- markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji
- szybkozłączny aplikatur

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w Zadaniu nr 17 możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowe zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72godzin przed planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Zadanie 2 – „Krażki diagnostyczne do identyfikacji drobnoustrojów”, pozycja 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie stężenia jakiego wymaga dla krążków z erytromycyną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga stężenia 60 mg (mikrogram).

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień cząstkowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy § 3 ust 1;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wraz z każdą dostawą Wykonawca dołączył fakturę VAT ?

ewentualnie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ww. paragrafu umowy o następujący zapis:

"Zamawiający dopuszcza dostarczenie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail"

Przekazanie faktur drogą mailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności oraz ustanawia ich przedmiotem poręczenia przez Wykonawcę bez nakładania kary umownej ?

W tym miejscu należy wskazać, że ograniczenie możliwości dokonania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na rzecz instytucji finansowych może w znacznym zakresie utrudnić finansowanie realizacji zamówienia, co spowoduje konieczność zwiększenia wartości oferty Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4:

Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 4 ust. 4 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego do 30 dni.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 14 ustawy (art. 353 ze znacznikiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązań Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawić Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy zapisów umowy (zał. nr 3A) § 4 ust. 9 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „w przypadku reklamacji jakościowej poprzez dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy zapisów umowy (zał. nr 3A) § 4 ust. 16

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1%.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy zapisów umowy (zał. nr 3A) § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia na dostarczony przedmiot umowy minimum na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla wyrobów jednorazowego użytku.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 18

Pytanie dotyczy grupy nr 9

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na siarę pojemności 50 ml, spełniający wszystkie wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Pytanie dotyczy grupy nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw osobisty do laktatora Medela Symphony o rozmiarze lejka 25 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakich igieł Zamawiający oczekuje tzn. czy mają to być standardowe igły manualne, czy półautomatyczne, strzelające?

Jeśli mają to być igły półautomatyczne, to bardzo prosimy o sprecyzowanie, czy z funkcją jednej długości wycinka, czy z możliwością pozyskiwania według potrzeb dwóch długości 15 i 22mm.?

Jeżeli Zamawiający oczekuje jeszcze innego typu igły, to bardzo prosimy o wyjaśnienie jakiego sprężynowego ogranicznika wklucia Zamawiający oczekuje tzn. w której części igły powinien on być zainstalowany i na czym ma polegać jego działanie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje igieł standardowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy § 4 ust. 9 lit. a) wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ilości oraz wymiany towaru na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji.

Żałatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy § 4 ust. 13 wzoru umowy

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informacje, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 16. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 13 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 4 ust. 16.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy § 4 ust. 16 wzoru umowy

„W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 4 ust. 18 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub żałatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnoskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy § 4 ust. 20 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na dodanie klauzuli waloryzacyjnej.

Wykonawca, mając na uwadze 24 miesięczny okres obowiązywania umowy (dotyczy pakietów z terminem realizacji 24 miesiące)– wnosi o zmianę wyżej oznaczonego zapisu umownego poprzez dopuszczenie możliwości podwyższenia łącznej ceny brutto przedmiotowej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ze skutkiem na dzień wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę.

Pragniemy nadmienić, iż wyjątkowo korzystna cena oferowanych wyrobów wynika z zastosowania możliwie najniższej marży, w związku z czym ewentualna zmiana przepisów podatkowych w w/w zakresie skutkować będzie obniżeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a nawet osiąganiem przez Wykonawcę strat. Wykonawca proponuje następującą zmianę:

„W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych składników cenotwórczych związanych z asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana łącznej ceny brutto umowy następuje z mocy prawa, z dniem wejścia w życie nowych regulacji i tym samym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy, według zmienionych zapisów § 7 wzoru umowy poprzez dopisanie klauzuli waloryzacyjnej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji: siatka jednorazowa do usuwania ciał obcych **duża (4x8 cm). Średnica narzędzia 3,0 mm, długość robocza 160 cm**. Do kanałów roboczych min. 3,2 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29

DO SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie przewiduje zawierania oddzielnych umów na dane części. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 3 na zapis: : „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 4, ust. 20 na zapis: „W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 20

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie cewników Foley z końcówką Nelatona i Tiemann, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34

Zadanie 20

Czy cewnik Foley'a 100% silikon ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną przezroczystość cewnika oraz wyposażony w pierwotnie napelnioną strzykawkę, fabrycznie dołączoną do cewnika, wypełnioną cieczą (gliceryną) dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie nr 35

Zadanie 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod pojęciem „Podkłady kompatybilne z podkładami do pozycjonowania Prevalon TAP” Zamawiający miał na myśli „jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem przeciwoleżynowym Prevalon TAP umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak.

Pytanie nr 36

Zadanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracyjnej biopsji szpiku kostnego z ostrzem typu Trocar Point i kaniuli z 5 tnącymi krawędziami, które są mniej traumatyczne dla pacjenta, zapewniające pobranie nieuszkodzonej próbki szpiku, z zamykanym złączem zapobiegającym przedwczesnemu rozłączeniu się igły, z ergonomicznym motylkowym uchwytem, z zakończeniem Luer-Lock, igła jednorazowa w rozmiarze 11G x 10 cm. Dostępna również w wersji do transplantacji w rozmiarze 11G x 9 cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji szpiku, jednorazowej, wykonanej ze specjalnej stali, ostrze o 3 krawędziach tnących, pozwalające na atraumatyczną aspirację, skalowana co 1 cm, z kolorowym kodem pozwalającym na identyfikację rozmiaru, ze specjalnym śrubowym mechanizmem w celu właściwego określenia głębokości penetracji, wyposażona w ogranicznik głębokości i łącznik Luer-Lock, z zakresem regulacji 8-28-45 mm, w rozmiarze 16G.

Dostępna również w wersji do transplantacji 16G o regulowanej długości 8-28-45 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy zadania nr 22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 22 miał na myśli system do trepanobiopsji szpiku kostnego ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie zestawu jak na poniższym rysunku; składającego się z kaniuli, mandrynu, zatyczki zabezpieczającej, łącznika zabezpieczającego oraz wypychacza w rozmiarze 11G x 10cm z zakończeniem Luer Lock.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający swoje wymogi opisał w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy zadania nr 23. Czy Zamawiający miał na myśli system do aspiracji szpiku kostnego w weresji eksplantacyjnej/transplantacyjnej z dodatkowym bocznym otworem ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający swoje wymogi opisał w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy zadania nr 23. Czy Zamawiający dopuści system do aspiracji szpiku kostnego z ergonomicznymi skrzydełkami, składający się z kaniuli oraz mandrynu, długość igły może być modyfikowana w określonym zakresie poprzez obrót korpusu - regulacja ze skalą w milimetrach oraz zabezpieczona specjalnym mechanizmem blokującym. Końcówka potrójnie zastrzona, rozmiar 16G x30mm pozwalający na regulację igły 10-30mm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Projekt umowy – par. 4 ust. 13

Prosimy o zmianę kary umownej z 5% na 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego towaru. Kary w aktualnej wysokości są zbyt wysokie, zwłaszcza że Wykonawcy muszą pokryć kwotę różnicy w przypadku zakupu interwencyjnego. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42

Projekt umowy – par. 4 ust. 16

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 4 ust. 16 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,2% (jak to ma miejsce w par. 4 ust. 17) i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi do wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”.

Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Projekt umowy – par. 4 ust. 20

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 20 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Kary w aktualnej wysokości są zbyt wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Projekt umowy – par. 3 ust. 3

Ze względu na długi okres trwania umowy – 24 m-ce (dla zadania nr 21) oraz możliwość przedłużenia czasu trwania umowy (par. 7 ust. 1 pkt. 6) prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen netto obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) udokumentowana zmiana cen producenta, 2) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 21 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy zaoferować papiery oryginalne producentów Mitsubishi (poz. 1) i Sony (poz. 2) czy Zamawiający dopuszcza również w ww. pozycjach zamienniki papierów oryginalnych, kompatybilne z videoprinterami Mitsubishi i Sony.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu w tym zakresie. Należy zaoferować produkt właściwej jakości.

Pytanie nr 46

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 5 igły dwuczęściowej z mandrynem o skośnym szlifie ostrza, odpornej na wygięcia, z echogeniczną końcówką plastikowym ogranicznikiem wkłucia, podłączeniem typu Luer, znacznikiem centymetrów ułatwiającym precyzyjne miejsce wkłucia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w zadaniu nr 22 ma na myśli igłę do trepanobiopsji z masywnym uchwytem typu młotek z nadrukowaną średnicą igły, igłę znakowaną co 1 cm, z mandrynem ostrzonym w trzech płaszczyznach, kaniulą z zaostreniem typu „usta ryby”, zatyczką, wypychaczem oraz przewodnikiem? (tak jak obecnie stosowane)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy Zadania 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Krążki produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST i posiadają wiele pozytywnych opinii innych jednostek medycznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy Zadania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w zadaniu na poszczególne pozycje lub zgodzi się na wydzielenie poz. 3-5 do innego zadania. Umożliwi to złożenie większej liczby korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 18 wzoru umowy na następujące:

„Poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku trzykrotnej zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY